

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1623348371588				Data: „05” iulie 2021		Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:		Echipament de laborator Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale				Lot: 2		Pagina: _1_ din _1_
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	2	Frigider de laborator farmaceutic-biomedical	BPR-5V650	China	Biobase	☐ Interval de temperatură (°C) +1 / +10 ☐ Max. temperatura mediului (°C) 32 ☐ Capacitate (L) 600-650 ☐ Dimensiuni exterioare aprox. WxDxH (mm) 750x900x2000 ☐ Dimensiuni interioare aprox. WxDxH (mm) 600x700x1500 ☐ Izolație aprox.(mm) 60 - 70 ☐ Tehnologia de răcire forțată de aer ☐ Alimentare (V) 220-230 ☐ Frecvența (Hz) 50/60 ☐ Afișarea alarmei ca text - nu coduri, cu alarmă vizuală și acustică, alarmă de avarie, alarma reglabilă la temperatură înaltă și joasă, alarmă de deschidere a ușii, alarma de eșec a sondei, alarmă scăzută a bateriei, alarma de avarie a compresorului. ☐ Copie de rezervă a bateriei pentru alarme aprox. 72 ore. ☐ Să prezinte contact fără tensiune pentru alarmă la distanță (de exemplu, modul de alarmă GSM). ☐ Logger electronic de date cu certificat de etalonare +5°C, +15°C, Portul RS485 ☐ Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. ☐ Cu patru polițe, interior din inox, reglabile, cu ușa de închidere în totalitate din sticlă. ☐ Cu certificat de conformitate. ☐ Pachet IQ/OQ/PQ, domeniu farmaceutic. ☐ Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; ☐ Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune	☐ Interval de temperatură (°C) 2~8°C ☐ Max. temperatura mediului (°C) 32 ☐ Capacitate (L) 656 ☐ Dimensiuni exterioare aprox. WxDxH (mm) 1220*642*1885mm ☐ Dimensiuni interioare aprox. WxDxH (mm) ☐ Izolație aprox.(mm) 60 - 70 ☐ Tehnologia de răcire forțată de aer ☐ Alimentare (V) 230 ☐ Frecvența (Hz) 50/60 ☐ Alarmă sonoră și vizuală pentru: temperatură ridicată și joasă, alarmă de întrerupere a alimentării, defecțiune a senzorului, ușă întredeschisă ☐ Copie de rezervă a bateriei pentru alarme aprox. 48 ore. ☐ Logger electronic de date cu certificat de etalonare au recorder de temperatură, port RS232 ☐ Port USB pentru actualizare software și descărcare de date. ☐ Cu patru polițe, 10 buc, oțel laminat la rece acoperit cu pulbere anti-bacterii ☐ Cu certificat de conformitate. ☐ Ambalare Standard pentru export ☐ Instalarea echipamentului cu efectuarea calificării IQ/OQ/PQ de către o persoană calificată; ☐ Perioada de garanție: min. 12 luni de la punerea în funcțiune	CE, ISO9001, ISO13485, Brosura

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

