


N180-70-035

A



技术要求

- 1、表面平整、洁净、无折皱、缺损,标签背面无异物。
- 2、图文印刷应完整、正确,字迹清晰、端正,不应有脱落。
- 3、粘贴牢固,经高压蒸汽灭菌后及冷藏离心(4000转/min,10min)后不脱色、不脱层、字迹清晰。
- 4、可撕毁标志从标签带上撕下时完好,从产品上撕下时被撕毁,可撕毁标志圆直径15mm
- 5、字体为Times New Roman,加粗,大小完全按图印刷,颜色以CMYK配色表为准:
"For collection of 450ml of blood(contains 63ml CPDA-1)"中的"450ml"、"63ml"
和"CAUTIONS"、"DO NOT VENT"颜色为CMYK=0:100:100:0;
其余字体、线条及符号为:CMYK=0:0:0:100.
- 6、标签上不应有涂层,可书写。

实施日期: 2017.2.15

底图总号						一次性使用塑料血袋 CPDA-1(63ml)	N180-70-035				
		标 记 处 数	更 改 文 件 号	签 名	日 期	不干胶纸（进口纸）	图 样 标 记	数 量	重 量	比 例	
		设 计	任金胜	工 艺	郑志强						1：1
日 期	签 字	制 图	任金胜	标 准 化	李 勤		共 张		第 张		
		校 对	胡仕明	批 准	胡波	四川南格尔生物科技有限公司					
		审 核	李 勤	日 期	2017.2.5						