

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1764917689322 din 09.01.2026
Denumirea licitației: analizelor biochimice cu echipament comodat pentru 2026-2029 ACORD CADRU

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
Lot 1 Reagenți, calibratori, material de control și consumabile compatibile cu analizatorul cobas c303, sistem închis								

1,1		Analizator automat biochimic cu modul ISE	*Cobas pure c 303 analytical unit 09031529001			Complet automat, tip inchis; Nou, ultimul model/generatie, cu ultimele versiuni software instalate, nereconditionat; Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură; Metode detectie: fotometrie/spectrofotometrie si potentiometrie; Tip proba: Ser, plasma, urina, LCR, scaun procesat; Predilutie automata a probei; Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Modul ISE integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- cu sistem de autospalare; Numar de reagenti la bord: ≥ 40 Dotat cu modul integrat de racire/pastrare la bord a reagentilor; Stabilitatea la bord a reagentilor solicitati: cel puțin 4 pana la 25 saptamani, se va da prioritate pentru stabilitatea medie cea mai mare; Monitorizarea automata a stabilitatii reagentilor la bord; Baie de incubare la $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; •Productivitate ≥ 400 teste fotometrice/h si ≥ 400 teste ionselective sau ≥ 700 teste/h combinat; Incarcare pentru ≥ 50 probe; Modul pentru probe de urgenta; Discul de reacție ≥ 80 de celule de reacție, reutilizabile; Reagenti lichizi, gata de utilizare. Reagentii sa nu necesite incalzire, mixare sau deschidere prealabila – protectie de scurgeri si evaporare; Pipetorul pentru reagent dotat cu sensor nivel de lichid; Detectie nivel de lichid, spuma si pelicula pentru reagenti; Detectie nivel de lichid, spuma si chiaguri pentru proba; Inventariere continua automata a cantitatii de	Complet automat, tip inchis (cobas c pack green) •Nou, ultimul model/generatie, cu ultimele versiuni software instalate, nereconditionat; •Interfața cu utilizatorul: Calculator livrat cu dispozitivul, tastatură; •Metode detectie: fotometrie, turbidimetrie si potentiometrie; •Tip proba: Ser, plasma, urina, LCR, supernatant, sange integru (A1c), fluid oral, hemolizat, lichid amniotic, scaun procesat. Predilutie automata a probei; Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Modul ISE integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- cu sistem de autospalare; Numar de reagenti la bord: 42 Dotat cu modul integrat de racire/pastrare la bord a reagentilor: $5-15^{\circ}\text{C}$ Stabilitatea la bord a reagentilor solicitati: cel puțin 4 pana la 25 saptamani. 25 saptamani pana la 80% din spectrul de teste; Monitorizarea automata a stabilitatii reagentilor la bord; Baie de incubare la $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$; •Productivitate ≥ 450 teste fotometrice/h si ≥ 450 teste ionselective sau ≥ 750 teste/h combinat; Incarcare pentru ≥ 50 probe; Modul STAT pentru probe de urgenta; Discul de reacție 128 de celule de reacție, reutilizabile; Reagenti lichizi, gata de utilizare <i>cobas c pack green</i>. Reagentii nu necesita incalzire, mixare sau deschidere prealabila – protectie de scurgeri si evaporare; Pipetorul pentru reagent dotat cu sensor nivel de lichid; Detectie nivel de lichid, spuma si pelicula pentru reagenti;	CE
	3							
	3							
	6							
	9							
	6							
	5							

Germania

Roche
Diagnostics

	0 0 - 0					reagent si consumabile la bord dar si a disponibilitatii spatiului pentru reziduuri; Identificare probe și reagenți prin coduri de bare; Reagentii sa fie in ambalajul original de la acelasi producator cu dispozitivul oferit. Afisare date QC prin: grafice Levey-Jennings; Actualizarea regulata si diponibilitatea rezultatelor si statisticilor QC; Calibrare pe lot de reagent. Posibilitatea de descarcare automata a curbei de calibrare pentru lotul nou de reagent; Acces si diagnosticare/asistenta de la distanta; Interfata mono si bidirectionala; Alimentarea 200/220V Ecran touchscreen Functionare la umeditate ≤ 80 % Compact ≤ 2 m2 Statie de purificare a apei conform necesitatii dispozitivului oferit UPS Comodat 4 ani	Detectie nivel de lichid, spuma si chiaguri pentru proba; Inventariere continua automata a cantitatii de reagent si consumabile la bord dar si a disponibilitatii spatiului pentru reziduuri; Identificare probe prin coduri de bare și reagenți prin etichete RFID; Reagentii se livreaza in ambalajul original de la acelasi producator cu dispozitivul oferit. Afisare date QC prin: grafice Levey-Jennings; Actualizarea regulata si diponibilitatea rezultatelor si statisticilor QC; Calibrare pe lot de reagent. Posibilitatea de descarcare automata a curbei de calibrare pentru lotul nou de reagent; Acces si diagnosticare/asistenta de la distanta; Interfata mono si bidirectionala; Alimentarea 200/220V Ecran touchscreen Functionare la umeditate ≤ 80 % Compact ≤ 2 m2 Statie de purificare a apei conform necesitatii dispozitivului oferit WSU II, prefiltu (filtu cu osmoza inversa); UPS Comodat 4 ani, cu posibilitatea de trecere in proprietate	
1.2		Determinarea albuminei	ALB2, 750T, cobas c pack green 08056692190					CE
1.3		Determinarea fosfotazei alcaline	ALP2, 1100T, cobas c pack green 08056757190					CE
1.4		Determinarea alaninaminotransferazei (ALT) cu	ALTP2, 800T, cobas c pack green 08104697190					CE
1.5		Determinarea α-amilazei	AMYL2, 750T, cobas c pack green 08056811190					CE
1.6		Determinarea amilazei pancreatice	AMY-P,450T,cobas c pack green 08056820190					CE
1.7		Determinarea Antistreptolizina O (ASLO)	ASLOT,200T,cobas c pack green 08105472190					CE

1.8		Determinarea aspartataminotransferazei (AST) cu Pyp	ASTP2, 800T, cobas c pack green 08104719190	Germania	Roche Diagnostics	Compatibil cu echipamentul in comodat	Compatibil cu echipamentul in comodat cobas c303, sistem inchis	CE
1.9		Determinarea bilirubinei directe	BILD2, 1000T, cobas c pack green 08056951190					CE
1.10		Determinarea bilirubinei totale	BILT3, 1050T, cobas c pack green 08056960190					CE
1.11		Determinarea calciului	CA2,1500T, cobas c pack green 08057427190					CE
1.12		Determinarea ceruloplasminei	CERU, 200T, cobas c pack green 08105553190					CE
1.13		Determinarea colesterolului	CHOL2, 2600T, cobas c pack green 08057443190					CE
1.14		Determinarea creatinfosfokinazei (CK)	CK,500T,cobas c pack green 08057460190					CE
1.15		Determinarea MB-creatinfosfokinazei (CK-MB)	CKMB, 150T, cobas c pack green 08057486190					CE
1.16		Determinarea creatininei (Jaffe)	CREAJ2 2500T, cobas c pack green 08057532190					CE
1.17		Determinarea Cystatin C	CYSC2 250T, cobas c pack green 08105596190					CE
1.18		Determinarea Cholinesterazei	CHE2 1050T,cobas c pack green 08105561190					CE
1.19	3	Determinarea D-Dimer	D-Dimer Gen.2,100Test,cobas c pack green 08105626190					CE
1.20	3	Determinarea feritinei	FERR4,400T,cobas c pack green 08057648190					CE
1.21	6	Determinarea gamaglutamintraspeptidazei (GGTP)	GGT-2, 400T, cobas c pack green 08057796190					CE
1.22	9	Determinarea glucozei	GLUC3,3300T, cobas c pack green 08057800190					CE
1.23	6	Determinarea HDL-colesterol	HDLC4, 700T, cobas c pack green 08057877190					CE
1.24	5	Determinarea Homocisteinei	HCYS,100T,cobas c pack green 08057826190					CE
1.25	0	Determinarea fierului	IRON2, 700T, cobas c pack green 08057931190					CE
1.26	-	Determinarea lactatdehidrogenazei (LDH)	LDHI2,850T,cobas c pack green 08057958190					CE
1.27	0	Determinarea LDL-colesterol	LDLC3, 600T, cobas c pack green 08057966190					CE
1.28		Determinarea lipazei	LIPC,200T,cobas c pack green 08057982190					CE
1.29		Determinarea magneziului	MG2, 690T,cobas c pack green 08058016190					CE

1.30	Determinarea fosforului	PHOS2, 750T, cobas c pack green 08058610190				CE
1.31	Determinarea Proteinei C reactive	CRP4,500T,cobas c pack green 08057591190				CE
1.32	Determinarea Factorului reumatoid (RF)	RF-II,400T,cobas c pack green 08058628190				CE
1.33	Determinarea proteinei totale	TP2 1050T cobas c pack green 08058652190				CE
1.34	Determinarea proteinei in urina	TPUC3 650T, cobas c pack green 08058679190				CE
1.35	Determinarea trigliceridelor	TRIGL, 1000T, cobas c pack green 08058687190				CE
1.36	Determinarea calprotectinei in materii fecale	FCAL cantitativ, 200T, cobas c pack green, 08910367190				CE
1.37	Determinarea acidului uric	UA2, 1300T, cobas c pack green 08058750190				CE
1.38	Determinarea ureei	UREAL, 600T, cobas c pack green 08058806190				CE
1.39	Determinarea Kaliu	Cartridge K,K Electrode 10825441001				
1.40	Determinarea Natriu	Cartridge NA,Na Electrode 10825468001				
1.41	Determinarea Clor	Cartridge CL,Cl Electrode 03246353001				

N.B. La livrare se va oferi certificat de calitate per lot pentru reagenti si consumabile

Semnat: _____ Numele, prenumele: C.Lazari În calitate de: manager achizitii
Ofertantul :IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5