

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1703830345508
Obiectul achiziției: “ Servicii de deservire a utilajului radiologic ”

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Sistem de tomografie computerizata Aquilon Prime, Toshiba LOT 1	Aquilon PRIME	Japonia	TOSHIBA/CANON MEDICAL SYSTEMS	<p>Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Da</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local,</p>	<p>Documente obligatorii Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice Da</p> <p>Cerințe generale Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini</p>	CE, ISO

				<p>șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	<p>fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	
Gamma cameră Nucline X-Ring-4R, Mediso Medical Imaging Systems LOT 5	Gamma cameră Nucline X-Ring-4R	Ungaria	Mediso Medical Imaging Systems	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic</p> <p>Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice</p> <p>Da</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Da</p>	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic</p> <p>Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice</p> <p>Da</p> <p>Cerințe generale</p> <p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar</p>	CE, ISO

				<p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	<p>cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	
<p>Sistem radiodiagnostic cu braț C ZEN-7000 LOT 6</p>	<p>ZEN-7000</p>	<p>Corea de Sud</p>	<p>Genoray</p>	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic</p> <p>Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice</p> <p>Da</p> <p>Cerințe generale</p>	<p>Documente obligatorii</p> <p>Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului radiologic</p> <p>Da</p> <p>Autorizație radiologică eliberată de Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice</p> <p>Da</p> <p>Cerințe generale</p>	<p>CE, ISO</p>

				<p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis.</p> <p>După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	<p>Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile vor fi înregistrate în „jurnalul de gardă” și „fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării</p> <p>Da</p> <p>Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii</p> <p>Da</p> <p>La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a</p> <p>Da</p> <p>3</p> <p>parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua lunar cu întocmirea unui grafic de deservire preventiv, sau la cerința beneficiarului,</p> <p>Da</p> <p>Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua și pentru toate dispozitivele conexe și accesoriile atribuite dispozitivelor radiologice (stație de lucru, stație de arhivare, printere etc.)</p> <p>Da</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)