

Dispozitiv de reprocesarea automata a doua endoscoape cu uscarea canalelor Cod 290430	DW 6004, DETRO HEALTHCARE KIMYA SANAYI A.Ş., Turcia
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnica oferită
<i>DA, Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.</i> Parametru Specificația Configuratie Static pe podea sau masa Endoscoape per ciclu ≥ 2 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spalare ≤ 30 min. Dezinfectarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separate obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, $l \geq 15$ litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 15883 obligatoriu	<i>DA, Descriere Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire si curatare a canalelor endoscopului.</i> Parametru Specificația DA, Configuratie Static pe podea / <i>Brosura Detrowash-6000Series</i> DA, Endoscoape per ciclu 2 / <i>Brosura Detrowash-6000Series/ Capacity</i> DA, Ecran LCD/ <i>Brosura Detrowash-6000Series/ Capacity/Graphic LCD display</i> DA, Numărul de canale de conectare 6/ <i>Brosura Detrowash-6000Series /Connections/ Double Scope: 6 Channel</i> DA, Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: DA, Curățare / Spalare ≤ 30 min. (setabil) / <i>Brosura Detrowash-7000-8000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display</i> DA, Dezinfectarea <i>Brosura Detrowash-6000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display</i> DA, Clătire/ <i>Brosura Detrowash-6000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display</i> DA, Uscare canalelor cu aer sau cu alcool/ <i>Brosura Detrowash-6000Series/ Traceability of programmes on graphic LCD display</i> DA, În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare obligatoriu DA, Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separate obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-6000Series/ Advanced Hardware/ Flow sensor (6-9pcs)</i> DA, Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series /Level control for disinfectant, enzyme, alcohol tanks</i> DA, Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți: Sonoscape, Karl Storz DA, Tipuri agenti antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) DA, Reservor, 2 buc. 15 litri/ <i>Brosura Detrowash-6000Series /Tank Capacities</i> DA, Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu

Accesorii și consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu Soluție de spălare min. 100 cicluri, codul produsului Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri, codul produsului	/ <i>Brosura Detrowash-6000Series /Advanced Hardware/Automatic and Full Time Leakage Test</i> DA, Variația de temperatură ≤ 55 grade DA, Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu /<i>Brosura Detrowash-6000Series / Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i> DA, Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu/<i>Brosura Detrowash-6000Series / Automatic precise dosing for enzyme ,disinfectant, alcohol</i> DA, Alarma Automată / <i>Brosura Detrowash-6000Series / Advanced reporting system& Alarms sytem</i> DA, Stand pe roți obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series</i> DA, Compresor de aer obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series /Traceability of programmes on graphic LCD display /Alcohol+Air</i> “Air Tank: 1 piece 5L” DA, Autodezinfectare obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series /Self disinfection system</i> DA, Sistem de filtrare a apei obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series /Water Filtration/ 5 micron, 1 micron, 0.2 micron</i> DA, Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) obligatoriu / <i>Brosura Detrowash-6000Series / Concentrated Disinfectant Canister: 1 piece 5L</i> <i>Brosura Detrowash-6000Series / Use of brand-independent disinfectants (single use disinfectants)</i> DA, Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu/ <i>Brosura Detrowash-6000Series / Validated by an accredited organisation to EN ISO 15883-1&4 standard.</i> Accesorii și consumabile: DA, Adaptoare de conectare pentru: DA, Olympus obligatoriu DA, Fujifilm obligatoriu DA, Pentax obligatoriu DA, Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți: DA, Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului obligatoriu DA, Soluție de spălare min. 100 cicluri DA, Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri
---	---