

Numărul procedurii de achiziție : 21019692						Data: 24.02. - 06.03.2020	Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea reactivelor pentru analize medicale de laborator și consumabile pe parcursul an. 2020						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2		3	4	5	6	7
33696500-0	Tromboplastină cu activ, 14-18 sec ,gata de folosire, în formă lichidă, cu CaCl (TP) ,și ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul de la 5 ml pina la 10 ml	PT Lichid	Italia	BEN	1. Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului ,seri3,termenul de valabilitate ,condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni La cerere de prezentat monster pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 5 zile înainte de data semnării contractului. Ofertantul să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor, în set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 2. Reagenții,soluțiile din set să fie lichizi, gata de lucru . 3. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile.Prezenta instrucțiunilor în limba de stat sau rusa . 4.Calibratorii și standardele să fie înregistrate în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setului .	Tromboplastină cu activ, 14-18 sec ,gata de folosire, în formă lichidă, cu CaCl (TP) ,și ISI nu mai mic de 1,1 ,cu standart Flacoane cu volumul 5 ml <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Set p/u determinarea fibrinogenului dupa Klauss, cu standart Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml, teste	Fibrinogen Clauss	Italia	BEN		Set p/u determinarea fibrinogenului dupa Klauss, cu standart. Flacoane cu volumul 3 ml, teste <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Plasma de control normala (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Kauss). Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml	COAGULATION NORMAL CONTROL	Italia	BEN		Plasma de control normala (7 parametri inclusiv fibrinogen dupa Kauss). Flacoane cu volumul de la 1 ml <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Plasma de control pathologic low (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss) Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml	COAG. ABNORMAL CONTROL LEV 1	Italia	BEN		Plasma de control pathologic low=abnormal L1 (7 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss) Flacoane cu volumul de la 1 ml <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Plasma de control pathologic High (4 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss Flacoane cu volumul de la 1 ml pina la 2ml	COAG. ABNORMAL CONTROL LEV 2	Italia	BEN		Plasma de control pathologic High = abnormal L2 (7 parametri inclusiv fibrinogen dupa Klauss) Flacoane cu volumul de la 1 <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Panel pentru determinarea Troponina I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma, cu scop diagnostic al infarctului miocardic	Myoglobin/CK-MB/Troponin I Combo Rapid Test Cassette	China	ALL TEST	1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs. Nota: ambalajul este solicitat în conformitate cu anexa Nr.3 al ordinului Nr 701 MS	Panel pentru determinarea Troponina I,CK-MB și mioglobina în ser /plazma și sânge, cu scop diagnostic al infarctului miocardic <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE
33696500-0	Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima	Micro-albumin Qualitative	China	ALL TEST		Cartus-test pentru determinarea microalbuminei în urina , test rapid sensibilitate maxima <i>Conform cerințelor generale</i>	ISO, CE

Semnat:  Numele, Prenumele: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

