

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

Numărul procedurii de achiziție: 21560387, ocds-b3wdp1-MD-1770129543067							Data: 18.02.2026	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
Lot nr.5 Hemoglobina glicozilată (Lot deschis pentru oferte alternative)								
5.1	33696500-0	HbA1c	W207 / HbA1c Rapid Quantitative Test	China	Wondfo	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda: HPLC sau FIA (test rapid cantitativ) sau imunofluorescență laterală (test rapid cantitativ), sau oricare altă metodă imunologică specifică cantitativă. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Curba de calibrare - specifică metodei sau digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodare pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hirtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 4 seturi.	Test-card de unica folosință HbA1c Rapid Quantitative Test compatibile cu reader semiautomat. Coform specificațiilor tehnice solicitate.	ISO, CE.
5.2	33696500-0		W873 / HbA1c Control	China	Wondfo	HbA1c Control - material de control utilizat pentru verificarea preciziei testelor de hemoglobină glicozată pe analizoarele Finecare. Coform specificațiilor tehnice solicitate.	ISO, CE.	
5.3	33696500-0		Wondfo / Finecare	China	Wondfo	Hirtie termică pentru dispozitiv. Coform specificațiilor tehnice solicitate.	ISO, CE.	
5.4	33696500-0		FS-113 / FINECARE FIA METER PLUS	China	Wondfo	Reader semiautomat FINECARE FIA METER PLUS FS-113 . Coform specificațiilor tehnice solicitate.	ISO, CE.	
							Total lot:	
Lot nr. 8: Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale								
8.1	33696500-0	IClostridium diff.(GDH+Toxinele A,B) din mase fecale	ICD-635B / Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale	China	Alltest	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale Metoda: cromatografie laterală, test rapid calitativ. CE. IVD.	Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale Metoda: cromatografie laterală, test rapid calitativ. CE, IVD.	ISO, CE.
							Total lot:	

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 18.02.2026

Valabilitatea ofertei - 90 zile.