

## Specificatii tehnice

*IMSP Spitalul raional Rezina*

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1701758100947 / 21126122</b>						Data: <b>18.12.2023</b>	
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Reactive, calibratori și materiale de control necesare pentru anul 2024</i>						Lot: 8	
Pagina 1 din 1							
Nr.	Denumirea pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Lot 8 Teste expres pentru</b>							
8.1.	Teste expres pentru Troponina I	cTnI Cassette nr.cat. <b>CTI-402</b>	China	AT	Expres teste pentru Troponina I. Ambalaj individual. Detectia pind la 0,3 ng4 ( ser, plasm6 cu K3EDTA)	<b>cTnI Cassette-</b> Troponine . Expres teste pentru Troponina I. Ambalaj individual. Detectia pind la 0,3 ng4 ( ser, plasm6 cu K3EDTA). <b>Inregistrat la AMED cu nr. DM000377338</b>	ISO, CE.

**Nume:** Varman Irina    **În calitate de:** Director

**Ofertantul:** ProfilabDiagnostic SRL    **Adresa:** mun. Chisinau, Dokuceaev 6, of.61