

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1655712720171	Data: 01.08.2022
Denumirea licitației: Achiziționarea utilajului medical	Pagina 1 din 2

Nr. Lot	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Lotul 9						
9	Lot 9. Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000° grade	MUFU-072-001	Spania	LabBox	Tmax, grade C - 1100; Programare digitală a temperaturii și timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +150 până la min +1100 °C, încălzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere și a usii din ceramica. volumul minim 7,2 Litri Dimensiuni camera mm, (190-210 x 290-310 x 140-100) Dimensiuni totale mm, (440-550 x 580-600 x 520-650) Putere min, kW - 3,0 ; Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Tmax, grade C - 1200; Programare digitală a temperaturii și timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +100 până la min +1200 °C, încălzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere și a usii din ceramica. volumul minim 7,2 Litri Dimensiuni camera mm, (300 x 200 x 120) Dimensiuni totale mm, (785 x 530 x 640) Putere min, kW - 3,0 ; Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție 1 an din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	

	Lotul 17					
17	Lot 17. Balanță electronică cu precizia: 0,01	0009094	Moldova	Alex SE	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 500 g. Calibrare internă. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie., Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cântărirea pînă la 600 g. Calibrare internă. Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. La momentul livrării echipamentul trebuie să fie inclus în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare” al Institutului Național de Metrologie., Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare
	Lotul 18					
18	Lot 18. Baie cu ultrasunet	ULTR-3L2-001	Spania	LabBox	Caracteristici: temperatura +75° C, fixată; taimer-0-30 min; Frecvența ultrasunetului 28 kHz; Puterea -170Bn volum: pina la 3 l; dim. externe: 328-345x280-300x300-310 mm; alimentare: 220/240 V; 50/60 Hz.; puterea (la încălz.): 130 (239) W, taimer mecanic; volum : pînă la 3 l; alimentare : 220/240 V; 50/60 Hz. puterea (la încălz.): 130 (239) W,	Caracteristici: temperatura reglabila pina la 80° C, fixată; taimer-0-30 min; Frecvența ultrasunetului 28 - 40kHz; Puterea -170Bn volum: pina la 3 l; dim. camera de lucru 240 x 135 x 100 mm; alimentare: 220/240 V; 50/60 Hz.; puterea (la încălzire si ultrasunet): 100 - 120 W, taimer

Valabilitatea ofertei - 30 zile

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Pîslaru Rodica**

In calitate de: **Administrator**

Oferatntul: **SRL «Biotechlab»**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Decebal, 17/Z-7**