

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022									
Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Lot 36 Măner Yankauer fin	Bucată	145	225,00	270,00	32625,00	39150,00	Conform anunțului de participare	
90	Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	Bucată	2500	217,93	261,52	544825,00	653790,00	Conform anunțului de participare	
91	Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Bucată	200	243,74	292,49	48747,50	58497,00	Conform anunțului de participare	
92	Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	Bucată	500	243,74	292,49	121868,75	146242,50	Conform anunțului de participare	
93	Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	Bucată	180	286,75	344,10	51615,00	61938,00	Conform anunțului de participare	
94	Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	Bucată	500	260,94	313,13	130471,25	156565,50	Conform anunțului de participare	
95	Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Bucată	400	252,34	302,81	100936,00	121123,20	Conform anunțului de participare	
96	Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	Bucată	550	243,74	292,49	134055,63	160866,75	Conform anunțului de participare	
	TOTAL					1031088,50	1398172,95		

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comra, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1648195071000 din 15.04.2022

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile medicale (echipamente medicale) pentru anul 2022 REPETAT**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 36 Mâner Yankauer fin	78-9360 Fără tub	Polonia	SUMI	Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.	Mânerul Yankauer fin pentru aspirație: canulă fină pentru aspirație, material PVC, transparent, L-25-30 cm, fără orificiu pentru vacuum control digital, cap distal: diametrul extern max.4mm, diametru intern cca.2mm, tip tubular cu orificii laterale. O unitate per ambalaj steril.	CE/ISO
Lot 90 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu două lumene	FV-2826	China	GBMT Co.,Ltd	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml -10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	CE/ISO
Lot 91 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	FV-3926	China	GBMT Co.,Ltd	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink	Componenta: 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mână ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink	CE/ISO

				<p>proof”, cu flexibilitate crescuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 	<p>proof”, cu flexibilitate crescuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG; 	
Lot 92 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene	FV-372915	China	GBMT Co.,Ltd	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, 	<p>Componenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ac de puncționare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid; 3. Cateter 7F (lungime- 15 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 8F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 	CE/ISO

				latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;	
Lot 93 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu patru lumene	FV-4926	China	GBMT Co.,Ltd	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 8F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 9F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	CE/ISO
Lot 94 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu doua lumene (pentru dializa)	FR-2226	China	GBMT Co.,Ltd	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 12F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punctionare - 1,3mm x 70mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,89 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescuta: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 in 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 12F (lungime- 20 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisa; -Are marcaje</p>	CE/ISO

				<p>dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter;</p> <p>4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilatator 12F; 6. Căpăcel de protecție pentru fiecare lumen prevăzut cu o membrană elastică pentru injectarea directă fără detașarea căpăcelului de pe cateter. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	
Lot 95 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	FC-3522	China	GBMT Co.,Ltd	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38 -50 mm . Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 8 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii.</p> <p>5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu</p> <p>7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free;</p> <p>8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	CE/ISO
Lot 96 Set p/u cateterizarea vaselor centrale cu trei lumene (pediatrice)	FC-3524	China	GBMT Co.,Ltd	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 13 cm),</p>	<p>Componenta:</p> <p>1. Ac de punționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mânăuiera ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului;</p> <p>2. Ghidul metalic J (0,46 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire;</p> <p>- Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid;</p> <p>3. Cateter 5F (lungime 13 cm),</p>	CE/ISO

				<p>- Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	<p>- Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**