

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1614260373145</a> din 21.03.2021 |
| Denumirea procedurii de achiziție Echipament medical și bunuri de protecție                  |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor                      | Modelul articolului   | Țara de origine | Producătorul               | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință   |
|---------|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|---|--|--|
| 1       | 2  | 3                     | 4               | 5                          | 6   | 7  | 8  |
| 1       | Masca chirurgicala                       | Masca medicinala      | R. Moldova      | Danimosa SRL               | Masca chirurgicală de o singură folosință cu mai multe straturi (3 straturi/ pliuri cu elastic, tija metalică) pentru protecție împotriva virușilor, non-iritant pentru piele   | Conform specificației                                  | Aviz sanitar eliberat de către ANSP, raport de încercări eliberat de către Centrul de analize și încercări Pielart |
| 2       | Termometru cu infrarosu                  | Thermometer Infrared  | China           | Alien Medical Shenzhen INC | Fără contact, utilizare multiplă prin două moduri de măsurare:corporal și obiecte; cu senzor infraroșu de mare precizie de top stabil și solid; o bună performanță de adaptabilitate la temperatura mediului, capacitatea de a fi utilizat într-un mediu complex; capacitatea de stocare/MEMORIE:NU MAI PUȚIN DE 32 seturi de măsurări; unitate de măsură: opțional pentru Celsius; funcții de oprire automată și de economisire a energiei; ecran LCD de dimensiuni mari, retro-iluminare tricolor de rezoluție înaltă (verde pentru temperatura normală, galben pentru temperatura de alertă, roșu pentru temperatura febrei), afișaj clar și fin; gama de măsurători/interval de măsurare a temperaturii; regimul temperaturii corpului în limitele (32,0-42,2), distanțierea pentru măsurarea temperaturii 3-10 cm. Are indicator „baterie descărcată”, timpul măsurării temperaturii 0,5-1 sec. Garanția pentru produsul achiziționat nu mai puțin de doi ani. Tipul de baterii:2bat. 1,5B-AAA. Durata de viață a bateriilor: aprox. 4 000 înregistrări neîntrerupte. Certificat de garanție și manual de utilizare în limba română și rusă. | Conform specificației                                  | Certificat CE  |
| 3       | Costume de protecție cu gluga și botoșei | Combezon de protecție | R. Moldova      | Danimosa SRL               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Material: neșesut laminat, densitatea minim 60g/m2.</li> <li>2.Botoși parte integral a combinezonului, prevăzută cu elastic la gleznă.</li> <li>3.Gluga să fie cu elastic și cu clapă pentru închidere la bărbie cu fixare cu bandă adezivă.</li> <li>4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului, prevăzută cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare.</li> <li>5.Combinezonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusive sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale.</li> <li>6.Să asigure libertate de mișcare.</li> <li>7.Ambalaj individual cu inscripții mărimii. Produs de unică folosință.</li> </ul>  | Conform specificației                                  | Aviz sanitar eliberat de către ANSP, raport de încercări eliberat de către Centrul de analize și încercări Pielart |
| 4       | Soluție dezinfectantă pentru miini       | Farmol Cid            | R. Moldova      | Luxfarmol SRL              | Soluție dezinfectantă cu acțiune rapidă contra infecțiilor, pe bază de alcool cu o concentrație nu mai puțin de 72 %.   | Conform specificației                                  | Certificat de înregistrare la ANSP ca biocid, extras din registrul de Stat al Dispozitivelor                       |

|   |  |                              |            |                     |   |                       |   |
|---|--|------------------------------|------------|---------------------|---|-----------------------|---|
|   |  |                              |            |                     |   |                       | medicale din cadrul AMDM  |
| 5 | Lampa bactericida(tub bactericid 20 V) | Lampa bactericida 6*30 Flora | R. Moldova | Caravan Express SRL | <p>Tensiune 220V<br/> Lungime de undă 200nm-280nm<br/> Să nu producă ozon<br/> Rata de sterilizare min.99,9%<br/> Timp de dezinfectare 30 min.<br/> Timp de lucru min9000 ore confirmat de producător.<br/> Suprafața acoperită min 90mp<br/> Puterea lumină UV min 6X30W<br/> Data de producere lămpi min2021-02-24<br/> Poziția lămpilor verticală<br/> Prezent contor ore de lucru<br/> Tip lampă UV pe platforma mobilă<br/> Manual instrucțiuni uutilizate și instalate (limba română/rusă)<br/> Taimer cu telecomandă<br/> Perioada de garanție min 2 ani</p> | Conform specificației | Certificat înregistrare MD 2021-3-EEE-005, privind producatorul de echipamente electrice și electronice<br>Aviz sanitar eliberat de către ANSP, |
| 6 | Masca din tesatura                     | Măști faciale reutilizabile  | R. Moldova | Danimosa SRL        | <p>Masca din țesătură de bumbac în amestec , compus din două repere în două straturi , cu elastic. Bumbac 100 %.<br/> Densitatea:140 gr/m<sup>2</sup><br/> Dimensiune :<br/> 260 x 290 mm<br/> +/- 5mm<br/> Culoarea neagră.</p>  | Conform specificației | Aviz sanitar eliberat de către ANSP, raport de încercări eliberat de către Centrul de analize și încercări Pielart                              |
|   | <b>TOTAL</b>                           |                              |            |                     |   |                       |   |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Victor Donea În calitate de: Manager  
Ofertantul: Distrimed SRL Adresa: Chisinau, bd. Traian14/4, of27