

0				Ocular	Ocular	
0				Tipul ocularului Binocular	Tipul ocularului Binocular	
-				Amplificare ocular Minimum 10x	Amplificare ocular Minimum 10x	
1				Număr de cimp al ocularului Minimum 22	Număr de cimp al ocularului Minimum 22	
				Tip ocular Cu ajustare dioptrică	Tip ocular Cu ajustare dioptrică	
				Compensare anetropie De la +5 la -5	Compensare anetropie De la +5 la -5	
				Distanța interpupilară Ajustabilă	Distanța interpupilară Ajustabilă	
				Distanța interpupilară 45 -75	Distanța interpupilară 50 -75	
				Interval unghi de inclinare a tubului de observare	Interval unghi de inclinare a tubului de observare	
				30- 45°	30- 60°	
				Turelă rotativă și obiective	Turelă rotativă și obiective	
				Număr de obiective minim incluse 5	Număr de obiective minim incluse 5	
				Tip obiectiv Plan Acromat	Tip obiectiv Plan Acromat	
				Obiectiv necesar 4x	Obiectiv necesar 4x	
				Numărul aperturii Minimum 0,1	Numărul aperturii Minimum 0,1	
				Distanța de lucru Minimum 18	Distanța de lucru Minimum 18	
				Obiectiv necesar 10x	Obiectiv necesar 10x	
				Numărul aperturii Minimum 0,25	Numărul aperturii Minimum 0,25	
				Distanța de lucru Minimum 10,5	Distanța de lucru Minimum 10,5	
				Obiectiv necesar 20x	Obiectiv necesar 20x	
				Numărul aperturii Minimum 0,4	Numărul aperturii Minimum 0,4	
				Distanța de lucru Minimum 0,92	Distanța de lucru Minimum 0,92	
				Obiectiv necesar 40x	Obiectiv necesar 40x	
				Numărul aperturii Minimum 0,65	Numărul aperturii Minimum 0,65	
				Distanța de lucru Minimum 0,36	Distanța de lucru Minimum 0,36	
				Obiectiv necesar 60x/100x draft	Obiectiv necesar 60x/100x draft	
				Numărul aperturii Minimum 0,7	Numărul aperturii Minimum 0,7	
				Distanța de lucru Minimum 0,2	Distanța de lucru Minimum 0,2	
				Număr de cimp Minimum 22	Număr de cimp Minimum 22	
				Butoane de reglaj Axe de reglare a suportului X, Y, Z	Butoane de reglaj Axe de reglare a suportului X, Y, Z	
				Mod de acționare a suportului Rapidă și fină	Mod de acționare a suportului Rapidă și fină	
				Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 μm	Treaptă de reglare fină a focusării Maximum 1 μm	
				Iluminator Sursă de lumină LED	Iluminator Sursă de lumină LED	
				Durata de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore	Durata de viață a sursei de lumină Minimum 50000 ore	
				Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului)	Mod iluminare Prin transmitere (din partea inferioară a suportului)	
				Ajustare luminozitate Da	Ajustare luminozitate Da	
				Platformă de lucru Cu clemă de fixare Da	Platformă de lucru Cu clemă de fixare Da	
				O clemă mobilă Da	O clemă mobilă Da	
				Diafragmă și condensor Tip condensor	Diafragmă și condensor Tip condensor	
				Acromatic și aplanatic	Acromatic și aplanatic	
				Tip diafragmă	Tip diafragmă	
				Cu diametru ajustabil	Cu diametru ajustabil	
5	Microscopie pentru examinări în histopatologie	B-510 ERGO	Italia	Optika		ISO/CE

Semnătură: Victoria Becor Numele, prenumele: Buşa Victoria, Şelar Iuliana În calitate de: manager vânzări

Ofertantul IM Becor SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

