

Specificații tehnice (F4.1)

fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloa

Numărul licitației:

ocds-b3wdp1-MD-1552994122991

Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

Denumirea licitației: Achiziționarea reactivelor pentru investigații imunologice și consumabile pentru laborator pentru anul 2019

0-230-2-37-41

Data 08 04 2019

Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7	
33600000	36	Lamă sticlă	Lamă sticlă, sticlă, lungimea 75mm, grosimea - 2mm, lățimea - 25 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Lamă sticlă, sticlă, lungimea 75mm, grosimea - 2mm, lățimea - 25 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	Lamă sticlă, sticlă, lungimea 75mm, grosimea - 2mm, lățimea - 25 mm, cu marginea șlefuită, spălate, degresate, ambalate ermetic, CE	Aviz sanitar 5 din 04.01.2019 Certificat de conformitate din 03.12.2018 Certificat ISO no. Q6 080946 0012 Rev. 00 din 03.12.2018
33600000	56	Scarificator-lan	Scarificator-lanceta, din inox, cu adancitura in cehtru, lanceta centrala, lungime scarificator: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice	China	Anji SPENQ Industrial Co., Ltd.	Scarificator-lanceta, din inox, cu adancitura in cehtru, lanceta centrala, lungime scarificator: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice	Scarificator-lanceta, din inox, cu adancitura in cehtru, lanceta centrala, lungime scarificator: ≥ 36 mm, lungime lanceta: 3,3 mm, latime scarificator: 5 mm, corpul scarificatorului cu capetele ascutite taiate, steril, ambalat individual, pentru recoltarea probelor hematologice	Certificat de conformitate din 03.12.2018 Certificat CE no. G2 080946 0007 Rev. 01 din 03.12.2018 Certificat ISO no. Q6 080946 0012 Rev. 00 din 03.12.2018 Aviz sanitar 922 din 24 august 2018

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chitic Ecaterina În calitate de: administrator, farmacist - diriginte

Ofertantul: Lismedfarm SRL Adresa: sos. Muncesti 167/B, mun. Chisinau, MD-2002