



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Nr. probei:



51016707

Denumirea probei: Șervețele uscate Premium m.c.Tork

Beneficiar: TORECO SRL

Producătorul Essity, Suedia

Adresa juridică: mun. Chișinău, sec. Ciocana,
str. Uzinelor. 1

Data și ora prelevării: 12.04.2024

Livrat în laborator: 12.04.2024 10:24:19

Data eliberării raportul 18.04.2024 15:08:09

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 1207/2016

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Plumb	<0,01	mg/dm ³		0,03	GOST 30178-96, POS 1.31
Crom*	<0,01	mg/dm ³		0,1	GOST 30178-96, POS 1.31
pH în cosmetică	6,25		±0,06	4,5-8,8	SM GOST R 52354:2006
Data începerii investigației	12/04/2024				
Data finisării investigației	18/04/2024				

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu simbolul * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu* sunt anulate.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă:

Responsabili:

Rita Ciugurean; Stefan Constantinovici

Autorizat: Șef direcție diagnostic de laborator

Burduniciu Olga

