

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754312845979/21463195 din: 04.08.2025 conform SIARSAP Mtender								
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA II (Suplimentar)								

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
19	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 pentru Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN	EX076	China	Shenzhen Greatmade Tech Ltd	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	Cablu de extensie pentru senzor SpO2 compatibil cu Defibrilator CU Medical System LIFEGAIN cu SN M2Q10B007	CE, ISO
20	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	MPK004C	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	Cablu ECG compatibil cu dispozitivul Cardico-306	CE, ISO
21	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	MPK010C	China	Shenzhen Medplus Accessory Co., LTD	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	Cablu ECG compatibil cu MAG-600	CE, ISO
66	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch)	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch)	KND-A Medical X-Ray Film(8"x10")	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch),compatibil cu imprimanta AGFA,DRYSTAR 5302 pentru aparatul TMS-320NR.100	Film radiologic cu baza albastra 20X25cm(8x10inch),compatibil cu imprimanta AGFA,DRYSTAR 5302 pentru aparatul TMS-320NR.100 DA, PAG 1 DIN Thermal Medical Film and Printer catalogue	CE, ISO
67	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch)	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch)	KND-A Medical X-Ray Film(14"x17")	China	SHENZHEN KENID MEDICAL DEVICES CO.,LTD	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch),compatibil cu imprimanta AGFA DRYSTAR 5302, pentru aparatul TMS-320,NR 100	Film radiologic cu baza albastra 35X43cm(14x17inch),compatibil cu imprimanta AGFA DRYSTAR 5302, pentru aparatul TMS-320,NR 100 DA, PAG 1 DIN Thermal Medical Film and Printer catalogue	CE, ISO
167	Role pentru sterilizare 100mm x 70m	Role pentru sterilizare 100mm x 70m	MGTR-100070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 100 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM000691146
168	Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 100mm x 70m, RENO S-91	MGTR-100070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 100mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	DM000691146
169	Role pentru sterilizare 150mm x 70m	Role pentru sterilizare 150mm x 70m	MGTR-150070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM000691147
170	Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 150mm x 70m, RENO S-91	MGTR-150070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 150mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	DM000691147
171	Role pentru sterilizare 200mm x 70m, RENO S-90	Role pentru sterilizare 200mm x 70m, RENO S-91	MGTR-200070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Rulou pungă pentru sterilizarea cu plasma 200mm x 70,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	DM000691148

172	Role pentru sterilizare 250mm x 70m	Role pentru sterilizare 250mm x 70m	MGTR-250070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 250 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM000691149
173	Role pentru sterilizare 300mm x 70m	Role pentru sterilizare 300mm x 70m	MGTR-300070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 300 mm x 70 m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM000691150
174	Role pentru sterilizare 75mm x 70m	Role pentru sterilizare 75mm x 70m	MGTR-075070	China	M&G PRODUCTS CO., LTD.	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	Rolă pentru sterilizare. Dimensiuni 75 mm x 70m, compatibilă cu Sterilizatorul GAZ-PLAZMA RENO S-130D	DM000691145
227	Test Bowie & Dick	Test Bowie & Dick	AXCP130	Turcia	KORDON TIP SAGLIK ARAC GERECLERI MUH. PROJ. ITH. LTD.STI.	Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav	Pachetul test de unica folosinta BowieDick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). Test Bowie-Dik 121°C - 134°C (externe) p-u autoclav DA, PAG 1 DIN AXCP130 PROSPEKTÜS	DoC, ISO
228	Test de tip Biotest 55°C (externe)	Test de tip Biotest 55°C (externe)	SVEOBI48H	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se află o fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.	Test Biotest 55°C (externe) p-u plasmă de unică folosință, pentru monitorizarea sterilizării cu vapori de peroxid de hidrogen.Este o eprubetă cu spori uscați ai bacteriei Geobacillus stearothermophilus tulpina VKM B-718 plasați în partea de jos.În interiorul eprubetei se află o fiolă de sticlăcare conține un mediu indicator steril.Tubul de plastic este închis cu un capac cu orificii protejate de un filtru bacterian.	DoC, ISO
229	Test indicator biologic, RENO S-90	Test indicator biologic, RENO S-90	AX91	Turcia	KORDON TIP SAGLIK ARAC GERECLERI MUH. PROJ. ITH. LTD.STI.	Test indicator biologic,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90	Test indicator biologic,compatibilă cu sterilizatorul RENO S-90 DA, PAG 1 DIN AX91 PROSPEKTÜS	DoC, ISO
240	Teste-indicator sterilizare 121/15 min	Teste-indicator sterilizare 121/15 min	SVT4CI/ETALON /121/15	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
240	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
241	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	Teste-indicator sterilizare 180/60 min extern	SVT4CI/ETALON /180/60	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 180 grade extern, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Indicator pentru controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min, numărul de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiuni de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
241	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
242	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min extern și Registru	SVT4CI/ETALON /126/15	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126 grade 15 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană .	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8

242	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
243	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 126°/ 15 min intern și Registru	SVT4CI/ETALON /126/15	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126° 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 126° 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
243	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
244	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern și Registru	SVT4CI/ETALON /132/20	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
244	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
245	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min intern și Registru	SVT4CI/ETALON /134/10	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
245	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.
246	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru	Test-indicator sterilizare 134°/ 10 min extern și Registru	SVT4CI/ETALON /134/10	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 10 min. extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română.	Nu necesită înregistrare. DoC, ISO 11140-8
246	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru	Turcia	BF MEDİKAL SANAYİ İTHALAT İHRACAT TİCARET	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv