

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747658012861 din 29 mai 2025, 14:00 - 19 iun 2025, 14:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.12)

Cod CP V	Nr . d/ o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	3	Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor	MEDIVATORS ISA (MED-ISA)	Italia	Cantel Steris	"Cod 290420 Descriere: Concepute pentru a dezinfecta sau steriliza folosind un sistem automat de umezire și curățare a canalelor endoscopului. Parametru Specificația Configurație Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfectarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de recurățare obligatoriu Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat obligatoriu Monitorizarea nivelului de agenți obligatoriu Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferiți Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) Reservor, l ≥ 9 litri Detectarea automata a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție obligatoriu Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare obligatoriu Dozarea automată a agenților de curățare obligatoriu Alarma Automată Stand pe roți obligatoriu Compresor de aer obligatoriu Autodezinfectare obligatoriu Sistem de filtrare a apei obligatoriu Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapa a ciclului) obligatoriu Să fie certificat după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 obligatoriu	Da, MEDIVATORS ISA (MED-ISA), Cantel Steris Da, pe podea Da, 1 Da, LCD, 17" Da, 7 canale Da, 20min total ciclul deplin Da, ISA.pdf, pag 3 Da, Rinse, mo.pdf, pag 46 Da, aer si alcool, mo.pdf, pag 46 Da, Da, ISA.pdf, pag 3 (double cleaning) Da, mo.pdf, pag 12, control of flow rates Da, mo.pdf, pag 83, TANK REPLACEMENT Da Da Da Da, Da, Sonoscape, Xion, etc compatibil.jpg Da, acid peracetic ISASPOR, RAPICIDE Da, >30L, basin.pdf Da, mo.pdf, pag 46, monitoring entire cycle Da, 20-40,ISA.pdf, pag 2, (20° C to 40° C) Da, calibrari.pdf Da, calibrari.pdf Da, mo.pdf, pag 12, Acoustic and visual alarm Da, pe roti Da, compresor extern Da, mo.pdf, pag 12, self-disinfection Da, filtre.pdf Da, mo.pdf, pag 12, single-shot Da, mo.pdf, pag 12, Configuration conf.	DM000197378

00-1	pie (caracteristici avansate)				Acuitate obligatoriu Video compensare obligatoriu Încheghearea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Zoom electronic obligatoriu leşiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI obligatoriu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă ""≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W"" Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lămpii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lămpii Xenon) Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar in cazul lămpii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 23 inch ""Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode"" DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârsta, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta și semnele diacritice obligatoriu Suport pe roțile obligatoriu Sistem de furnizare a aerului/appei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului $\geq 1,4$ litri Vid obligatoriu Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lămpii Xenon) Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de rezervă pentru aspirator $\geq 1,4$ litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Trolu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Marcaj de lungime da Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul $\geq 2,8$ mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stângă/dreapta 100/100 grade	Da, pag 1, cv.pdf îmbunătățire imagine Da, pag 1, cv.pdf, amplificarea imaginii Da, Freeze, cv.pdf, pag. 331 Da, IRIS, cv.pdf, pag. 331 Da, Noise reduction, cv.pdf, pag. 1 Da, zoom, cv.pdf, pag. 2 Da, optera.pdf, pag.7, Analog HDTV Da, optera.pdf, pag.7, Analog SDTV Da, optera.pdf, pag.7, HD-SDI, DVI, SDI Da, nb1.pdf Da, LED, integrata, optera.pdf, pag. 5 Da, >5000 ore, optera.pdf, pag. 5 Da, optera.pdf, pag. 5 Nu e cazul Nu e cazul Da, la apasare de buton pe panou frontal Nu e cazul Da, MD-2702 Da, USB stick Da, optera.pdf, pag.7, Documentation Da, Multilingva, cv.pdf, pag. 3 Da, trolu TC-C3 Da, 3, H, M,Off, Da, optera.pdf, pag.7 Da, 250ml Da, 28190, Gima/Italia Da, separat Da, 2L, 28294 Da Da Da, integrat in procesor da, pompa.pdf, pag 3, 53.9kPa nu e cazul Da, MB142 – 2 buc, ZUTR-10003 – 1 buc, lt.pdf Da, 28190, Gima/Italia Da, 2L, 28294 Gima/Italia Da, 5 buc Da, 27"", MD-2702 Da, TC-C3, 1 buc Da, 4 polite, tc-c3.pdf GIF-H170, Olympus, gif-h170.pdf Da, HDTV Da, NBI Da, 1350mm, pag2, gif-h170.pdf Da, 1030mm, pag2, gif-h170.pdf Da, 9.2mm, pag 2, gif-h170.pdf Da Da, 1 Da, 2.8mm, pag2, gif-h170.pdf Da, 140grade, pag2, gif-h170.pdf Da, 0, pag2, gif-h170.pdf Da, 2-100, pag2, gif-h170.pdf Da, 210/90, pag2, gif-h170.pdf Da, 100/100. pag2, gif-h170.pdf	
------	-------------------------------------	--	--	--	---	--	--

					Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imaginii obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumini obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Spălarea obiectivului obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare."	Da, 4 butoane Da, Freeze, comut.pdf, pag 3 Da, Eliberare, comut.pdf, pag 3 Da, Capture, comut.pdf, pag 3 Da, Brightness, comut.pdf, pag 4 Da, Opt.Digital, comut.pdf, pag 3 Da, Contrast, comut.pdf, pag 3 Da, Zoom, comut.pdf, pag 3 Da, spalare.pdf Da, Da, compatibil cu etilen oxid Da, reutilizabil	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC ”DataControl” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**