

SPECIFICATII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție **21047163** _din_ **10 decembrie 2021**

Obiectul achizitiei: **Consumabile și reagenți de laborator de tip deschis, conform necesităților IMSP SCR pentru anul 2022**

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	3	Lot 3. Ansa bacteriologică d=4 mm,10mkl sterila din polistirol	18288	Italia	KIMA	Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc	Ansa bacteriologică d=4 mm, 10mkl, sterila din polistirol, Ambalate cite 20 buc	CE, ISO
33100000-1	4	Lot 4. Spatulă bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L"	182908	Italia	KIMA	Spatula bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual	Spatula/Anza bacteriologică sterilă din polisterol în formă "L" în ambalaj individual	CE, ISO
33100000-1	5	Lot 5. Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual	2688/E/SG/CS	Italia	APTACA	Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual	Container steril, din polisterol, cu lopatica, cu etichetă, volumul 30 ml, cu capac filetat, în ambalaj individual	CE, ISO
33100000-1	6	Lot.6 Container pu colectarea sputei cu capac înșurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml	1560	Italia	APTACA	Container pu colectarea sputei cu capac înșurubat din polisteril, diam 60*34mm, 60 ml	Container pu colectarea sputei cu capac înșurubat din polisteril, diam 57*34mm, 60 ml	CE, ISO
33100000-1	8	Lot 8. Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigații (trebuie aprovizionă împreună cu pipete)	301890+1501	Italia	KIMA	Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigații (trebuie aprovizionă împreună cu pipete)	Slaiduri pentru sedimentarea urinei 1 x 10 investigații + pipeta Pasteur 1 ml	CE, ISO
33100000-1	9	Lot 9. Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanța aditivă "K3EDTA",mărimea 12x56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni	18540125	Italia	KIMA	Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanța aditivă "K3EDTA",mărimea 12x56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni	Eprubete hematologice, getabile, din polipropilen cu dop,cu substanța aditivă "K3EDTA", mărimea 12x56 mm Volumul de umplere 1,0 ml.valabilitate 18 luni	CE, ISO
33100000-1	10	Lot 10: Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p'u sedimentare 12ml gradat	1031/S	Italia	APTACA	Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p'u sedimentare 12ml gradat	Eprubete din polisteren cu fundul oval fără capac p'u sedimentare 12ml gradat	CE, ISO
33100000-1	11	Lot 11. Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	2150/SG	Italia	APTACA	Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	Eprubeta cu tampon steril, polisterol si bumbac	CE, ISO
33100000-1	12	Lot 12. Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual	10352/SG/CS	Italia	APTACA	Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 14- 16 ml cu etichetă în ambalaj individual	Eprubeta din polisteren cu capac filetat, sterila, volum 15 ml cu etichetă în ambalaj individual	CE, ISO
33100000-1	13	Lot 13. Vîrfuri PLAST 100-1000 mkl (albastre)	64013	China	BOEN	Vîrfuri plast 100-1000 mkl (albastre)	Vîrfuri plast 200-1000 mkl (albastre)	CE, ISO
33100000-1	14	Lot 14: Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac	18166	Italia	KIMA	Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac	Eprubete Eppendorf 1,5 ml cu capac	CE, ISO
33100000-1	15	Lot 15: Ependorf 0.5ml cu capac	1003/C	Italia	APTACA	Ependorf 0.5ml cu capac	Ependorf 0.5ml cu capac	CE, ISO
33100000-1	16	Lot 16. Pipete Paster de plastic 1,0 ml	1501	Italia	APTACA	Pipete Paster plastic transparente	Pipete Paster plastic 1ml transparente	CE, ISO

33100000-1	17	Lot 17. Saci pentru autoclav, 50kg	10572	Italia	APTACA	Saci pentru autoclav, 50kg; Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); să fie ambalate de producător. Dimensiunea 40 x75 cm	Saci pentru autoclav, 50kg; Dimensiunea 60 x76 cm, rezistent pînă la +134 grade C	CE, ISO
33100000-1	22	Lot 22. Hîrtie de filtru		Rusia	Minimed	Hîrtie de filtru	Hîrtie de filtru	ISO
33100000-1	23	Lot 23. Marcher CD -PEN		Rusia	Minimed	Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra	Marcher CD -PEN rezistent la apa, culoarea neagra	ISO
33100000-1	24	Lot 24. Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile	18252	Italia	KIMA/ROLL	Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile	Plăci Petri din polistirol (pătrate) 120x120 mm, pentru antibiograma, sterile	CE, ISO
33100000-1	25	Lot 25. Placi Petri sterile din polisterol, 90 mm	18245	Italia	KIMA	Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm	Placi Petri sterile din polisterol, 100 mm	CE, ISO
33100000-1	26	Lot 26. Tampon nesteril din lemn și bumbac	5100	Italia	APTACA	Tampon nesteril din lemn și bumbac	Tampon nesteril din lemn și bumbac	CE, ISO
33100000-1	27	Lot 27. Tampon steril din lemn si cotton 150mm	5100/SG/CS	Italia	APTACA	Tampon steril din lemn si cotton 150mm ambalat individual,cutia 100 buc. Obligator prezentarea mostrelor nu mai puțin de 10 buc..	Tampon steril din lemn si cotton 150mm ambalat individual,	CE, ISO
33100000-1	28	Lot 28: Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl	640102	China	BOEN	Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl	Virfurile galbene pentru PA de tip Gilson de 0-200 mcl	CE, ISO
33100000-1	29	Lot 29. Plașete pentru aprecierea grupeii sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm)		Rusia	Minimed	Plașete pentru aprecierea grupeii sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm)	Plașete pentru aprecierea grupeii sangvine din plastic, 50 godeuri (190x290mm)	ISO
33100000-1	30	Lot 30. Spirtiera 100 ml		Rusia	Minimed	Spirtiera 100 ml	Spirtiera 100 ml	CE, ISO
33100000-1	31	Lot 31: Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penru aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă	18608	Italia	KIMA	Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penru aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă	Eprubete din polisteren 3,0 ml, cu 0,3 ml citrat de sodiu, penru aprecierea indicelui protrombinic, cu capac, etichetă	CE, ISO
33100000-1	32	Lot 32. Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren	1375	Italia	APTACA	Eprubete vol. 5 ml 75x13 mm din polisteren - obligatoriu (transparente)	Eprubete vol. 5 ml 75x12 mm din polisteren - (transparente)	CE, ISO
33100000-1	33	Lot 33. Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm	11010	Italia	KIMA	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu activator de coagulare, volum 4,5ml, 13/75 mm	CE, ISO
33100000-1	34	Lot 34. Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm	.630903.	China	BOEN	Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm	Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac, cu K3EDTA 3 ml 13/75 mm	CE, ISO
33100000-1	35	Lot 35: Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm	.630906.	China	BOEN	Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm	Eprubete vacumate din PET plastic,eticheta largă,capac , cu K3EDTA 5 ml 13/75 mm	CE, ISO
33100000-1	36	Lot 36. Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm	14315	Italia	KIMA	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm	Eprubete vacumate din PET plastic, cu eticheta, cu citrat de sodiu 3,8%, volum 3,5ml, 13/75 mm	CE, ISO
33100000-1	37	Lot 37.1 Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	632201	China	BOEN	Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	Holder lung 6,5-7 x 3-3,5mm pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	CE, ISO
33100000-1	38	Lot 37.2 Ace subțire, cu canulă transparentă, cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	631809	China	BOEN	Ace subțire cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	Ace subțire cu canulă transparentă,cu lumen lărgit 21G pentru recoltarea sângelui venos în eprubete vacumate	CE, ISO
33100000-1	39	Lot 39. Perie p-u curățarea eprubetelor		Rusia	Minimed	Perie p-u curățarea eprubetelor	Perie p-u curățarea eprubetelor cu miner	CE, ISO
33100000-1	41	Lot 41. Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm)	1075/250	Italia	APTACA	Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm)	Tuburi de polistiren sterile (clare 12 x 75 mm)	CE, ISO
33100000-1	49	Lot 49. Reagenți p/u determinarea timpului de trombină (TT)	5392	Marea Britanie	HELENA	Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la același producător , sub același lot. Set de 100 teste , compatibil cu Trombotimer-4	Trombin time, TT pentru Trombotimer, set 100 teste compatibil cu Trombotimer-4	CE, ISO

33100000-1	46	Lot 46. Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05	5267L	Marea Britanie	HELENA	Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4 Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 inclus în set	tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat , ISI 1,05, ambalaj 10fl x 10 ml, cu CaCl2 inclus în set compatibil cu Trombotimer-4	CE, ISO
33100000-1	47	Lot 47. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) cu acid elagic	5560SLQ	Marea Britanie	HELENA	Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componența set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01% . CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%	Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componența set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01% . CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%, compatibil cu Trombotimer-4	CE, ISO
33100000-1	49	Lot 49. Set de cuve cu bilă din plastic pentru investigații Trombotimer-4	050-210	Germania	Behnk Elektronik	Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat, Trombotimer-4 Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelas producator , sub acelas lot. set de 1200-1250 buc, legate în patru buc., cuve cu bilă pereții transparenți,din polistiren, diam.ex 8,3 mm.Compatibile cu aparatul Trombotimer-4.	cuve cu bilă din plastic pentru investigații Trombotimer-4, set/800buc, cuve cu bilă pereții transparenți,din polistiren. Compatibile cu aparatul Trombotimer-4.	CE, ISO
33100000-1	55	Lot 55: Strip-test la troponin I în ser	282041N-20	Germania	Nalvonminden	sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precisitatea 98,5%	CE, ISO
33100000-1	56	Lot 56. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)		Germania	Macherey Nagel	Expres teste diagnostice p/u analiza, Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici), 100 teste/set	ISO
33100000-1	58	Lot 58. Teste pentru detrrminarea proteinenei in urina		Rusia	AGAT	Teste pentru determinarea proteinei în urina	Teste pentru determinarea proteinei în urina	ISO
33100000-1	59	Lot 59. Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator		Rusia	AGAT	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator (BM Control cu calibratori)	ISO
33100000-1	60	Lot 60. Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator		Rusia	AGAT	Reagenți pentru clinică, Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. În pașaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analitică: Concentrații /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variație nu mai mult 10%.	Set Material de control pentru aprecierea proteinei in urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator. În pașaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentu lucru. Caracteristica analitică: Concentrații /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variație nu mai mult 10%. (BM Control fara calibratori)	ISO
33100000-1	61	Lot 61. Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute)		Rusia	VINAR	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 120°C -45 minute), 1000 teste/set cu jurnal de inregistrare	ISO
33100000-1	62	Lot 62: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C -60 minute)		Rusia	VINAR	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C 60 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 180°C 60 minute)	ISO
33100000-1	67	Lot 67: alfa-Amilaza (alfa-Amylase)		Franta	ELITECH	Metoda de determinare – CINETICĂ; Tipul reagenților - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferențe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml.	Metoda de determinare – CINETICĂ; Tipul reagenților - Lichid Stabil gata pentru folosire.Bi-reagent; Material pentru investigatii - Ser, plas -maEDTA sau hepari nizată; Limita minimă de detectie pentru set ≤ 2 U/L; Interferențe - Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l,Bilirubina pînă la 0,7mmol/l,Hemoglobina pînă la3.8 g/l,Lipemie pînă la 21 g/l; Flacoane cu volumul de la 20 pînă la 25 ml.	CE, ISO
33100000-1	68	Lot 68. Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Elitrol 1	Franta	ELITECH	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml	Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 5ml, Elitrol 1	CE, ISO
33100000-1	69	Lot 69. Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	Elitrol 2	Franta	ELITECH	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,	Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 5ml, Elitrol 2	CE, ISO

33100000-1	70	Lot 70. Lactat	Lactate	Franta	ELITECH	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set $\leq 0,044U/l$; Interferențe - Acid Ascorbic pînă la $1,7 \text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7 \text{ mmol/l}$, Lipemie pînă la $5,6 \text{ g/l}$, Hemoglobina pînă la $5,5 \text{ g/l}$, Magneziu pînă la 8 mmol/l ; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml.	Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set $\leq 0,044U/l$; Interferențe - Acid Ascorbic pînă la $1,7 \text{ mmol/l}$, Bilirubina pînă la $0,7 \text{ mmol/l}$, Lipemie pînă la $5,6 \text{ g/l}$, Hemoglobina pînă la $5,5 \text{ g/l}$, Magneziu pînă la 8 mmol/l ; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml.	CE, ISO
33100000-1	71	Lot 71. Test anticorpi anti- lamblia	D-3552	Rusia	Vector Best	Specificații standard pentru investigații imunologice, Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+” și “-”	Test anticorpi anti- lamblia, ELISA 96 TESTE , sunt incluși controlul “+” și “-” calibratori	CE, ISO
33100000-1	72	Lot 72. Test anticorpi la toxocara Ig G	D-2752	Rusia	Vector Best	Specificații standard pentru investigații imunologice, Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul “+” și “-”	Test anticorpi la toxocara Ig G, ELISA 96 TESTE , sunt incluși controlul “+” și “-” calibratori	CE, ISO
		Lotul 73 Antiorpi IgE						
33100000-1	73.1	Lot 73.1: Anticorpi IgE specific anti-articain		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-articain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutie de spalare, substrat bufer, solutie stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-articaine , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.2	Lot 73.2: Anticorpi IgE specific anti-lidocain		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-lidocain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutie de spalare, substrat bufer, solutie stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-lidocaine , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.3	Lot 73.3: Anticorpi IgE specific anti-mepivacain		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutie de spalare, substrat bufer, solutie stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-mepivacain , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.4	Lot 73.4: Anticorpi IgE specific anti-epinefrin		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni, calibratori, controale, solutie si consumabile (Conjugate, solutie de spalare, substrat bufer, solutie stop, pozitiv control, negativ control, reference set, reference inel, microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-epinefrin , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO

33100000-1	73.5	Lot 73.5: Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.6	Lot 73.6: Anticorpi IgE specific anti-dexametazon		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon(un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-dexametazon , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.7	Lot 73.7: Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-amoxicillin , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.8	Lot 73.8: Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.9	Lot 73.9: Anticorpi IgE specific anti-metronidazol		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-metronidazol , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.1	Lot 73.10: Anticorpi IgE specific anti-bupivacain		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minimul 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-bupivacain , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO

33100000-1	73.11	Lot 73.11: Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minim 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-articaine , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	73.12	Lot 73.12: Anticorpi IgE specific anti-atropin		Germania	Dr Fooke	Anticorpi IgE specific anti-atropin (un set = 96 teste) disc sau inel cu alergeni,calibratori,controale,solutie si consumabile(Conjugate,solutia de spalare,substrat bufer,solutia stop,pozitiv control, negativ control,reference set,reference inel,microplate, stripuri ELISA) termen de valabilitate minim 12 luni.	Anticorpi IgE specific anti-atropin , 96 teste, disc cu alergeni (c/k - HSA Alergen cu HSA), calibratori, controale, conjugat. Kit-ul include: 0560200PKL Specific IGE EAST - Conjugate kit , Concentrated washing buffer, Substrate buffer, Substrate Tablets, Stop solution (1 N NAOH) 076000PQ Quantitative Reference System with 6 Calibrators, 6 curves 07001 Positive Control for specific IgE, 07002 Negative Control for specific IgE.	CE, ISO
33100000-1	74	Lot 74: Geloza vismut-sulfid	610301	Italia	Liofilchem	Geloza vismut-sulfid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Geloza vismut-sulfid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	75	Lot 75: Mediu MRS lichid	610024	Italia	Liofilchem	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	78	Lot 78: Mediul Sabouroud lichid (bulion)	610104	Italia	Liofilchem	Mediul Sabouroud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Sabouroud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	79	Lot 79: Mediul MacConkey agar	610028	Italia	Liofilchem	Mediul MacConkey agar Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul MacConkey agar Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	80	Lot 80: Mediul Tioglicolic	610050	Italia	Liofilchem	Mediul Tioglicolic Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Tioglicolic Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	81	Lot 81: Agar hiperclorurat cu manitol	610029	Italia	Liofilchem	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	82	Lot 82: Suspensie de galbenus	80219	Italia	Liofilchem	Suspensie de galbenus,tipul reagenților lichid amb. 100 ml	Suspensie de galbenus,tipul reagenților lichid amb. 100 ml	CE, ISO
33100000-1	83	Lot 83: Mediul Endo	610020	Italia	Liofilchem	Mediul Endo Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Endo Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	84	Lot 84: Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat	610612	Italia	Liofilchem	Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul HiCrome UTI Agar,Modificat Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	85	Lot 85: Mediul HiCrome Candida Diferential Agar	610613	Italia	Liofilchem	Mediul HiCrome Candida Diferential Agar	Mediul HiCrome Candida Diferential Agar	CE, ISO
33100000-1	86	Lot 86: Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/	610001	Italia	Liofilchem	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/ Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	87	Lot 87: Mediul Sabouroud	610104	Italia	Liofilchem	Mediul Sabouroud Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Sabouroud Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	88	Lot 88: Mediul Rappaport-Vassiladis	610175	Italia	Liofilchem	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	89	Lot 89: Mediul Kligler	610023	Italia	Liofilchem	Mediul Kligler Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul Kligler Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	90	Lot 90: Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA		Germania	Sifin	amb – flacon 3 ml	amb – flacon 3 ml	CE, ISO
33100000-1	91	Lot 91: Ser diagnostic Salmonella monovalent O4		Germania	Sifin	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	CE, ISO
33100000-1	92	Lot 92: Ser diagnostic Salmonella monovalent O9		Germania	Sifin	amb – flacon 1 ml	amb – flacon 1 ml	CE, ISO
33100000-1	93	Lot 93: Mediul SS (salmonella, shigella)	610042	Italia	Liofilchem	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	94	Lot 94: Disc cu optohin	9501	Italia	Liofilchem	Disc cu optohin	Disc cu optohin, 100 disc/set	CE, ISO
33100000-1	95	Lot 95: Oxidase disc	88004	Italia	Liofilchem	Oxidase disc	Oxidase disc, 30 disc/set	CE, ISO

33100000-1	99	Lot 99: Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia)	610013	Italia	Liofilchem	Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg	CE, ISO
33100000-1	105	Lot 105: ETest Amoxicillin/Clavulanic acid (2mcg/ml) 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	92180	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	106	Lot 106: ETest Penicillin 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	92103	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	107	Lot 107: ETest Piperacilin/Tazobactam 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	92108	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	108	Lot 108: ETest Imipenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	92054	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	109	Lot 109: ETest Meropenem 0,002-32 mcg/ml 30 stripuri	92084	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	110	Lot 110: ETest Metronidazol 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	92087	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	111	Lot 111: ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri	92057	Italia	Liofilchem	Set 30 Stripuri	Set 30 Stripuri	CE, ISO
33100000-1	113	Lot 113: Standart McFarland de turbiditate 0,5 unități	80400	Italia	Liofilchem	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 5 discuri.	CE, ISO
33100000-1	115	Lot 115: E.coli ATCC 25922	89027	Italia	Liofilchem	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 5 discuri.	CE, ISO
33100000-1	116	Lot 116: P.aeruginosa ATCC 27853	89033	Italia	Liofilchem	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 5 discuri.	CE, ISO
33100000-1	117	Lot 117: S.aureus ATCC 29213	89041	Italia	Liofilchem	Tulpini liofelizat, set 10 discuri.	Tulpini liofelizat, set 5 discuri.	CE, ISO
33100000-1	119	Lot 119: Plasma de iepure liofilizata	88030	Italia	Liofilchem	Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon	Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon	CE, ISO
33100000-1	124	Lot 124: Suport petru pipete tip carousel	9420290	Rusia	Termofisher	Pentru 6-7 pipete multicanal si cu un singur canal.Cu element rotativ. Din polypropylen sau polycarbonate. Rezistent la factori chimici agresive.	Suport p-u dozator automat digital cu 1 canal - 7 locuri	CE, ISO
33100000-1	125	Lot 125: Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)		Rusia	Vinar	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)	Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizării cu vapori 121°C -20 minute)	ISO
33100000-1	126	Lot 126: K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL)	89070	Italia	Liofilchem	Tulpini liofelizat	Tulpini liofelizat, Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC ® 700603 5 pellets	CE, ISO
33100000-1	127	Lot 127: Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica, test rapid	582022N	Germania	Nalvonminden	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica, test rapid	Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica, test rapid, 10 teste/set	CE, ISO
33100000-1	128	Lot 128: Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	582008	Germania	Nalvonminden	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid	Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid, 10 teste/set	CE, ISO
33100000-1	129	Lot 129: Lama sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2mm, lățimea - 2,5cm		China	BOEN	Lama sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2 mm, lățimea - 2,5cm	Lama sticlă, lungimea - 7,5cm, grosimea - 1-1,2 mm, lățimea - 2,5cm	CE, ISO
33100000-1	134.1	Lot 134.1 Test Anti-ds DNA	ORG 604	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.2	Lot 134.2. Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)	ORG 600	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO

33100000-1	134.3	Lot 134.3. Test Anti-MPO (p-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 519	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.4	Lot 134.4 Test Anti-PR3 (c-Antocrpilii citoplasmatici anti neutrofile)	ORG 518	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.5	Lot 134.5. Test Anticorpilii antifosfolipidici IgG/IgM	ORG 529	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.6	Lot 134.6. Test Anticorpilii anti-cardiolipini IgG/IgM	ORG 515	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.7	Lot 134.7. Test Anti-SS–A	ORG 508	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.8	Lot 134.8. Test Anti-SS–B	ORG 509	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.8	Lot 134.9. Test Anti-Scl–70	ORG 512	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.1	Lot 134.10. Test Anti sm/RNP	ORG 511	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.11	Lot 134.11. Test Anti-Centromere B	ORG 633	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.12	Lot 134.12. Test Anticorpilii Anti – Mitocondriali	ORG 516	Germania	ORGENTEC	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	134.13	Lot 134.13. Test Anticorpililor Anti - LKM 1 IgG	3703	Germania	AESKU	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori.	CE, ISO
33100000-1	136	Lot 136: Planșetă 96 W pentru ELISA	655101	Italia	KIMA	Transparente, 96 godeuri .Volum de lucru 25- 340 mkl. Total volum 350- 400 mkl. cu fund plat , non pirogenic , fabricate din polisteren sau clorură de polivenil.	Transparente, 96 godeuri .Volum de lucru 25- 340 mkl. Total volum 350- 400 mkl. cu fund plat , non pirogenic , fabricate din polisteren sau clorură de polivenil.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ceacovschi Tudor** În calitate de: **Director**

Ofertantul: "**GBG-MLD**" SRL Adresa: **or. Chisinau, str. Albisoara 64/2** tel **0-22--54-73-73**