

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <i>ocds-b3wdp1-MD-1701845736176</i> din <i>06/12/2023</i>
Obiectul de achiziției: <i>Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive (pentru anul 2024)</i>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive (pentru anul 2024)	Servicii de mentenanță, întreținere și reparație a sistemelor de depistare a substanțelor radioactive	MD	Agrochim Trade SRL	Conform informației expuse în Anunțul de participare	<ul style="list-style-type: none"> - Înlocuire și ajustare desicant (1 lb. pe pilon). - Inspectarea cabinetelor monitoarelor portale și cutiilor de distribuție în vederea penetrărilor neautorizate, prelingerilor de apă, semnelor de rugină, lubrifiere a balamalelor, etanșare. - Verificare, depanare și reparație a componentelor din sistemul integrat-autonom mobil MDS VAN. - Testarea complexului mobil MDS VAN în timp real cu soft specializat. - Inspectarea periodică a monitoarelor portale de tip Auto, Pasager, Tren, cu efectuarea procedurilor de testare electrică/electronică a acestora conform cerințelor Programului NSDD. - Verificare/testare, depanare și reparație a sistemului complex de încărcare a bateriilor pentru monitoarele portale și cutiile de distribuție. - Efectuarea Testului de conformitate și completarea documentației necesare. - Înlocuirea (după caz) detectoarelor Gamma și alinierea electronică a acestora. 	MD

					<ul style="list-style-type: none"> - Inspecția periodică a sistemului de încărcare Pronautica la sistemele mobile MDS Van. - Reînnoirea periodică a firmware la Rabbit board din complex SCA-775. - Extragerea ”fișierelor zilnice” cu analiza acestora și expedierea lor către North Pacific National Laboratory. - Mentenanța periodică a detectoarelor portabile: înlocuirea bateriilor, verificarea/curățirea conexiunilor/contactelor la plăcile electronice interne. - De a efectua verificarea și ajustarea tensiunilor conform hărții de tensiuni prezentată de către Oak Ridge National Laboratory sau North Pacific National Laboratory după analiza ”fișierelor zilnice” 	
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Alexandr Braila

În calitate de: *Director*

Ofertantul: *Agrochim Trade SRL*

Adresa: *str. Nicolae Milescu Spatarul 23 ap 216, MD-2075, Republica Moldova*