

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 13 din 17.06.26.

Date cu privire la autoritatea contractantă:

| | |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante | IP USMF "Nicolae Testemițanu" |
| Localitate | mun. Chișinău |
| IDNO | 1007600000794 |
| Adresa | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165 |
| Număr de telefon | 022 20-52-67 |
| Număr de fax | 022 20-52-67 |
| E-mail oficial | achizitii@usmf.md |
| Adresa de internet | http://www.usmf.md |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) | Snejana Balan, 022 205-395, achizitii@usmf.md |

1. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|--|
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri, <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/> |
| Obiectul achiziției | Utilaj Medical |
| Codul CPV | 33100000-1 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1779366660395 https://achizitii.md/ro/public/tender/21622959/ Data publicării :21.05.2026 |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Linkul către planul de achiziții publice publicat: https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 147745,40 |

2. Până la termenul-limită (data 29.05.2026, ora 11 :24), au depus oferta 8 ofertanți:

| Nr. crt. | Denumirea operatorului economic | IDNO | Administratorii |
|----------|---------------------------------|------|-----------------|
|----------|---------------------------------|------|-----------------|

| | | | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Profilabdiagnostic SRL | 1009600045502 | Varman Irina |
| 2 | " FSP DAC-SpectroMed SRL | 1002600042432 | Ghenadie Mordvinov |
| 3 | Ecochimie | 1002600052156 | Nicolae iurcu |
| 4 | MED-M | 1020611000359 | Iliev Ana |
| 5 | Triumf-Motiv SRL | 1012600021180 | Tatiana Jighili |
| 6 | Labromed Laborator SRL | 1012600001177 | Ermiceev Alexandr |
| 7 | Bio Analitica | 1015600017171 | Rusu Ghenadie |
| 8 | BTPOS GROUP | 1022600046395 | Ivan Goneac |
| 9 | GBG-MLD SRL | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi |

3. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|---|
| Profilabdiagnostic SRL | <p>În urma examinării propunerii tehnice prezentate de ofertant pentru produsul dPette+ Multi-functional 8-channel Electronic Pipette 30–300 µL, nr. catalog 7036202003, sa constatat că oferta nu corespunde integral cerințelor tehnice obligatorii prevăzute în documentația de atribuire:</p> <p>Neconformitățile constatate sunt următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru cerința „viteze de aspirare și dispensare reglabile, minim 9 trepte”, documentația produsului indică doar 3 trepte de viteză. 2. Pentru cerința „minim 10 moduri de pipetare ± 1 și posibilitate de salvare programe personalizate”, produsul oferit dispune de 4 moduri funcționale, fără demonstrarea posibilității de salvare a programelor personalizate conform cerinței. 3. Pentru cerința „timp de încărcare ≤ 1 oră”, manualul produsului indică un timp de încărcare completă de aproximativ 4 ore. 4. Oferta nu demonstrează îndeplinirea cerinței privind ecranul înclinat la cel puțin 25° și nici reglarea la cel puțin 115° a poziției butonului de pipetare și a suportului pentru deget. 5. Declarația ofertantului privind autoclavarea integrală a pipetei nu este susținută de manualul produsului, care indică faptul că întregul corp al pipetei nu poate fi autoclavizat. 6. Prin urmare, oferta este considerată neconformă, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice obligatorii din documentația de atribuire, și se respinge în temeiul prevederilor aplicabile privind |

examinarea, evaluarea și compararea ofertelor.

| Neconformitate | Pagina din manual | Ce confirmă manualul |
|---|------------------------|---|
| 1. Numărul de viteze nu corespunde: cerință minim 9 trepte, produsul are 3 trepte | Pag. 14-15 | La setări sunt indicate: „Aspiration speed setting — three speeds” și „Dispensing speed setting — three speeds”; apoi se precizează alegerea între vitezele 1, 2, 3 . |
| 2. Numărul de moduri nu corespunde: cerință minim 10 ±1, produsul nu demonstrează 10 moduri | Pag. 6 | La „Function Selection” sunt indicate doar: Pipetting (PI), Dispensing (ST), Diluting (DI), Settings . Manualul nu confirmă existența a 10 moduri de pipetare. |
| 3. Timpul de încărcare nu corespunde: cerință ≤1 oră, manualul indică aproximativ 4 ore | Pag. 4 | Pentru USB-charging port și stand charging port este indicat: „Fully charged in approximate 4 hours ”. |
| 4. Ergonomia specială solicitată nu este demonstrată: reglare buton/suport la 115° și ecran înclinat ≥25° | Pag. 3-4 și pag. 14-15 | Manualul descrie componentele și setările dispozitivului, dar nu indică ecran înclinat la minimum 25° și nu indică posibilitatea de 4 și reglare la 115° a pag. butonului de pipetare 14-15 sau a suportului pentru deget. Aici motivul corect este: cerință nedemonstrată în documentația tehnică prezentată . |
| 5. Afirmația „FULL autoclavabilă” este contrazisă de manual | Pag. 20-21 și pag. 23 | Manualul indică expres: „The entire body of dPette+ electronic pipette cannot be autoclaved ”. Sunt enumerate doar anumite părți |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>autoclavabile, iar la pag. 21 se precizează că o anumită piesă „cannot be autoclaved”. La pag. 23 se menționează sterilizarea doar a pieselor menționate anterior la 121°C timp de 20 min.</p> |
| <p>Lot 6 Triumph Motiv SRL</p> | <p>In urma examinării documentelor depuse de operatorul economic SRL Triumph-Motiv pentru lotul nr: 6, „Pipetă electronică cu 8 canale 40–300 μL”, model ofertat Dpipe +8, producător INFITEK CO., LTD., grupul de lucru constată că oferta nu demonstrează corespunderea produsului cu cerințele tehnice obligatorii stabilite în documentația de atribuire.</p> <p>Deși în Anexa nr. 22 ofertantul a declarat conformitatea produsului cu cerințele solicitate, la ofertă nu au fost anexate documente tehnice justificative: fișă tehnică oficială a produsului, manual de utilizare, declarație CE de conformitate, certificat ISO/CE, certificat de calibrare sau alte documente emise de producător care să confirme parametrii tehnici declarați.</p> <p>În special, nu este demonstrată îndeplinirea următoarelor cerințe obligatorii:</p> <ul style="list-style-type: none"> viteze de aspirare și dispensare reglabile, minimum 9 trepte; minimum 10 moduri de pipetare ± 1 și posibilitatea de salvare a programelor personalizate; timp de încărcare ≤ 1 oră; ecran LCD înclinat la cel puțin 25°; reglarea la cel puțin 115° a poziției butonului de pipetare și a suportului pentru deget; autoclavarea capetelor și conurilor la minimum 121°C timp de minimum 15 minute; conformitatea CE prin declarație de conformitate; existența manualului de utilizare și a documentației tehnice în limba română sau engleză. <p>Suplimentar, conform informațiilor tehnice publice ale producătorului INFITEK pentru produsul dPIPE+8, funcțiile principale indicate sunt Pipetting, Mixing, Stepper și Dilution, nefiind confirmat numărul minim de 10 moduri solicitat. De asemenea, pentru varianta 30–300 μL, valorile de eroare sistematică și random la anumite volume nu confirmă îndeplinirea cerinței de acuratețe $\pm 1\%$ și CV 0,3% pe întreg intervalul de lucru.</p> <p>În aceste condiții, oferta nu poate fi considerată conformă cu cerințele documentației de atribuire și se respinge ca ofertă neconformă, în temeiul prevederilor aplicabile privind examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, inclusiv art. 69</p> |

alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

4. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

pentru fiecare lot ;

pentru mai multe loturi cumulate ;

pentru toate loturile ;

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi _____

6. Criteriul de atribuire aplicat:

prețul cel mai scăzut ;

costul cel mai scăzut ;

cel mai bun raport calitate-preț ;

cel mai bun raport calitate-cost ;

7. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | | Total |
| Denumirea factorului 1 | Ponderea | | |
| Denumirea factorului n | Ponderea | | |
| Denumirea operatorului economic n | | | Total |
| Denumirea factorului 1 | Ponderea | | |
| Denumirea factorului n | Ponderea | | |








8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitatea și unitatea de măsură | Prețul unitar (fără TVA) | Prețul total (fără TVA) | Prețul total (inclusiv TVA) |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Centrifugă de laborator | Profilabdiagnostic SRL | 1 buc | 16 800 | 16 800 | 20160,00 |
| Congelator pentru temperaturi ultra-joase (-80°C / -86°C) | Triumpf-Motiv SRL | 1 buc | 56 300 | 56 300 | 67560,00 |
| Distilator | Ecochimie | 1 buc | 15 680 | 15 680 | 18816,00 |
| Transductor/sonda convexă compatibil cu ecograf Honda HS 2200 | Labromed Laborator SRL | 1 buc | 38 540 | 38 540 | 46248,00 |
| Cântar de laborator/balanta analitică | Bio Analitica | 1 buc | 15 230 | 15 230 | 18276,00 |

| | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|--------|----------|
| Pipetă electronică cu 8 canale 40-300µl | Bio Analitica | 1 buc | 22 800 | 22 800 | 27360,00 |
|---|---------------|-------|--------|--------|----------|

9. Componența grupului de lucru:

| Nr. crt. | Numele, prenumele | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|----------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Jana Chihai | Președinte |  |
| 2 | Mihail Toderas | Vicepreședinte |  |
| 3 | Balan Snejana | Membru |  |
| 4 | Diana Cucos | Membru |  |
| 5 | Maria Dumbravă | Membru |  |
| 6 | Lupașco Svetlana | Membru |  |
| 7 | Juc Vadim | Membru |  |