

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1695819684930**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziția dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Policlinica Stomatologică Republicană, pentru anul 2023 (repetat)**

Autoritatea contractanta : **Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3310000-1	2	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	Brancarda sanitara (caracteristici avansate)	EMERGEUM	Turcia	Optium	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților; Parametru Specificație Tip hidraulic; Secțiuni ≥ 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da; Roți Diametru ≥ 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 230 kg; Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților; Parametru Specificație Tip hidraulic; Secțiuni 3 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor 12 grade Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da Nișă pentru casete x-ray glisabilă (pentru diferite dimensiuni) Reglabilă pe înălțime 55 - 88 cm Bare laterale, pliabile da; Roți Diametru 20 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă 250 kg; Dimensiuni 217 x 84 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	CE,ISO ,Declaratie de conformitate

3310000-1	4	Higrometru Psihrometru 15-40C	Higrometru Psihrometru 15-40C	VIT-2	Ucraina	Steclopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C. Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40 - 90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C. Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40 - 90 %	CE,ISO ,Declar atie de confor mitate
-----------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------	---------	--------------	--	--	--

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova