

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achizitii.md ID 21320151, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1733402408882 din „16” decembrie 2024

Obiectul achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2025 (sistem închis) Repetat

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1. Consumabile , reagenți compatibili (sau vezi Nota) cu analizatorul imunologic mini Vidas	VIDAS® High sensitive Troponin I (TNHS), 415386	Franța	bioMérieux SA	Troponin High-Sensitivity teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas în amalaaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® High sensitive Troponin I este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS® în vederea determinării troponinei I cardiace umane în serul și plasma umane, utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza enzimelor în fluorescență)). Calibrare se efectuează la fiecare 56 de zile. Acest test este destinat a fi utilizat ca ajutor în diagnosticarea infarctului miocardic (IM) și pentru stratificarea riscului pacienților cu simptome sugestive pentru sindrom coronarian acut (ACS) în ceea ce privește riscul relativ de mortalitate din orice cauze și de evenimente cardiace adverse majore (MACE) constând în infarct miocardic și revascularizare, la 30 de zile. <i>Gama de măsurare a testului VIDAS® High sensitive Troponin I se extinde de la 4,9 până la 40.000 ng/l.</i> Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ (DEX2), 30455-02	Franța	bioMérieux SA	D-Dimer Exclusion II teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas în amalaaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ este un test cantitativ automat pentru utilizare pe gama de aparate VIDAS® pentru determinarea imuno-enzimatică a produșilor de degradare a fibrinei (FbDP) în plasma umană (citrat de sodiu) utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay). Calibrarea trebuie efectuată o dată la 28 de zile. Utilizarea VIDAS® D-Dimer Exclusion II™ împreună cu un model evaluare a probabilității clinice pretest permite a exclude tromboza venoasă profundă (DVT) și embolismul pulmonar (EP) în cazul pacienților externi suspecți de DVT sau de EP. Utilizat împreună cu regula de decizie clinică (CDR) HERDOO2 permite evaluarea riscului de recurență a tromboembolismului venos (VTE) în cazul femeilor cu un VTE inițial neprovocat, cit și ghidarea duratei terapiei anticoagulante orale. Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
	VIDAS® Ferritin (FER), 30411	Franța	bioMérieux SA	Ferritin pentru analizatorul imunologic mini Vidas test cantitativ. Teste pentru analizatorul imunologic mini Vidas teste pentru determinarea cantitativa ferritin în amalaaj original de la producător*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® Ferritin este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru a determina ferritina umană în serul sau plasma umană (heparinat de litiu sau EDTA), folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimatică în fluorescență). Calibrare se efectuează la fiecare 14 zile. Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși în set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO

VIDAS® T3 (T3), 30403	Franța	bioMérieux SA	Triiodotironina T3. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Triiodotironina T3 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® T3 este un test cantitativ automat pentru utilizarea pe aparatele din gama VIDAS® pentru măsurarea cantitativă a triiodotironinei totale (T3) din serul sau plasma umană (heparinat de litiu) folosind tehnica ELFA (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Calibrarea se efectuează la fiecare 56 de zile. Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși in set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
VIDAS® T4 (T4), 30404	Franța	bioMérieux SA	Tiroxina T4. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa Tiroxina T4 in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului	VIDAS® T4 este o analiză cantitativă automată pentru utilizarea pe gama de aparate VIDAS®, pentru măsurarea cantitativă a tiroxinei (T4) totale din serul sau plasma umană (litiu-heparină), folosind tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Calibrarea se efectuează la fiecare 28 de zile. Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși in set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set	CE, ISO
VIDAS® TSH (TSH), 30400	Franța	bioMérieux SA	TSH teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas. Teste pentru analizatorul imunologic Mini Vidas pentru determinarea cantitativa TSH in amalalaj original de la producator*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor- copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, pentru produsul oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrucțiune de utilizare a produselor – original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura și ștampila participantului.	VIDAS® TSH este un test cantitativ automat destinat utilizării pe instrumente din gama VIDAS®, în vederea determinării imunoenzimatice a nivelurilor de hormon de stimulare tiroidiană în serul sau plasma umană (litiu-heparină), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay (Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență)). Calibrarea se efectuează la fiecare 56 de zile. Conform specificării tehnice solicitate. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control - incluși in set. Unitate = test. Ambalaj: 60 teste/set.	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman
Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

În calitate de: Director

Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1