

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21408978, ocds-b3wdp1-MD-1744978708263						Data: 21.05.2025	Alternativa nr.	
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insuțuților medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)						Lot:	pag. 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător ul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33100000-1	Microscop binocular, simplu	BS.1152-PLI/4N	Olanda	Euromex	Cod 250200 Descriere Microscop binocular profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamelle) universal pentru un singur specimen Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focuat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular: cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii: Ulei de imersie – o sticlură	Microscop binocular, simplu Euromex - BS.1152-PLI/4N / Descriere: Microscop binocular pentru câmp clar; cap - Siedentopf binocular, înclinare la 30°, rotire 360°, distanță interpupilară ajustabilă între 48–76 mm, corecție dioptrică ±5 pe ocularul stâng; oculare HWF 10x/20 mm, câmp larg, diametru 23,2 mm; obiective - plan IOS (infinity corrected), 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65 (retracție), S100x/1.25 (retracție, imersie în ulei), distanță parfocală 45 mm; revolver cu 4 poziții, montat pe rulmenți de precizie, orientat spre interior; platou mecanic integrat, fără cremalieră pe axa X, dimensiuni 152/197 x 131 mm, deplasare X-Y de 75 x 36 mm; focalizare coaxială, reglaj grosier și fin, precizie de 1,11 μm, cursă totală de aproximativ 18 mm, limitator de înălțime ajustabil pentru protecția obiectivelor și a preparatelor; iluminare NeoLED™ Köhler de 3 W, intensitate reglabilă, alimentare internă 100–240 V; accesorii incluse: Cablu de alimentare, husă de protecție, unelte, siguranță de rezervă, filtru alb, manual de utilizare, flacon de 5 ml cu ulei de imersie. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000766207.	ISO, CE.
4	33100000-1	Centrifugă de laborator (8-12 tuburi)	BKC-TL6B	China	Biobase	Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer: Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea: Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori: Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu	Centrifugă de laborator Biobase BKC-TL6B / Descrierea : Motor fără perii cu control prin microprocesor, asigurând funcționare stabilă și fără întreținere; ecran tactil LCD de 5 inch, cu interfață intuitivă și opțiune de comutare între limbile chineză și engleză; structură complet metalică cu protecție împotriva exploziei în mai multe straturi, pentru siguranța operatorului; sistem de blocare electromecanică a capacului; viteză maximă 6000 rpm; precizia vitezei ±10 rpm; capacitate maximă 4 × 300 ml; interval de timp 1 s – 99 h 59 min / funcționare continuă / scurtă durată; nlvel de zgomot ≤65 dB(A).	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 21.05.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.