

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1726663544966** din **18.09.2024**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea parafarmacie și dezinfectanți, necesare tratamentului holerei pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 3 Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml						
Lot nr. 3 Seringa, cu ac, 10ml sau 12ml	Seringa, cu ac, 10ml, 3 compon, ac 21Gx1½, sterila	Turcia	Aldar Medikal Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi.	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură), - capacitate de 10 ml sau 12 ml - ac 21Gx1½ - conector la ambhoul acului de tip Luer-Slip; - transparentă - gradăție din ml în ml, gradăția marcată cu culoare contrastantă - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - alunecare uniformă a pistonului seringii - netoxice, apirogene - produs latex free; - ambalate individual <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine,</p>	<p>Seringă sterilă, jetabilă</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 piese (piston, corp, garnitură) - DA; - capacitate de 10 ml - DA; - ac 21Gx1½ - DA; - conector la ambhoul acului de tip Luer-Slip - DA; - transparentă - DA; - gradăție din ml în ml, gradăția marcată cu culoare contrastantă - DA; - stopper pentru a preveni ieșirea pistonului din seringă - DA; - garnitură de etanșare a pistonului cu 2 trepte, care nu permite refluarea soluției în timpul administrării - rezistent la presiune - DA; - alunecare uniformă a pistonului seringii - DA; - netoxice, apirogene - DA; - produs latex free - DA; - ambalate individual - DA; <p>Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine, metoda de sterilizare sau HG 702 din 11</p>	

			<p>metoda de sterilizare sau HG 702 din 11 iulie 2018</p> <p>Pe ambalajul produsului să fie indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)</p> <p>*Se va prezenta fișa tehnică/catalogul/descrierea produsului de catre producator, produsului ce va confirma descrierea tuturor specificațiilor tehnice. În cazul în care produsul deține un cod de catalog a se indica codul în ofertă și trimiterea la pagina de descriere a produsului în formularul "Specificații Tehnice"</p>	<p>iulie 2018;</p> <p>Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanță și trimiterea la standardul EN (după caz)</p> <p>Inregistrare AMDM DM000331931 Rg04-000009</p> <p>Catalog pag 3 LS2021G1 Hypodermic Syringe, Contali, Îgneli 20 cc Luer Slip 21Gx1½.</p>	
TOTAL					

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3