

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21123928 din 02.12.2023**Obiectul de achiziției: Dispozitiv Unda-Cuantic polichrom a.2023**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Dispozitiv Unda-Cuantic polichrom	BIOPTRON Pro 1	Elveția	BIOPTRON AG,	<p>Lungimea unde in diapazon 600 - 3000 nm, sau mai larg. Penetrarea optimă a fotonilor in corp cu fenomen polarizarea Echilibrul nivelului cuantic al peretilor a celuli.ori. Lumina Incoerentă. Dozarea precisă ,constantă a luminii sigure si consistentă . DIAMETRU FILTRU nu mai puțin 8.05 cm GRAD DE POLARIZARE >82 % INTENSITATE LUMINOASĂ min. 8903 lux DENSITATE SPECIFICĂ A PUTERII nu mai puțin 35.0 mW/cm2 ENERGIE LUMINOASĂ PE MINUT nu mai puțin 2.00 J/cm2 SURSĂ DE ALIMENTARE 100-240 V~, 50 /60 Hz PUTEREA EVALUATĂ A HALOGENULUI nu mai puțin ca 40,2 Wt</p> <p>Fitre monocromatic nu mai puțin pentru 2 colori. CLASA DE SIGURANȚĂ II , IP 20 GREUTATE set complet cu suport reglabil pe înălțime pentru montare pe podea nu mai mult 10.35 kg TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT - Funcționare de la +10°C la +30°C Certificat ISO 13485 Declaratia Confirmitate Certificate CE Instrucțiunea de utilizare</p>	<p>Lungimea unde in diapazon 400 - 3400 nm, Penetrarea optimă a fotonilor in corp cu fenomen polarizarea Echilibrul nivelului cuantic al peretilor a celuli.ori. Lumina Incoerentă. Dozarea precisă ,constantă a luminii sigure si consistentă . DIAMETRU FILTRU 11.00 cm GRAD DE POLARIZARE >95 % INTENSITATE LUMINOASĂ min. 10 000 lux DENSITATE SPECIFICĂ A PUTERII 40 mW/cm2 ENERGIE LUMINOASĂ PE MINUT 2.40 J/cm2 SURSĂ DE ALIMENTARE 100-240 V~, 50 /60 Hz PUTEREA EVALUATĂ A HALOGENULUI 50.0 Wt</p> <p>Fitre monocromatic 3 colori. CLASA DE SIGURANȚĂ II , IP 20 GREUTATE set complet cu suport reglabil pe înălțime pentru montare pe podea 7.80 kg TEMPERATURA MEDIULUI AMBIANT - Funcționare de la +10°C la +30°C Certificat ISO 13485 Declaratia Confirmitate Certificate CE Instrucțiunea de utilizare</p>	CE
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Marenici Nicolai în calitate de: Director financiar

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**