

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1777453151767 din 22.05.2026

Obiectul de achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor, accesoriilor și pieselor de schimb pentru Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice- IMSP- pentru anul 2026 – PARTEA I (Bază) - Repetat

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de Referință AMED
33100 000-1	6	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986)	Film radiografic pentru uz general, imprimare laser 125 SHEETS, 20 X 25 CM, DRYVIEW DVB+	SUA	CARESTREAM HEALTH, INC.	Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (006986), Film radiologic digital DVB p/u impr. Carestr. Drz View 5700 L.I. (nr.100) 20x25, Bucată	Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch) compatibil cu Dry View 5700 (006982), Film radiologic 20 x 25 cm (8 x 10 inch), Echivalent cu model DVB+, compatibil cu Dry View 5700, Până la 125 bucăți în cutie, Bucată Doc. confirm.- anexate la lot	AMED DM00003704
33100 000-1	26	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test-indicator sterilizare 134/20 min extern (007147)	Indicator strip Steam 134C- 20,0 min, Type 4 Art.nr. 104.120.0500	Turcia	SP Medikal San Ltd Sti	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru Test- indicator sterilizare 134/20 min extern (007147), Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru., Test	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. 500 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Doc. confirm.- anexate la lot	ISO 11140-1 2014
33100 000-1	26	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU (007148)	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	RM	Î.S. EDITURA DE IMPRIMATE "STATISTICA"	Test-indicator sterilizare 134/20 min extern și Registru REGISTRU (007148), Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e., Bucată	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	
33100 000-1	62	Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm (007397)	Pachet pentru sterilizare, 190 x 330mm	China	Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd.	Pachet pentru sterilizare, 200 x 330mm (007397), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată	Pachet pentru sterilizare, 190 x 330mm (007397), Pachet pentru sterilizare cu abur, cu aer, minim 180 grade/ 60 minute, 200x330 mm, Bucată	DM000753656

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23