

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <i>ocds-b3wdp1-MD-1579038075468</i>					Data: 24.01.2020		Alternativa nr.	
Denumirea licitației: <i>Reagenți pentru analizatorii, tip închis: URISIS-1100, Hematologic MICROS-ES-60, Biocimic automat COBAS c 111.</i>								Pagina_din_
Nr ordine	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Mode-lul artico-lui	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
	1	2	3	4	5	8	9	14
Lot.1		Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis Hematologic MICROS-ES-60, tip închis				Reagenți să dispună de certificate internaționale ISO, TÜV, CE. Marca: Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător. Reagenții să fie obligați în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an	Reagenți dispuna de certificate internaționale ISO, , CE. Marca: Distribuitorul dispune de autorizare de la producător. Reagenții sunt în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an compatibili cu analizatorul URISIS-1100	
1.1		Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri	11544373173	Germania	Roche Diagnostics	Reagenți trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100	*Test pentru urinometru Combur-10 UX 100 teste	CE:ISO
1.2		ABX Minipack LMG	ABX Minipack LMG	Franta	Horiba	Reagenți trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60	Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60. Set cu nr de teste 200	CE:ISO
1.3		Minotrol 16 twin-pack (2N)	Minotrol 16 twin-pack (2N)	Franta	Horiba		Singe de control nivel normal cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml.Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE:ISO
1.4		Minotrol 16 twin-pack (2L)	Minotrol 16 twin-pack (2L)	Franta	Horiba		Singe de control nivel jos cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml.Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE:ISO
1.5		Minotrol 16 twin-pack (2P)	Minotrol 16 twin-pack (2P)	Franta	Horiba		Singe de control nivel înalt cu programare automată pentru minim 16 parametri. Flacoane 2x2,5 ml.Compatibili cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.	CE:ISO
1.6		Minoclair	Minoclair	Franta	Horiba	Soluție enzimatică de extraspălare concentrată 500 ml.Compatibil cu analizatorul de sistem închis Micros ES 60.		CE:ISO

[illegible]

2.21	*Micro cuvette Segment 04357108001	Roche Diagnostics	Germany	4357108001			*Micro cuvette Segment 04357108001	CE:ISO
2.22	*PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05947774190	Roche Diagnostics	Germany	5117216190			*PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05947774190	CE:ISO
2.23	*PreciControl ClinChem Multi1, 4x5ml 05947626190	Roche Diagnostics	Germany	5117003190			*PreciControl ClinChem Multi1, 4x5ml 05947626190	CE:ISO
2.24	*Cfas 12x3ml 5117003190	Roche Diagnostics	Germany	5117003190			*Cfas 12x3ml 10759350190	CE:ISO
2.25	*Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000	Roche Diagnostics	Germany	114473942 16			*Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000	CE:ISO
2.26	*Cfas Lipids 3x1ml 12172623122	Roche Diagnostics	Germany	12172623122			*Cfas Lipids 3x1ml 12172623122	CE:ISO

In calitate de: manager

Semnăt: [Signature] Numele, prenumele: Buga Victoria, Iuliana Şelar
 Ofertantul: IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5

