

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SANATATE**

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1718968014753 / 21241885 din 26.07.2024						Pagina: 1 din 1	
Denumirea procedurii de achiziție:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 10)						Lot 4,5	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310000-1	4	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe Cod 150510	URIT 3020 Probe cleaner (D43)+Diluent (D31)+ Lytic reagent(L21)+Detergent (D41)	China	URIT Medical Electronic Ltd.	Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe Cod 150510 Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei compozenței sanguine Parametrul Specificația Metode de analiză 3 diff Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC HGB HCT MCV MCH MCHC PLT LYM MID GRA LYM% MID% GRA% RDW-SD RDW-CV MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 40	<b>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis 40 probe (Cod 150510)</b> Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei compozenței sanguine cu sistem deschis de reactivi- ( Manual de utilizare - pag 6 ) Parametrul Specificația ( Manual de utilizare - pag 11 ) ,buclet Metode de analiză 3 diff ( Manual de utilizare - pag 20,cap. 2 ) Procedura de curățireAutomată Parametri determinați și calculați: WBC RBC - DA HGB - DA HCT - DA MCV -DA MCH -DA MCHC - DA PLT - DA LYM- DA MID- DA GRA- DA LYM%- DA MID%- DA GRA%- DA RDW-SD- DA RDW-CV- DA MPV- DA PCT- DA	ISO,CE NR înregistrării la AMDM DM000381510 - analizator ; DM-000381511-D43 DM-000381512-D31 DM-000381514-L21 DM-000381516-D41 Se anexează manual de utilizare, bucle
3310000-1	5	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă Cod 150940	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) viteza redusă Cod 150940	Centrifuga, de laborator (8-12tuburi) DM0412 nr.cat.9034002122 A12-10P nr.cat.19200348	CHINA	DLAB Scientific Co.	Cod 150940 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤70 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu	<b>Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) vitează redusă (catalog pag.81-82)</b> Cod 150940 Descriere : Centrifuga DM0412 de laborator este folosită pentru separarea centrifugală a sângelui uman sau probelor de urină în rotor, conform EN ISO 12772. Parametrul - Specificația : Viteza de rotație : Minimală, rpm de la 300 Maximală, rpm pină la 4500 (invremet 100 rpm) - Manual pag.4 ,cap.2 Setări setarea vitezei -DA Capacitatea si numarul de tubuiri : 8 tub*15 ml ; 12 tub*10 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi ( A12-10P,Catalog 19200348 pag.83) Timer Gama de timp 30sec - 99 min HOLD, operare continuă Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului - DA (Manual pag.10-11) Detector de depășire a vitezei, diagnostic intern automat -DA Indicatori Indicatori vizual și acustic -DA Debalansare -DA ( Manual Cap.9 punctul 9.3 ,pagina 12)	Declarația de Conformitate CE; Certificat ISO 13485:2016;

Semnat: \_\_\_\_\_ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6