

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1758033521188 / 21476703 din 22.10.2025 _conform SIA RSAP / M-Tender					
Denumirea procedurii de achiziție:	Piese, accesorii și consumabile p/u utilaj medical – 2025					

Denumirea bunurilor/serviciilor	Model articol	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
18. Unitate CPAP, Prisma VENT50-C	2447-0013	Germania	Lowenstein Medical	18.1.Baterie interna compadibila cu Prisma Vent 50C	Li-Ion rechargeable battery	

Semnat: Electronic Numele, Prenumele: Cobilețchi Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Jako Life Clinic Adresa: Mun. Chisinau, bd. G.VIERU 22/1 of 60

21.10.2025