

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1597740814464	Data: „28” august 2020	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Alcotest IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Lot:	Pagina: _1_din _1_

Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33100000-1	1	Alcotest	AT-868F	China	SHT	Interval de măsurare: de la 0.00 la 5.00 %; Sensor: Electrochimic; Precizie: +/- 0.05% la punctul 1%; Baterie: 2 baterii standard AAA; Greutatea: max 150g; Temperatura de operare: 0-400C; Caracteristici și funcții: oprire automată; Timp de pregătire: max 20 sec; Timp afișare rezultate: max 30 sec; Accesorii: - 50 mustucuri sterile, ambalate individual; - husa; Termen de garanție – min 12 luni;	Interval de măsurare: de la 0.00 la 5.00 %; Sensor: Electrochimic; Precizie: +/- 0.05% la punctul 1%; Baterie: 2 baterii standard AAA; Greutatea: max 150g; Temperatura de operare: 0-400C; Caracteristici și funcții: oprire automată; Timp de pregătire: max 20 sec; Timp afișare rezultate: max 30 sec; Accesorii: - 50 mustucuri sterile, ambalate individual; - husa; Termen de garanție – min 12 luni;	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: _____ SRL Triumf-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

