

din 15.09.2021

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocids-b3wdp1-MD-1744092706948/ 21396455 din 08.04.2025 conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Utilaje medicale						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
1.Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T	C T-150 MRI Wheelchair	Turkey	Troyka Med Inc	<u>Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T</u> <u>Descriere:</u> <u>Construcție non-magnetică, fără componente feroase.</u> <u>Materiale certificate MR Conditional (compatibile RMN) pentru utilizare în zone cu câmp magnetic de 3T.</u> <u>Stabilitate ridicată și manevrabilitate ușoară.</u> <u>Cadru: Aluminu, titan sau oțel inoxidabil nemagnetic.</u> <u>Dimensiuni:</u> <u>Lățime totală: 50-70 cm.</u> <u>Lungime totală: 80-120 cm.</u> <u>Înălțime totală: 90-110 cm.</u> <u>Greutate maximă suportată: Minim 150 kg.</u> <u>Roți:</u> <u>2 roți cu sistem de blocare/frână.</u> <u>Antistatice și nemagnetice.</u> <u>Șezut și spătar:</u>	Cărucior de transport pentru pacienți compatibil cu IRM 3 T Descriere: Construcție non-magnetică, fără componente feroase. Materiale certificate MR Conditional (compatibile RMN) pentru utilizare în zone cu câmp magnetic de 3T. Stabilitate ridicată și manevrabilitate ușoară. Cadru: Aluminu, titan sau oțel inoxidabil nemagnetic. Dimensiuni: Lățime totală: 50-70 cm. Lungime totală: 80-120 cm. Înălțime totală: 90-110 cm. Greutate maximă suportată: Minim 150 kg. Roți: 2 roți cu sistem de blocare/frână. Antistatice și nemagnetice. Șezut și spătar:	CE ISO

				<u>Material: Poliuretan, vinil sau tapițerie medicală ignifugă, antibacteriană și ușor de curățat.</u> <u>Cotiere:</u> <u>Rabatabile sau detașabile pentru transfer facil al pacientului.</u> <u>Suport pentru picioare:</u> <u>Reglabil și rabatabil, fabricat din material nemagnetic.</u> <u>Siguranță: Centură de fixare ajustabilă pentru pacienți.</u> <u>Conformitate cu standardele internaționale ISO 13485 pentru dispozitive medicale.</u> <u>Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)</u>	Material: Poliuretan, vinil sau tapițerie medicală ignifugă, antibacteriană și ușor de curățat. Cotiere: Rabatabile sau detașabile pentru transfer facil al pacientului. Suport pentru picioare: Reglabil și rabatabil, fabricat din material nemagnetic. Siguranță: Centură de fixare ajustabilă pentru pacienți. Conformitate cu standardele internaționale ISO 13485 pentru dispozitive medicale. Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)	
2.Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla	T-180	Turkey	Troyka Med Inc	<u>Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla</u> <u>Descriere:</u> <u>Spătar reglabil</u> <u>Suport IV cu puncte de fixare standart</u> <u>Sarcina maximă ≥ 160 kg</u> <u>Frână la toate 4 roți</u> <u>Mânere pentru transportarea brancardei</u> <u>Bare laterale pliabile</u> <u>Reglarea înălțimii până la minim 800 mm</u> <u>Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete</u> <u>Spătar reglabil</u> <u>Saltea, rezistentă la prelucrare și apă</u> <u>Cerințe:</u> <u>Anul producerii minim 2023.</u> <u>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</u> <u>Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător -</u>	Brancardă pentru pacienți non-ferromagnetic compatibilă IRM 3Tesla Descriere: Spătar reglabil Suport IV cu puncte de fixare standart Sarcina maximă ≥ 160 kg Frână la toate 4 roți Mânere pentru transportarea brancardei Bare laterale pliabile Reglarea înălțimii până la minim 800 mm Să fie dotată cu rotile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete Spătar reglabil Saltea, rezistentă la prelucrare și apă Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu	CE ISO

				<u>obligatoriu</u> <u>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</u> <u>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.</u> <u>Documente confirmative:</u> <u>Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)</u> <u>Manual de utilizator în limba română și engleză</u> <u>Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</u>	Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore. Documente confirmative: Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	
3.Detector de metale compatibil IRM 3Tesla	MD-100 Hand Held MRI Metal Detector	Turkey	Troyka Med Inc	<u>Detector de metale compatibil IRM 3Tesla</u> <u>Ușor de utilizat – prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase.</u> <u>Alertă vizuală și audio.</u> <u>Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă.</u> <u>Cerințe:</u> <u>Anul producerii minim 2023.</u> <u>Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.</u> <u>Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</u> <u>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.</u>	Detector de metale compatibil IRM 3Tesla Ușor de utilizat – prin simpla apăsare a comutatorului ON pentru a detecta toate obiectele metalice periculoase. Alertă vizuală și audio. Sensibilitate reglabilă pentru zonele cu interferențe, suprafață mare de scanare, avertizare de baterie scăzută și prindere confortabilă. Cerințe: Anul producerii minim 2023. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Documente confirmative:	CE ISO

				<u>Documente confirmative:</u> <u>Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil)</u> <u>Manual de utilizator în limba română și engleză</u> <u>Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.</u>	Prezentarea certificatelor care confirmă compatibilitatea IRM 3T (de ex. scrisoare/document de la producător care atestă compatibilitatea, certificate care confirmă că produsul este non-ferromagnetic sau produsul este din oțel inoxidabil IRM-compatibil) Manual de utilizator în limba română și engleză Se va da prioritate produselor care sunt dispozitive medicale. Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Tatiana Jighili În calitate de:Administrator

Ofertantul: Triumf-Motiv SRL Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Puskin 60/1, of. 4