

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21480867/ocds-b3wdp1-MD-1758865375674 din 26.09.25						
Obiectul achiziției: Reagenți si consumabile suplimentar pentru 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri/servicii						
Truse ELISA						
Trusa pentru determinarea cantitativa Anti-CCP	ORG-601	Germania	Orgentec	1.Să fie incluși controlul "+"și "-", calibratori. 2.Certificat CE-IVD, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. 3.Stripuri si godeuri detasabile 4.Reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător, sa nu necesite reagenți, solutii suplimentare pentru testare 5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. 6.La livrare termenul de valabilitate restant să fie nu mai mic de 80% din termenul indicat pe ambalaj de producator 7.La cerere de prezentat monstre pentru testare. 8.Soluțiile de lucru să fie stabile ≥ de 30 zile. 9.In toate seturile sa fie prezenta instrucțiunea de utilizare in limba romana, rusa sau engleza, in care să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor 10.Sensibilitatea nu mai mică de 98%.	Anti-CCP hs® (high sensitive) is an ELISA test system for the quantitative determination of IgG antibodies against cyclic citrullinated peptides (CCP) in human serum or plasma,96 teste	ISO,CE
Trusa pentru determinarea cantitativa Anti MPO (mieloperoxidaza)	ORG-519	Germania	Orgentec		Anti-MPO is an ELISA test for the quantitative determination of IgG antibodies against myeloperoxidase (MPO) in human serum or plasma.	ISO,CE
Trusa pentru determinarea cantitativa Anticorpi antinucleari – ANA	ORG-538	Germania	Orgentec		ANAscreen is an ELISA test system for the qualitative measurement of IgG antibodies against nuclear antigens, SS-A 52, SS-A 60, SS-B, RNP-70, Sm, RNP/Sm, Scl-70, Centromere B, and Jo-1, in human serum or plasma.	ISO,CE
Trusa pentru determinarea cantitativa Anti-DNA	ORG-604	Germania	Orgentec		Anti-dsDNA IgG is an ELISA test for the quantitative determination of IgG antibodies against double-stranded DNA in human serum or plasma.	ISO,CE
Trusa pentru determinarea cantitativa Cyfra 21-1	8437	Rusia	Vector Best		Quantification of tumor marker Cyfra 21-1,96 teste	ISO,CE
Trusa pentru determinarea cantitativa CA 72-4	8455	Rusia	Vector Best		Quantification of tumor marker CA 72-4,96 teste	ISO,CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2