

DECLARAȚIE

Data: "5" iunie 2020

Numărul licitației: 21022841

Către: IMSP AMT Centru

Prin prezenta SC IMUNOTEHNOMED SRL declară că:

- Va prezenta la solicitare mostre în decurs de 5 zile după solicitare.
- Reactivii propuși în ofertă corespund cu Cerințe Generale specificate în Ordinul MS nr.701 din 18.10.2010. 1. Termenul de valabilitate la livrare indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni . Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, specificitatea. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 de zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Stripurile și godeurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cîte un godeu. Să fie posibil de a testa cîte o probă. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibratori pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și a anticorpilor.

Semnat: _____

Nume: Sergiu RAȚĂ

În calitate de: Director General

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: str. Gheorghe Asachi, 42, MD-2028

Data: "5" iunie 2020