

SPECIFICAȚII TEHNICE pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1672835578720 / 21071049	din 23 februarie 2023
Obiectul de achiziției Reactive - 2023		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2		2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro						
2.1	33696000-5	2.1. AST (GOT)	ASAT	Polonia	Cormay	2.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x43,75 ml	CE, ISO
2.2	33696000-5	2.2. ALT (GPT)	ALAT	Polonia	Cormay	2.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x43,75 ml	CE, ISO
2.3	33696000-5	2.3. Albumin	ALBUMIN	Polonia	Cormay	2.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x34 ml	CE, ISO
2.4	33696000-5	2.4. Fosfataza Alcaină	ALP	Polonia	Cormay	2.4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x38,5 ml	CE, ISO
2.5	33696000-5	2.5. alfa-Amylase	AMYLASE	Polonia	Cormay	2.5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x30 ml	CE, ISO
2.6	33696000-5	2.6. Calciu	CALCIUM	Polonia	Cormay	2.6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x36 ml	CE, ISO
2.7	33696000-5	2.7. Cholesterol total	CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x35 ml	CE, ISO
2.8	33696000-5	2.8. Creatinine	CREATININE	Polonia	Cormay	2.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x18,75 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.9	33696000-5	2.9. Gamma-GT	GGT	Polonia	Cormay	2.9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x38 ml	CE, ISO
2.10	33696000-5	2.10. Glucose GOD	GLUCOSE	Polonia	Cormay	2.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x35 ml	CE, ISO
2.11	33696000-5	2.11. Iron	IRON	Polonia	Cormay	2.11. Iron -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x56,5 ml	CE, ISO
2.12	33696000-5	2.12. LDH	LDH	Polonia	Cormay	2.12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x38 ml	CE, ISO
2.13	33696000-5	2.13. Magneziu	MG	Polonia	Cormay	2.13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x31 ml	CE, ISO
2.14	33696000-5	2.14. Total Protein	TOTAL PROTEIN	Polonia	Cormay	2.14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x28,5 ml	CE, ISO
2.15	33696000-5	2.15. Trigliceride	TG	Polonia	Cormay	2.15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 6x31 ml	CE, ISO
2.16	33696000-5	2.16. Urea	UREA	Polonia	Cormay	2.16. Urea -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x37,5 ml	CE, ISO
2.17	33696000-5	2.17. Uric Acid	UA	Polonia	Cormay	2.17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x37,5 ml	CE, ISO
2.18	33696000-5	2.18. LDL Colesterol	LDL CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x42 ml	CE, ISO
2.19	33696000-5	2.19. HDL Colesterol	HDL CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x34 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.20	33696000-5	2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol	HDL/LDL CALIBRATOR	Polonia	Cormay	2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 ml	CE, ISO
2.21	33696000-5	2.21. CK	CK	Polonia	Cormay	2.21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x37 ml	CE, ISO
2.22	33696000-5	2.22. Phosphorus	PHOSPHORUS	Polonia	Cormay	2.22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x32 ml	CE, ISO
2.23	33696000-5	2.23. Bilirubina directa	BILIRUBIN DIRECT	Polonia	Cormay	2.23. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x55 ml	CE, ISO
2.24	33696000-5	2.24. Bilirubina totala	BILIRUBIN TOTAL	Polonia	Cormay	2.24. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x32,75 ml	CE, ISO
2.25	33696000-5	2.25. Alkaline detergent	Alkaline Washing Solution	Polonia	Cormay	2.25. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x35 ml	CE, ISO
2.26	33696000-5	2.26. Acidic detergent	Acid Washing Solution	Polonia	Cormay	2.26. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x35 ml	CE, ISO
2.27	33696000-5	2.27. Bloc de reacție de 10 cuve p/u disc de reacție din plastic optical	Reaction Cuvettes	Polonia	Cormay	2.27. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 250 buc	CE, ISO
2.28	33696000-5	2.28. Cuve standarde p/u probe	Sample Cups	China	SKG Medical	2.28. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 500 buc	CE, ISO
2.29	33696000-5	2.29. Cuve de reacție 10 buc	Reaction Cuvettes	China	Mindray	2.29. Cuve de reacție 10 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 10 buc	CE, ISO
2.30	33696000-5	2.30. Filtru de apă	Water Filter	China	Mindray	2.30. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2 buc	CE, ISO
2.31	33696000-5	2.31. Lampa fotometrica	Photometer Lamp	China	Mindray	2.31. Lampa fotometrica - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.32	33696000-5	2.32. Multicalibrator nivel I	Multicalibrator Level 1	Polonia	Cormay	2.32. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.33	33696000-5	2.33. Multicalibrator nivel II	Multicalibrator Level 2	Polonia	Cormay	2.33. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.34	33696000-5	2.34. Material de control nivel I	CORMAY SERUM HN	Polonia	Cormay	2.34. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.35	33696000-5	2.35. Material de control nivel II	CORMAY SERUM HP	Polonia	Cormay	2.35. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.36	33696000-5	2.36. Detergent concentrat B	Detergent Solution B	Polonia	Cormay	2.36. Detergent concentrat B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 L	CE, ISO
3		3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR						
3.1	33696000-5	3.1. Aditiv p/u soluție de spălare	Wash Additive	Germania	Human	3.1. Aditiv pentru soluție de spălare -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 4x25 ml	CE, ISO
3.2	33696000-5	3.2. Albumin	ALBUMIN	Germania	Human	3.2. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 6x150 teste	CE, ISO
3.3	33696000-5	3.3. alfa-Amylase	AMYLASE	Germania	Human	3.3. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 3x260 teste	CE, ISO
3.4	33696000-5	3.4. ALT (GPT)	ALAT	Germania	Human	3.4. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 5x310 teste	CE, ISO
3.5	33696000-5	3.5. AST (GOT)	ASAT	Germania	Human	3.5. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 5x310 teste	CE, ISO
3.6	33696000-5	3.6. Bilirubina directă	BILIRUBIN DIRECT	Germania	Human	3.6. Bilirubina directă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 5x210 teste	CE, ISO
3.7	33696000-5	3.7. Bilirubina totală	BILIRUBIN TOTAL	Germania	Human	3.7. Bilirubina totală - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 5x210 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
3.8	33696000-5	3.8. Creatinine	CREATININE	Germania	Human	3.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 1x275 teste	CE, ISO
3.9	33696000-5	3.9. Cuve p/u probe	Sample cups	China	GongDong	3.9. Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 400 buc	CE, ISO
3.10	33696000-5	3.10. Glucose GOD	GLUCOSE	Germania	Human	3.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x210 teste	CE, ISO
3.11	33696000-5	3.11. Diluent	DILUENT	Germania	Human	3.11. Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x20 ml	CE, ISO
3.12	33696000-5	3.12. Material de control nivel Normal	SERODOS (R)	Germania	Human	3.12. Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x5 ml	CE, ISO
3.13	33696000-5	3.13. Material de control nivel Patologic	SERODOS PLUS (R)	Germania	Human	3.13. Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x5 ml	CE, ISO
3.14	33696000-5	3.14. Multicalibrator	AUTOCAL	Germania	Human	3.14. Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
3.15	33696000-5	3.15. Cuve p/u disc de reacție	Reaction Cuvettes	Germania	Human	3.15. Cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reacție compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 200 buc	CE, ISO
3.16	33696000-5	3.16. Soluție p/u spălare specială I	Special Wash Solution	Germania	Human	3.16. Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 12x30 ml	CE, ISO
3.17	33696000-5	3.17. Soluție p/u spălare specială II	Special Wash Solution 2	Germania	Human	3.17. Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x50 ml	CE, ISO
3.18	33696000-5	3.18. Total Protein	TOTAL PROTEIN	Germania	Human	3.18. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x210 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
3.19	33696000-5	3.19. Urea	UREA	Germania	Human	3.19. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x250 teste	CE, ISO
3.20	33696000-5	3.20. LDH	LDH	Germania	Human	3.20. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 2x180 teste	CE, ISO
3.21	33696000-5	3.21. Lampa fotometrică	Photometer Lamp	Germania	Human	3.21 .Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 1 buc	CE, ISO
3.22	33696000-5	3.22. CRP reagent	CRP	Germania	Human	3.22. CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 250 teste	CE, ISO
3.23	33696000-5	3.23 .CRP standart 2*1ml	CRP standard	Germania	Human	3.23 .CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 2x1 ml	CE, ISO
3.24	33696000-5	3.24. Turbidos control 4*3ml	Turbidos control	Germania	Human	3.24. Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x3 ml	CE, ISO
3.25	33696000-5	3.25. Solutie de curatare p/u cuve	Cuvette Clean	Germania	Human	3.25. Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x55 ml	CE, ISO
3.26	33696000-5	3.26. Set de mentenanță	Maintenance kit	Germania	Human	3.26. Set de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 1 set	CE, ISO
5		5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania						
5.1	33696000-5	5.1. Reagent pack	Reagent Pack for Humalyte Plus 5	Germania	Human	5.1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1000 ml	CE, ISO
5.2	33696000-5	5.2 .Solutie p/u mentinerea K+	K Filling Solution	Germania	Human	5.2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
5.3	33696000-5	5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH	Na/Cl/pH Filling Solution	Germania	Human	5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.4	33696000-5	5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+	Ca Filling Solution	Germania	Human	5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.5	33696000-5	5.5. Solutie p/u mentinerea Ref	Reference Filling Solution	Germania	Human	5.5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.6	33696000-5	5.6. Na+	Na Conditioner	Germania	Human	5.6. Na+ - conditioner Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.7	33696000-5	5.7. Solutie QC	QC Solution	Germania	Human	5.7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.8	33696000-5	5.8. Solutie de curatare	Weekly Cleaning solution	Germania	Human	5.8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.9	33696000-5	5.9. Electrode K	K electrode	Germania	Human	5.9. Electrode K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.10	33696000-5	5.10. Electrode Na	Na electrode	Germania	Human	5.10. Electrode Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.11	33696000-5	5.11. Electrode Cl	Cl electrode	Germania	Human	5.11. Electrode Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.12	33696000-5	5.12. Electrode Ca	Ca electrode	Germania	Human	5.12. Electrode Ca - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.13	33696000-5	5.13. Electrode pH	pH electrode	Germania	Human	5.13. Electrode pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
5.14	33696000-5	5.14. Electrode de referință	Ref electrode	Germania	Human	5.14. Electrode de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.15	33696000-5	5.15. Rotor p/u pompa peristaltică	Rotor for peristaltic pump	Germania	Human	5.15. Rotor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.16	33696000-5	5.16. Motor p/u pompa peristaltică	Motor for peristaltic pump	Germania	Human	5.16. Motor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.17	33696000-5	5.17. Tub p/u pompa peristaltică	Tube for peristaltic pump	Germania	Human	5.17. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
6		6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China						
6.1	33696000-5	6.1. HBsAg	HBsAg	China	Mindray	6.1. HBsAg -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.2	33696000-5	6.2. Anti HCV	Anti-HCV	China	Mindray	6.2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.3	33696000-5	6.3. T PSA	TPSA	China	Mindray	6.3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.4	33696000-5	6.4. T3	T3	China	Mindray	6.4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.5	33696000-5	6.5. T4	T4	China	Mindray	6.5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.6	33696000-5	6.6. FT4	FT4	China	Mindray	6.6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.7	33696000-5	6.7. Anti - TG	Anti-TG	China	Mindray	6.7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.8	33696000-5	6.8. Anti - TPO	Anti-TPO	China	Mindray	6.8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.9	33696000-5	6.9. TSH	TSH	China	Mindray	6.9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.10	33696000-5	6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml	HBsAg calibrators	China	Mindray	6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.11	33696000-5	6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml	HBsAg Positive Control	China	Mindray	6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.12	33696000-5	6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml	HBsAg Negative Control	China	Mindray	6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.13	33696000-5	6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml	Anti-HCV calibrators	China	Mindray	6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x2 ml	CE, ISO
6.14	33696000-5	6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml	Anti-HCV Positive Control	China	Mindray	6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.15	33696000-5	6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml	Anti-HCV Negative Control	China	Mindray	6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.16	33696000-5	6.16. FT4 calibrator 3*2 ml	FT4 calibrators	China	Mindray	6.16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.17	33696000-5	6.17. T4 calibrator 3*2 ml	T4 calibrators	China	Mindray	6.17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.18	33696000-5	6.18. T3 calibrator 3*2 ml	T3 calibrators	China	Mindray	6.18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.19	33696000-5	6.19. TSH calibrator 3*2 ml	20. TSH calibrator 3*2 ml	China	Mindray	6.19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.20	33696000-5	6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml	Anti-TG calibrators	China	Mindray	6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.21	33696000-5	6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml	Anti-TPO calibrators	China	Mindray	6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.22	33696000-5	6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml	Thyroid Function Multi Control (L)	China	Mindray	6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.23	33696000-5	6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml	Thyroid Function Multi Control (H)	China	Mindray	6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.24	33696000-5	6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml	Anti-thyroid Antibodies Control (L)	China	Mindray	6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.25	33696000-5	6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml	Anti-thyroid Antibodies Control (H)	China	Mindray	6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.26	33696000-5	6.26. T PSA calibrator 3*2 ml	TPSA calibrators	China	Mindray	6.26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.27	33696000-5	6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml	Tumor Marker Multi Control (L)	China	Mindray	6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.28	33696000-5	6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml	Tumor Marker Multi Control (H)	China	Mindray	6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.29	33696000-5	6.29. Cuve de reacție	Reaction Cuvettes	China	Mindray	6.29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 21x2x88 buc	CE, ISO
6.30	33696000-5	6.30. Soluție substrat, 4x75 ml	Substrate Solution	China	Mindray	6.30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 4x75 ml	CE, ISO
6.31	33696000-5	6.31. Soluție de spălare, 10 L	Wash Buffer	China	Mindray	6.31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 10 L	CE, ISO
6.32	33696000-5	6.32. Detergent C, 12x17 ml	Detergent C	China	Mindray	6.32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 12x17 ml	CE, ISO
7	7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania							
7.1	33696000-5	7.1. HBsAg Elisa	HBsAg	Germania	Human	7.1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO
7.2	33696000-5	7.2. Anti HCV sumar Elisa	Anti-HCV sumar	Germania	Human	7.2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO
7.3	33696000-5	7.3. PSA Elisa	PSA	Germania	Human	7.3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO
8	8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan							
8.1	33696000-5	8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L	Cellpack	Japonia	Sysmex	8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 20 L	CE, ISO
8.2	33696000-5	8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500ml	Stromatolyzer-WH	Japonia	Sysmex	8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
8.3	33696000-5	8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului	Cellclean	Japonia	Sysmex	8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 50 ml	CE, ISO
8.4	33696000-5	8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut)	Eightcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.5	33696000-5	8.5. Materialul de control (nivel normal)	Eightcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	8.5. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.6	33696000-5	8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt)	Eightcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.7	33696000-5	8.7. Transducer WBC	Transducer No.8 (WBC)	Japonia	Sysmex	8.7. Transducer WBC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.8	33696000-5	8.8. Tub Assy	Tub Assy No.12	Japonia	Sysmex	8.8. Tub Assy - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.9	33696000-5	8.9. Tub silicon	Tub Silicon F739-8	Japonia	Sysmex	8.9. Tub silicon - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.10	33696000-5	8.10. Tub Pharmed	Tub Pharmed	Japonia	Sysmex	8.10. Tub Pharmed - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.11	33696000-5	8.11. Sensor de nivel	Level sensor (No.23 assy)	Japonia	Sysmex	8.11. Sensor de nivel - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
9	9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan							
9.1	33696000-5	9.1. Reagent DCL p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare 20 L	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	9.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare 20 L - Componenta: Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethilene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 20 L	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
9.2	33696000-5	9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. 2x22ml	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. 2x22ml - Componenta: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2x22 ml	CE, ISO
9.3	33696000-5	9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L - Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2 L	CE, ISO
9.4	33696000-5	9.4. Reagent Sulfolyser p/u determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge 3x500ml	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	9.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenta: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO
9.5	33696000-5	9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate și lizate în prealabil. 2x82ml	Fluorocell WNR	Japonia	Sysmex	9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate și lizate în prealabil. 2x82ml - Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2x82 ml	CE, ISO
9.6	33696000-5	9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L	Lysercell WNR	Japonia	Sysmex	9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 5 L	CE, ISO
9.7	33696000-5	9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului	Cellclean	Japonia	Sysmex	9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml	CE, ISO
9.8	33696000-5	9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut)	XN Check L1	Japonia	Sysmex	9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
9.9	33696000-5	9.9. Materialul de control (nivel normal)	XN Check L2	Japonia	Sysmex	9.9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO
9.10	33696000-5	9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt)	XN Check L3	Japonia	Sysmex	9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO
9.11	33696000-5	9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3ml	XN CAL	Japonia	Sysmex	9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3x3 ml	CE, ISO
9.12	33696000-5	9.12. Unitate p/u prelucrarea eprubetelor	ASP_ASSY (PM) NO.8	Japonia	Sysmex	9.12. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
9.13	33696000-5	9.13. Tray kit	XN Tray kit	Japonia	Sysmex	9.13. Tray kit - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
10		10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania						
10.1	33696000-5	10.1. Soluție p/u curățare	Cleaning Solution	Danemarca	Radiometer	10.1. Soluție pentru curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 175 ml	CE, ISO
10.2	33696000-5	10.2. Soluție p/u calibrare 1	Calibration Solution 1	Danemarca	Radiometer	10.2. Soluție pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 200 ml	CE, ISO
10.3	33696000-5	10.3. Soluție p/u calibrare 2	Calibration Solution 2	Danemarca	Radiometer	10.3. Soluție pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 200 ml	CE, ISO
10.4	33696000-5	10.4. Soluție p/u spălare "Rinse"	Rinse Solution	Danemarca	Radiometer	10.4. Soluție pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 600 ml	CE, ISO
10.5	33696000-5	10.5. Soluție deproteinizantă hipochlorid	Hypochloride Solution	Danemarca	Radiometer	10.5. Soluție deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
10.6	33696000-5	10.6. Gaz p/u calibrare 1	Calibration Gas 1	Danemarca	Radiometer	10.6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 34 bar	CE, ISO
10.7	33696000-5	10.7. Gaz p/u calibrare 2	Calibration Gas 2	Danemarca	Radiometer	10.7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 34 bar	CE, ISO
10.8	33696000-5	10.8. Set p/u calibrare tHb, S7770	Calibration Solution tHb	Danemarca	Radiometer	10.8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 4 fl	CE, ISO
10.9	33696000-5	10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2	QUALICHECK 5+, Level 2	Danemarca	Radiometer	10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 30 fl	CE, ISO
10.10	33696000-5	10.10. Membrane box p/u Lactat electrod	Membrane Box Lac	Danemarca	Radiometer	10.10. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 4 buc	CE, ISO
12		12. Coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior Germania						
12.1	33696000-5	12.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	12.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO
12.2	33696000-5	12.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	12.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
12.3	33696000-5	12.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	12.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
12.4	33696000-5	12.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	12.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
12.5	33696000-5	12.5. Hemostat Calibrator 6*1ml	Hemostat Calibrator	Germania	Human	12.5. Hemostat Calibrator 6*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 4x1 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
12.6	33696000-5	12.6. Cuve de reacție	Cuvettes HUMACLOT Junior	Germania	Human	12.6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Junior. Ambalaj: 500 buc	CE, ISO
12.7	33696000-5	12.7. Cuve de reacție	Cuvettes HUMACLOT Quattro	Germania	Human	12.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro. Ambalaj: 5x500 ml	CE, ISO
13		13. Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan						
13.1	33696000-5	13.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	13.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO
13.2	33696000-5	13.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	13.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
13.3	33696000-5	13.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	13.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
13.4	33696000-5	13.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	13.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
13.5	33696000-5	13.5. Plasma de control normală 6x1ml	Hemostat Control Plasma N	Germania	Human	13.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
13.6	33696000-5	13.6. Plasma de control patologică 6x1ml	Hemostat Control Plasma P	Germania	Human	13.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
13.7	33696000-5	13.7. Cuve de reacție	Reaction Cuvettes	Japonia	Sysmex	13.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 3000 buc	CE, ISO
13.8	33696000-5	13.8. Cuve conice 1,5ml	Sample Cups	China	SKG Medical	13.8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1000 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
13.9	33696000-5	13.9. Cuve conice 4ml	Sample Cups	Japonia	Sysmex	13.9. Cuve conice 4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 100 buc	CE, ISO
13.10	33696000-5	13.10. Soluție de curățare	CA Clean I	Japonia	Sysmex	13.10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 50 ml	CE, ISO
13.11	33696000-5	13.11. Catcher assy CA5H	Catcher assy CA5H	Japonia	Sysmex	13.11. Catcher assy CA5H - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
13.12	33696000-5	13.12. Filtru (compatibil cu coagulometru Sysmex-560)	Filter	Japonia	Sysmex	13.12. Filtru - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
13.13	33696000-5	13.13. Sensor p/ru catcher	Sensor for catcher	Japonia	Sysmex	13.13. Sensor pentru catcher - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
14		14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China						
14.1	33696000-5	14.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	14.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO
14.2	33696000-5	14.2. Set p/u detrmnarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	14.2. Set p/u detrmnarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
14.3	33696000-5	14.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	14.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
14.4	33696000-5	14.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	14.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
14.5	33696000-5	14.5. Plasma de control normală 6x1ml	Hemostat Control Plasma N	Germania	Human	14.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
14.6	33696000-5	14.6. Plasma de control patologică 6x1ml	Hemostat Control Plasma P	Germania	Human	14.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
14.7	33696000-5	14.7. Cuve de reacție 5x1000	Reaction Cuvettes	China	Mindray	14.7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 5x1000 buc	CE, ISO
14.8	33696000-5	14.8. Cuve p/u probe, 1x1000	Sample Cups	China	SKG Medical	14.8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 1000 buc	CE, ISO
14.9	33696000-5	14.9. Soluție de curățare I, 10x15ml	Cleaning Solution I	China	Mindray	14.9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 10x15 ml	CE, ISO
14.10	33696000-5	14.10. Soluție de curățare II, 1x2500ml	Cleaning Solution II	China	Mindray	14.10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 2500 ml	CE, ISO
14.11	33696000-5	14.11. Tub p/u pompa peristaltică	Tube for peristaltic pump	China	Mindray	14.11. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
17		17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea						
17.1	33696000-5	17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab	AFIAS COVID-19 Ab	Coreea	Boditech Med	17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.2	33696000-5	17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb	AFIAS COVID-19 nAb	Coreea	Boditech Med	17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.3	33696000-5	17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo	AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo	Coreea	Boditech Med	17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.4	33696000-5	17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml	COVID-19 Ab Control	Coreea	Boditech Med	17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.5	33696000-5	17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml	COVID-19 nAb Control	Coreea	Boditech Med	17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
17.6	33696000-5	17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml	COVID-19 Ag Control	Coreea	Boditech Med	17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.7	33696000-5	17.7. Test AFIAS IL-6	AFIAS IL-6	Coreea	Boditech Med	17.7. Test AFIAS IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.8	33696000-5	17.8. Test AFIAS Ferritin	AFIAS Ferritin	Coreea	Boditech Med	17.8. Test AFIAS Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.9	33696000-5	17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml	Ferritin control	Coreea	Boditech Med	17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.10	33696000-5	17.10. Test AFIAS Cardiac Triple	AFIAS Cardiac Triple	Coreea	Boditech Med	17.10. Test AFIAS Cardiac Triple - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.11	33696000-5	17.11. Test AFIAS NT- pro BNP	AFIAS NT- pro BNP	Coreea	Boditech Med	17.11. Test AFIAS NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.12	33696000-5	17.13. Test AFIAS D-Dimer	AFIAS D-Dimer	Coreea	Boditech Med	17.12. Test AFIAS D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.13	33696000-5	17.14. D-dimer Control 2*0.5 ml	D-Dimer control	Coreea	Boditech Med	17.13. D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.14	33696000-5	17.15. Test AFIAS CRP	AFIAS CRP	Coreea	Boditech Med	17.14. Test AFIAS CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.15	33696000-5	17.16. CRB - Control 2*0.5 ml	CRP control	Coreea	Boditech Med	17.15. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.16	33696000-5	17.17. Test AFIAS PCT	AFIAS PCT	Coreea	Boditech Med	17.16. Test AFIAS PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.17	33696000-5	17.18. Test AFIAS HbA1c	AFIAS HbA1c	Coreea	Boditech Med	17.17. Test AFIAS HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.18	33696000-5	17.19. HbA1c - Control 2*0.5 ml	HbA1c control	Coreea	Boditech Med	17.18. HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
17.19	33696000-5	17.20. Test AFIAS AFP	AFIAS AFP	Coreea	Boditech Med	17.19. Test AFIAS AFP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.20	33696000-5	17.21. AFP Control 2*0.5 ml	AFP Control	Coreea	Boditech Med	17.20. AFP Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x1 ml	CE, ISO
17.21	33696000-5	17.22. Test AFIAS CEA	AFIAS CEA	Coreea	Boditech Med	17.21. Test AFIAS CEA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.22	33696000-5	17.23. CEA Control 2*0.5 m	CEA Control	Coreea	Boditech Med	17.22. CEA Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x1 ml	CE, ISO
17.23	33696000-5	17.24.Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc	Washing cartridge	Coreea	Boditech Med	17.23. Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 100 buc	CE, ISO
19		19. Set reagenți p/u investigații imunologice						
19.4	33696000-5	19.4.Lupus erimatos	SLE Latex Test	Germania	Human	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 20 teste	CE, ISO
20		20. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale						
20.11	33696000-5	20.11.Reagent monoclonal - Toliclon Duocon anti-D IgM + Ig G	Anti-D IgM /IgG monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj: flacon 10 ml	CE, ISO
23		23. Veselă și articole de ustensilă						
23.3	33696000-5	23.3. Container din polipropilen 120-150 ml	Specimen container	China	SKG Medical	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; volum 120ml	CE, ISO
23.19	33696000-5	23.19. Hârtie termică 110mm x 30m	Thermal paper	Germania	Human	Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Mărime: 110mm x 30m / rulon	CE, ISO
23.20	33696000-5	23.20. Hârtie termică 57mm x 30m	Thermal paper	Germania	Human	Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Mărime: 57mm x 30m / rulon	CE, ISO
23.30	33696000-5	23.30. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	Tips Box 96Wells	China	GongDong	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Conform cerințelor	CE, ISO
23.31	33696000-5	23.31. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	Tips Box 100Wells	China	GongDong	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Conform cerințelor	CE, ISO
29		29. Consumabile de laborator de unică folosință						
29.1	33696000-5	29.1. Eprubete de unică folosință	G1005	China	GongDong	Eprubete de unică folosință din polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac.Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerințelor; Marime: 12x75 Volum: 5ml. PS	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
31		31. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020						
31.1	33696000-5	31.1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA	AFIAS Cardiac Triple	Coreea	Boditech Med	31.1. Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA. Componenta setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
31.2	33696000-5	31.2. Control la Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA	Cardiac control + Tn-I control	Coreea	Boditech Med	31.2. Control la Test rapid cantitativ cTrI/CK-MB/Myo FIA - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Control intern de calitate la Determinarea cTrI/CK-MB/Myo FIA prin metoda FIA, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x1 ml (CK-MB/Myo) + 2x1 ml (Tn-I)	CE, ISO
31.3	33696000-5	31.3. Hîrtie termică	Thermal paper	Coreea	Boditech Med	31.3. Hîrtie termică - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Hîrtie termică compatibilă cu analizator automat AFIAS-6. ISO. (Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat European. Certificat de la producător. Prezentarea mostrelor de teste.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6	ISO
31.4	33696000-5	31.4. Cartuș de spălare p/u AFIAS, 6buc/set	Washing cartridge	Coreea	Boditech Med	31.4. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componenta setului: 6 rătușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registru de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 100 buc	CE, ISO
59	33696000-5	59. Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE	G1005	China	GongDong	59. Eprubetă G1005 test tube. Marime: 12x75. Volum: 5ml. PS. Marcaj CE	Conform cerințelor; Marime: 12x75 Volum: 5ml. PS	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**