

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul Medicilor de Familie Bălți.

Numărul procedurii de achiziție: Multilot: 21005874. ID MD-1551683651748.							Data: 25.03.2019	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2019.							Lot:	pag. 1 din 2
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	33100000-1	Set pentru determinarea TPHA	TPHA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	1 set * 100teste. Set pentru determinarea calitativă și semi-cantitativă a anticorpilor T.Pallidum specific din serul uman. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor.	Set pentru determinarea TPHA , 100 teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Set pentru determinarea PSA, 96 teste	PSA-DAC	Moldova	Dac-Spectromed	Metoda ELISA. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.	Set pentru determinarea PSA, 96 teste. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
9	33100000-1	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic)	Control blood that allows verifying the accuracy and precision of methods that measure the erythrocyte sedimentation rate.	Franța	Eurocell	Un control de sânge întreg, uman, conceput pentru a monitoriza precizia metodelor automate de măsurare a ratelor de sedimentare a eritrocitelor. Set 2fl*9 ml Perioada de valabilitate nu mai puțin de 540 de zile (din momentul producerii). Stabilitatea flaconului deschis nu mai puțin de 31 de zile. Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Material pentru controlul calității VSH prin metoda Westergin la analizatorul Caretium XC A-30 cu 2 nivele (normal și patologic). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
26	33100000-1	Capilar steril pentru colectarea singelui capilar în ambalaj individua	Sterile serological pipettes - graduated, sterile, Pyrogen-free/ 1 ml, cottoned, grad. 1/100 - individually wrapped	Italia	Aptaca	Ambalaj individual. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.	Capilar steril pentru colectarea sîngelui capilar, în ambalaj individual. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
27	33100000-1	Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 200-250 ml	Container 220ml, with label, non-sterile, 500/ctn	China	Dong	Volumul 200-250 ml. Capac cu filet.	Container din plastic cu capac pentru colectarea urinei, nesteril, 220-220ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
28	33100000-1	Container plastic cu capac pentru colectarea sputei nesterile la 60 ml	Sputum containers with pressure cap	Italia	Aptaca	Volumul 60 ml	Container din plastic cu capac, pentru colectarea sputei, nesteril, vol. 60ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
29	33100000-1	Container din plastic cu support pentru colorarea frotiurilor	Staining jar for slides in TPX with 2 lids + Staining rack in PP for 20 slides 26x76 mm	Italia	Aptaca	Dimensiuni lungimea 10 cm, lățimea 8 cm, înălțimea 6,5 cm, cu 2 capace și suport cu minier. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Container din plastic (PS) cu support pentru colorarea frotiurilor. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
32	33100000-1	Eprubeta plastic (polisterol) conice transparent, cu capac și etichetă, 10 ml	10 ml conical test tubes - graduated, with rim, in PS Ø 16x100 mm with label - bags of 250 pcs + high grip test tubes closed at the bottom	Italia	Aptaca	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubete din polisterol (transparente) conice, cu capac și etichetă, vol. 10ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

34	33100000-1	Eprubeta vacuată cu K 3 EDTA, volum sânge 2,0 - 2,5 ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	13x75 mm with K3 EDTA x 2 ml of blood, violet cap, sterile	Italia	FL	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Eprubeta vacuată cu K3EDTA, volum sânge 2ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
35	33100000-1	Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu 3,8%, volum sânge 2,5 ml	13x75 mm with Sodium Citrate 3.8 % x 2.7 ml of blood for coagulation, light blue cap, sterile	Italia	FL	Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Eprubeta vacuată cu Citrat de Sodiu 3,8%, volum sânge 2,5-2,7ml. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
36	33100000-1	Eprubeta vacuată cu gel separator+clot activator, volum sânge 5,0 ml, cu eticheta(numărul lotului, seria, termenii de valabilitate).	Vacuum Blood collection tube, Gel& Clot activator, vol. 5 ml, glass	China	RMD	Dimensiuni 13*75 mm. Volum 5,0 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubeta vacuată cu gel separator + clot activator, volum sânge 5ml, cu etichetă (numărul lotului, seria, termenii de valabilitate). Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
37	33100000-1	Eprubeta vacuată cu citrat de sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-30	black cap, ESR,	China	Dong	Autentic pentru analizator VSH Caretium XC A-30. Pe eprubetă obligatoriu trebuie să fie indicat două marcaje (linii) ale volumului maxim și minim de colectare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Eprubeta vacuată cu Citrat de Sodiu pentru determinarea VSH la analizatorul Caretium XC A-10. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
38	33100000-1	Eprubete cu K 3 EDTA praf pentru investigații hematologice din sânge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor fixat de tub, 100mkl	Capillary Blood Collection Tube, EDTA K3, 0,1ml	China	Dong	Volumul sîngelui 100mkl. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului trebuie să fie indicate pe ambalaj și pe eticheta de pe fiecare eprubeta. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.	Eprubete cu K 3EDTA praf, pentru investigații hematologice din sânge periferic cu capilar pentru colectarea dozată a sîngelui și capac pentru transportarea probelor, 100mkl. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
42	33100000-1	Hârtie de filtru	Filter paper sheets 50x50 cm	Italia	Aptaca	Pentru analize cantitative și calitative și alte lucrări de laborator.	Hârtie de filtru. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO.
43	33100000-1	Eprubeta pentru coagulometru Coatron M 1 TECO	Sample cups	Germania	Teco	Autentic coagulometrului Coatron M 1	Eprubetă pentru coagulometru Coatron M 1 TECO. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
56	33100000-1	Cutia Petri din polisteren	petri dish, size90*15mm, without vents and no room,sterile,10pcs/bag	China	RMD	Cutia Petri din polisteren. Diametru 9 cm.	Cutii Petri din polistiren, sterile, Ø90mm. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
57	33100000-1	Microplăci pentru investigații imunologice, 96 U-godeuri.	Microtiter Plates - 86 x 128 mm, 96 wells, in PS, flat bottom - individually wrapped	Italia	Aptaca	Obligatoriul U-godeuri. Obligatoriul este necesar prezentarea mostrelor.	Microplăci pentru investigații imunologice, 96 U-godeuri. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Chireev Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă 5/1**

*Data: 25.03.2019
Valabilitatea ofertei - 30 zile.*