

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1689084056659 din 22 iul 2023, 10:30 - 2 aug 2023, 11:00

Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2023 etapa II

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33 10 00 00- 1	2	Lot 2: Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90)	(MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90)	SUA	Festo	Reductor pentru oxigen; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare în reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Reductor pentru oxigen; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare în reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 2 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător.	CE/ISO
33 10 00 00- 1	3	Lot 3: Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47)	(MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47)	SUA	Festo	Reductor pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare în reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 45 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	Reductor pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare în reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 2 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**