

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1644835096601](#) din 14.02.2022Obiectul achiziției **Piese pentru utilaj medical - 2022**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 8. Sterilizator plasmă "RENOS130D, Renosem"	Kit de mentenanță pentru Sterilizator plasmă "RENOS130D, Renosem"	Korea	Renosem	- Kit de mentenanță p/u 600 de cicluri - Set: Ulei; Filtru de carbon; Garnituri I/O p/u pompa Laybold. (2 buc) - Kit de mentenanță p/u 1200 de cicluri - Set: Oil mist trap; Garnitura heat resisting; Nw25 clamp.(1 buc) - Kit de mentenanță p/u 2400 de cicluri - Set: Clamp Nw40-2buc; Clamp Nw25-6buc; Tub teflon-4buc; Fitting (ferrule set)-8buc; Fitting (Nut 2mm)-8buc; Buton pornire cu iluminare; Senzor de temperatură injecție; Fan-2buc; Garnituri	- Kit de mentenanță p/u 600 de cicluri - Set: Ulei; Filtru de carbon; Garnituri I/O p/u pompa Laybold. (2 buc) - Kit de mentenanță p/u 1200 de cicluri - Set: Oil mist trap; Garnitura heat resisting; Nw25 clamp.(1 buc) - Kit de mentenanță p/u 2400 de cicluri - Set: Clamp Nw40-2buc; Clamp Nw25-6buc; Tub teflon-4buc; Fitting (ferrule set)-8buc; Fitting (Nut 2mm)-8buc; Buton pornire cu iluminare; Senzor de temperatură injecție; Fan-2buc; Garnituri	ISO/CE

				termo-rezistente-2buc; Sensor de detecție a acului de injecție. 1 Buc - SFS nozzle ass'y - compatibil cu "RENO- S130D, Renosem" 1 Buc - One touch catch (KC- 191) - compatibil cu "RENO-S130D, Renosem	termo-rezistente-2buc; Sensor de detecție a acului de injecție. 1 Buc - SFS nozzle ass'y - compatibil cu "RENO- S130D, Renosem" 1 Buc One touch catch (KC-191) - compatibil cu "RENO- S130D, Renosem	
--	--	--	--	--	---	--

Ofertantul: Edelmed Adresa:bd Traian 1/1 of 80, mun. Chișinău

Numele, Prenumele: Anastasia Latîșev

În calitate de: Director

Semnat: