

Inspection Certificate No :
Протокол испытаний № :

Order No/ Номер заказа:	
Customer/ Заказчик:	
Type/Size of the gas meter / Типоразмер счетчика газа:	UG T G4
Nominal cyclic volume/ Циклический объем:	Vc = 1,2 dm ³
Minimum flow rate/ Минимальный расход:	Qmin = 0,04 m ³ /h
Maximum flow rate/ Максимальный расход:	Qmax = 6 m ³ /h
Year of manufacture/ Дата изготовления:	2025
Sample size/ Количество испытываемых счетчиков:	60
Test date/ Дата поверки:	2025-02-25
Maximum permission error/ Максимальная погрешность показаний:	Qmin / 0,2Qmax / Qmax : ±3,5% / ±2% / ±2%
Date/ Дата:	2025-03-06

UG G4T		APATOR METRIX S.A.		
Item/№:	No, of gas meter/Серийный номер счетчика газа:	Measurement errors [%]/Погрешность показаний [%]:		
		Qmax	0,2Qmax	Qmin
1	25MUGTG4 11006233754	-0.46	0.56	-1.32
2	25MUGTG4 11006233755	-0.58	0.47	-1.35
3	25MUGTG4 11006233756	-0.43	0.50	-1.76
4	25MUGTG4 11006233757	-0.49	0.50	-1.80
5	25MUGTG4 11006233758	-0.41	0.46	0.33
6	25MUGTG4 11006233759	-0.56	0.64	-0.32
7	25MUGTG4 11006233760	-0.74	0.70	-0.90
8	25MUGTG4 11006233761	-0.50	0.57	-1.27
9	25MUGTG4 11006233762	-0.82	0.82	-0.82
10	25MUGTG4 11006233763	-0.58	0.54	-1.84
11	25MUGTG4 11006233764	-0.30	0.19	-1.65
12	25MUGTG4 11006233765	-0.50	0.46	-1.30
13	25MUGTG4 11006233766	-0.63	0.67	-1.37
14	25MUGTG4 11006233767	-0.41	0.44	-1.23
15	25MUGTG4 11006233768	-0.60	0.75	-0.83
16	25MUGTG4 11006233769	-0.45	0.35	-1.40
17	25MUGTG4 11006233770	-0.28	0.33	-1.33
18	25MUGTG4 11006233771	-0.05	0.02	-0.91
19	25MUGTG4 11006233772	-0.14	0.12	-2.38
20	25MUGTG4 11006233773	-0.47	0.44	-1.78
21	25MUGTG4 11006233774	-0.69	0.77	-0.52
22	25MUGTG4 11006233775	-0.64	0.57	-0.62
23	25MUGTG4 11006233776	-0.50	0.52	-0.99
24	25MUGTG4 11006233777	-0.30	0.35	-1.26
25	25MUGTG4 11006233778	-0.31	0.38	-1.83
26	25MUGTG4 11006233779	-0.84	0.94	-0.55
27	25MUGTG4 11006233780	-0.74	0.72	-2.53
28	25MUGTG4 11006233781	-0.79	0.68	-1.49
29	25MUGTG4 11006233782	-0.70	0.70	-0.76
30	25MUGTG4 11006233783	-0.16	0.40	-1.13

31	25MUGTG4 11006233784	-0.58	0.45	-0.65
32	25MUGTG4 11006233785	-0.40	0.37	-1.31
33	25MUGTG4 11006233786	-0.14	0.26	-0.54
34	25MUGTG4 11006233787	-0.42	0.28	-0.64
35	25MUGTG4 11006233788	-0.85	0.61	-1.01
36	25MUGTG4 11006233789	-0.51	0.47	-2.86
37	25MUGTG4 11006233790	-0.40	0.57	-1.32
38	25MUGTG4 11006233791	-0.12	0.23	-2.08
39	25MUGTG4 11006233792	-0.48	0.62	-0.20
40	25MUGTG4 11006233793	-0.89	0.73	-1.04
41	25MUGTG4 11006233794	-0.35	0.44	-1.72
42	25MUGTG4 11006233795	-0.80	0.73	-1.35
43	25MUGTG4 11006233796	-0.69	0.69	-2.92
44	25MUGTG4 11006233797	-0.44	0.43	-0.81
45	25MUGTG4 11006233798	0.08	-0.08	-2.26
46	25MUGTG4 11006233799	-0.33	0.32	-1.56
47	25MUGTG4 11006233800	-0.62	0.49	-0.92
48	25MUGTG4 11006233801	-0.16	0.23	-0.59
49	25MUGTG4 11006233802	-0.58	0.51	-1.87
50	25MUGTG4 11006233803	-0.07	0.11	-1.86
51	25MUGTG4 11006233804	-0.23	0.04	-1.66
52	25MUGTG4 11006233805	-0.65	0.71	-1.70
53	25MUGTG4 11006233806	-0.40	0.45	-0.91
54	25MUGTG4 11006233807	-0.57	0.55	-0.29
55	25MUGTG4 11006233808	-0.72	0.60	0.09
56	25MUGTG4 11006233809	-0.39	0.51	-0.16
57	25MUGTG4 11006233810	-0.46	0.45	-0.98
58	25MUGTG4 11006233811	-0.38	0.37	-1.39
59	25MUGTG4 11006233812	-0.97	1.00	-0.02
60	25MUGTG4 11006233813	-0.19	0.20	-0.82

APATOR METRIX S.A.
83-110 TCZEW, ul. Grunwaldzka 14
tel. centr. 58-53-09-200; fax 58-53-09-300
NIP 593-010-00-81 REGON 190558973
PKD 2651Z KRS: 0000046259 (11)