

Nr. 21028764 F3.1 din 08.10.2020 IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie
"Nicolae Testemițanu"

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Licitația nr. 21028764

Invitație la licitația publicată în BAP nr.:

Alternativa nr.:

Către: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

ProfilabDiagnostic SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____

b) **ProfilabDiagnostic SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

Utilaj medical pentru activitatea științifică

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituită :

Suma totală: 3 070,00 (Trei mii șaptezeci) Lei 00 bani.

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituită :

Suma totală: 3 519,60 (Trei mii cinci sute nouăsprezece) Lei 60 bani.

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnăt: _____

Nume: **Varman Irina**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Miorița, 5**

Data: **08.10.2020**

Specificatii Tehnice (F4.1)

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul licitației: 21028764						Data: 08.10.2020	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Utilaj medical pentru activitatea științifică						Lot:	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Descrierea bunurilor si /sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Glucometru	Glucometru HT-100	Taiwan	Tyson	•Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: 30 sau 90 de secunde in functie de statusul operational •Durata de viata a bateriei: aproximativ 1000 teste pe an •Baterie: 1 baterie, de tip CR 2032 •Dimensiunea mostrei: 1 - 2 µL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 0,5 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) - Conditii de masurare: •temperatura: +8°C to +42°C - Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C - Umiditate: •Masurare: 85% umiditate relativa •Depozitare: 93% umiditate relativa - Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp - Valori medii: 7, 14, 30, 90 zile - Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) - Dimensiuni: +/- 97.8 x 46.8 x 19.1mm - Greutate: max Cu baterie: 50g Garanție minim 12 luni	<i>Glucometru performant, care detectează sânge capilar sau venos!</i> •Display: 96 segmente LCD cu simboluri •Oprire automata: până la 30 secunde in functie de statusul operational •Durata de viata a bateriei: aproximativ 1000 teste pe an •Baterie: 2 baterie, de tip AAA •Dimensiunea mostrei: 0,7 - 1 µL •Detectare subdozare: Da •Principiul de masurare: fotometric •Intervalul de masurare: 1 – 33,3 mmol/l •Timp de masurare: •aproximativ 5 sec (aplicarea sangelui pe banda in interiorul glucometrului) •aproximativ 8 sec (aplicarea sangelui pe banda in afara glucometrului) - Conditii de masurare: •temperatura: +8°C to +42°C - Conditii de depozitare: fără baterie: -25°C- +70°C - Umiditate: •Masurare: 85% umiditate relativa •Depozitare: 93% umiditate relativa - Capacitate de masurare: pana la 500 de masuratori cu data si timp - Valori medii: 7, 14, 30 zile - Altitudine: 0 – 4000m (0 – 13123 feet) - Dimensiuni: +/- 97.8 x 46.8 x 19.1mm - Greutate: max Cu baterie: 65g <i>Garanție minim 12 luni</i>	ISO, CE.
33100000-1	Testele pentru glucometru	HT-100	Taiwan	Tyson	Compatibile cu glucometru achiziționat; 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 1-2µl de sange Posibilă dozare in afara glucometrului	Compatibile cu glucometru achiziționat; 50 teste intr-o cutie Cantitatea de sange - 0,7 - 1µl de sange Citirea testului fără utilizarea cipului Posibilă dozare in afara glucometrului	ISO, CE.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Miorita, 5

OFERTĂ DE PREȚ (4.2)

IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"

Numărul licitației: 21028764						Data: 08.10.2020			Alternativa nr.	
Denumirea licitației: Utilaj medical pentru activitatea științifică						Lot:			Pagina 1 din 1	
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
3.	33100000-1	Glucometru	buc	5	340,00	408,00	1 700,00	2 040,00	La solicitarea Cumpărătorului, în termen de 45 zile de la solicitare. La ocul indicat de către autoritatea contractantă	MD19AG000000022512015544
4.	33100000-1	Testele pentru glucometru	set	10	137,00	147,96	1 370,00	1 479,60		
Total ofertă:							3 070,00	3 519,60		

Suma totală: 3 519,60 (Trei mii cinci sute nouăsprezece) Lei 60 bani.

Semnat: _____ Nume: **Irina Varman** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ProfilabDiagnostic SRL** Adresa: **mun. Chisinau, str. Miorita, 5**