

Specificații de preț

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1685088778510 din 03.07.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	Tensiometru Adult Cod 260700	buc	159	125,00	150,00	19875,00	23850,00	Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	
70	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	buc	1022	159,00	190,80	162498,00	194997,60		
80	Audiometru Cod 260900	buc	1	89000,00	106800,00	89000,00	106800,00		
	TOTAL					271373,00	325647,60		

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocde-b3wdp1-MD-1685088778510 din 03.07.2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup III Imagistică, Endoscopie și IV Diagnostic conform necesităților IMSP beneficiare

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
69	Tensiometru Adult Cod 260700	MC-20(-50)	China	WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Tensiometru Adult. Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	Tensiometru Adult. Cod 260700 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg	CE/ISO
70	Tensiometru Adult cu fonoscop Cod 260710	Tonometru MC-20(-50) + Stetoscop ZY1002	China	WUXI EXANO VO MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	Tensiometru Adult cu fonoscop. Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoscop da, separat de manseta	Tensiometru Adult cu fonoscop. Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoscop da, separat de manseta	CE/ISO
80	Audiometru Cod 260900	Harp model Plus 10163	Italia	Inventis	Audiometru. Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Vorbirea tip C Audiometria, frecvența, Hz : Conductivitatea aerului 125 250	Audiometru. Cod 260900 Descriere Destinat pentru investigarea acuității auzului cu frecvențe și amplitudini de semnal diferite Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Vorbirea tip C Audiometria, frecvența, Hz : Conductivitatea aerului 125	CE/ISO

					750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 Conductivitatea osului 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$ Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 1000 Hz 120 500- 4000 Hz 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115 Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB Vibrație osoasă da Interfața PC da Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă da	250 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 Conductivitatea osului 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 Incrementarea în trepte Eroarea $\leq 1\%$ Conductivitatea aerului, dB 250 Hz 90 1000 Hz 120 - 500 - 4000 Hz 8000 Hz 100 Pasul 5 Conductivitatea osului, dB 250 Hz 90 1000 Hz 120 500- 4000 Hz 4000 Hz 100 Pasul 5 Masca bandă îngustă Tip zgomot zgomot alb Intensitatea ≤ 115 Audiometria prin vorbire: Tip zgomot spectru vorbirii Intensitatea ≤ 115 dB Vibrație osoasă da Interfața PC da Afișaj digital Alimentare 220 V, 50 Hz Imprimantă da	
--	--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia