

Specificatii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1742569531039 (21384985)					Data: „25,04,2025		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.4)					Pagina: din		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		standarde de referință
33100 000-1	6	Termometru mecanic	Termometru mecanic	GT004-100 Termometru mecanic fara mercur, mar L	China	Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., LTD	DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără mercur Rezoluție0.1 grade Acuratețe0.1 grade DescriereaAfișare 35.0°C-42.0°C	DescriereTermometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C		DM000372621
			0,00							

0,00

Semnat: **Numele, Prenumele: DIANA TUTUNARU** **În calitate de: JURIST**

Ofertantul: NATUSANA SRL Adresa: or. Codru, str. M. Eminescu 31[illegible]

[illegible]

