

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1629441278836	Data: 5 sept 2021, 16:09 - 10 sept 2021, 16:09	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	articolelor parafarmaceutice. (repetat)	Lot: 15-39	Pagina: 1 din 7

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
15	33141 100-1	15. Becuri pentru laringoscop	15. Becuri pentru laringoscop	34325	Italia	Gima	Compatibel cu laringoscop din dotare (Riester)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
16	33141 100-1	16. Cateter urinar masculit extern	16. Cateter urinar masculit extern	28709/28710 +28715	Italia	Gima	Dimensiuni disponibile medii si mari. Metoda de securizare spuma. Curea adeziva de fixare	Conform broșurii anexate	CE/ISO
31	33141 100-1	31. Tub Maunt, connect. Stand 15 mm si 22 mm	31. Tub Maunt, connect. Stand 15 mm si 22 mm	PMR-15	Polonia	Zarys	Tub Endotraheal fără manjetă, Nr. 7,5	Conform broșurii anexate	CE/ISO
32	33141 100-1	32. Tub traheostomic cu manșetă	32. Tub traheostomic cu manșetă	RTM-x	Polonia	Zarys	PVC, transparent, linie radioopaca, cu manseta de presiune joasa. cu manseta de presiune joasa. Marimi posibile: 8,5 9,0 (nr egal)	Conform broșurii anexate	CE/ISO
39	33141 100-1	39. Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut	39. Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut	MN137-02	Turcia	Morton	Filtru antibacterial pentru circuit de ventilare nou-născut	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**