

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1637766696595 din „15” decembrie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale pentru Secția morfopatologie sistem deschis pentru anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producă-torul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 22. Casete histologice cu capace	TYH02 Casete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici	China	NTL Co., Ltd	(Material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Casete de plastic pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice.	CE, ISO

Lot 23. Lamele histologice de acoperire	TYI-2450C Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm calitate pentru montator automat	China	NTL Co., Ltd	Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse în coșuri a câte 500 bucăți/cos, preambalate și sigilate de la producător, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	Lamele de microscopie de acoperire 24x50mm, transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilică; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse în coșuri a câte 500 bucăți/cos, preambalate și sigilate de la producător, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX,	CE, ISO
---	---	-------	--------------	---	---	---------

Semnat: Numele, Prenumele: **Andrei Ionașcu** În calitate de: **Director Comercial**
Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**