

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-164198585922 din 01.02.2022						
Obiectul achiziției: necesarul de dezinfectanți pentru anul 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Bunuri						
Lot 1: Dezinfectant pentru dezinfecția și curățarea enzimatică a instrumentelor medicale (inclusiv opticele endoscopice)				***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, bactericidă EN 14561, fungicid EN 14562 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea în Registru National al Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.		

			- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: -substanța activă: sare cuaternară complex enzimatic (minim 3 enzime), produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. Ambalaj ≤ 5 L inclusiv, dotat cu pompă de dozare, expoziția (minut): ≤ 5min		
Lot 2: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor			***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă, EN 13727 fungicid/levuricid EN 13624 EN13697, tuberculocid EN 14348 M. Terrae Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.		

			- confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă : sare cuaternară. - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompă dozator. - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min		
Lot 3: Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale.			***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476; EN 14561 tuberculocidă EN 14348 M. terrae condiții de curățenie, EN 14563 M.terrae, fungicida EN 14562 sporicida EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului , până la deschiderea ofertelor, - înregistrarea în Registru National al Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat		

			la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanțe active - acid peracetic, cu inhibitori de coroziune; - produs solid; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 6 kg inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 24h (ore); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15 min		
Lot 4: Dezinfecția suprafețelor non - critice (podele, unități sanitare)			***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727 fungicidă EN 13624 tuberculocidă EN 14348, EN13697 fungicid/levuricid Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Produs biocid, avizat de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de		

				stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile); - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 min		
Lot 5: Dezinfecția deșeurilor medicale				Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - substanța activă clor activ - produs concentrat pulbere; - pentru toate formele de deșeuri medicale; Expoziția: ≤ 120 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va		

				indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 6: Dezinfecția igienică a mâinilor						
Lot 6.1: Dezinfecția igienică mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru)				Acțiunea dezinfectantului: soluția gata de lucru - virucidă EN 14476 EN 13727: EN 1500 E. coli, EN 13624 micobactericid EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu pompă dozator de 3 ml pe baza etanol nu mai puțin de 70% produs gel; produs gata pentru utilizare nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, glicerină. Termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 sec *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit		

Lot 6.2: Dezinfecția igienică mâinilor (ambalaj ≤ 5 litru)			Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727: EN 1500 E. coli, EN 13624 N 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: pe baza etanol nu mai puțin de 70% - produs gel; produs gata pentru utilizare nu provoacă alergii, iritații și nu uscarea a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, glicerină . termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 7: Dezinfecția Chirurgicala					
Lot 7.1: Dezinfecția Chirurgicala mâinilor (ambalaj ≤ 1 litru)			Acțiunea dezinfectantului: soluție gata de lucru -virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727EN 1500 E. coli, EN 12791, EN 13624 micobactericid EN 14348 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului.		

			confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu pompă dozator de 3 ml pe baza etanol nu mai puțin de 70% produs gel/lichid; produs gata pentru utilizare nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare , glicerină. termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Se vor oferi 100 dispensere de perete, gratuit	
--	--	--	---	--

Lot 7.2: Dezinfecția Chirurgicala (ambalaj ≤ 5 litru)			Acțiunea dezinfectantului: soluție gata de lucru -virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727: EN 1500EN 12791, EN 13624 micobactericid EN 14348 . Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registru Național al produselor biodistructive Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: pe baza etanol nu mai puțin de 70% - produs gel/lichid; produs gata pentru utilizare nu provoacă alergii, iritații și nu uscarea a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare , glicerină. termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 8: Curățarea și dezinfecția suprafețelor și dispozitivelor medicale (servetele)			Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476- condiții de murdarie, bactericidă EN 14561-condiții de murdarie, fungicidă EN 14562:, Micobactericidă EN 14348 - EN 14563 (Mycobacterium terrae.) Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în registru Național al produselor biodistructive sau înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului . Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului		

				de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: pe baza de alcool, saruri cuaternare. Produs gata pentru utilizare nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ timpul de acțiunea 15 min. Ambalaj până la 100 de bucăți , dimensiunile minimale 12x18 cm *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 9: Dezinfecția igienică a miinilor	Sanidez	R. Moldova	SRL "ELADUM PHARMA"	Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive - Să corespundă recomandărilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool, cel puțin 70 %; - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția:	Sanidez-dezinfectant pentru mâini. Certificat biocid. Conține alcool 70%, glicerină, peroxid de hydrogen. Ambalaj 1000 ml, cu dozator. Produs lichid, gata pentru utilizare. Termen de valabilitate nu mai mic de 2 ani. Produs după recomandările OMS.	Certificat biocid

				≤ 30 sec		
Lot 10: Săpun antiseptic, ambalaj 1 litru (cu pompa instalată în flacon)				Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 bactericidă EN 13727, EN 12791, EN 1499 Fungicidă EN 13624 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; -Certificat de înregistrare în registrul Național al produselor biodistructive - Să corespundă recomandarilor (standardelor) OMS (WHO) - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza glicerină. clorhexidină. - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: - pentru prelucrare igienică ≤ 30 sec pentru prelucrare chirurgicală ≤ 5 min Se vor oferi 100 dispensoare gratuit.		
Lot 11: Neutralizant și detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat						
Lot 11.1: Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat				Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: acizi organici. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.		

Lot 11.2: Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat				Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți, enzime. NECOROZIV. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Matachana MAT LD521XLS și INOVA M4, aflate în dotare.		
Lot 12: Dezinfectant și detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat						
Lot 12.1: Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)				Acțiunea dezinfectantului: bactericid, micobactericid, fungicid, virucid, sporicid. Produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Soluscope S1 din dotare.		
Lot 12.2: Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)				Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Soluscope S1 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.		
Lot 13: Dezinfectant și detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat						
Lot 13.1: Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L)				Acțiunea dezinfectantului: bactericid, fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani.		
Lot 13.2: Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în				Produs concentrat lichid. Componenta după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți. Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD 4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani.		

mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L)						
Lot 14: Curățarea și dezinfectia a suprafețelor, dispozitivelor și instrumentelor medicale						
Lot 14.1: Curațarea și dezinfectia de grad înalt a suprafețelor si dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 1 litru)				Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, EN 16777: bactericida EN 13727, micobactericid EN 14348, fungicid EN 13624 Sporicid EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu marcajul CE și Registrul național al produselor biodistructive, până la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu duză pulverizatoare spumigenă pe baza de acid peracetic și peroxid de hidrogen produs lichid; produs gata pentru utilizare; termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/document e tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 14.2: Curațarea și dezinfectia de grad înalt a suprafețelor si dispozitivelor medicale				Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, EN 16777: bactericida EN 13727, micobactericid EN 14348, fungicid EN 13624 Sporicid EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de		

(ambalaj ≤ 5 litru)				valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu marcaj CE, Registrul Național al produselor biocide până la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - canistră- pe baza de acid peracetic și peroxid de hidrogen produs lichid; - produs gata pentru utilizare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 15 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 15: Curățarea și dezinfectia suprafețelor medicale						
Lot 15.1: Curățarea și dezinfectia rapidă a suprafețelor medicale ambalaj ≤ 1 litru cu pulverizator spumigen)				Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu marcajul CE până la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație		

				internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu duză pulverizatoare spumigene, pe baza de alcool și saruri cuaternare; utilizarea pe suprafețe murdare, fără necesitate de curățare preventivă produs gata pentru utilizare; termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 5 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 15.2: Curățarea și dezinfectia rapidă a suprafețelor medicale (ambalaj ≤ 5L)				(ambalaj ≤ 5L) Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare a produsului în Registrul de stat al dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu marcajul CE până la deschiderea ofertelor. Fisa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare		

				copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: - dotat cu duză pulverizatoare spumigene, pe baza de alcool și saruri cuaternare; utilizarea pe suprafețe murdare, fără necesitate de curățare preventivă produs gata pentru utilizare; termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an. Expoziția: ≤ 5 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lot 16: Sterilizarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale. (ambalaj ≤ 5 kg)				***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (Sterilizare) virucidă EN 14476; bactericidă 13727, EN 14561 tuberculocidă EN 14563 fungicidă EN 14562 sporicidă - EN 17126 Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și/sau registrul Național al produselor biodistructive, până la deschiderea ofertelor. - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice:		

				- substanțe active - acid peracetic, cu inhibitori de coroziune; - produs lichid gata; - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 L inclusiv - valabilitatea soluției de lucru ≥ 14 zile; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 1 an Expoziția: ≤ 5 min Se vor oferi 100 bandele de control a valabilității concentrației substanței active cu titlu gratuit.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumbravă Natalia** În calitate de: **director**

Ofertantul: **SRL "ELADUM PHARMA"** Adresa: **R-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Centenarului 2/C**