

DECLARATION

compliance with the parameters of the compressor of the oxygen station
IDEAL IM-GO 120 OXYGEN GENERATOR SYSTEM

This certifies that the compressor with the parameters specified in the table will provide the necessary amount of compressed air with the specified working pressure for the needs of the oxygen generator: OXYGEN GENERATOR IDEAL IM-GO 120

Name parameters	Characteristics
Model	INVERSYS 22 PLUS
Compressor type	The screw is oil-filled
A compressible medium	Atmospheric air
Initial pressure	Atmospheric
Maximum air pressure, MPa	1,0
Compressed air productivity at nominal pressure, m ³ /h	78...228
Nominal pressure, MPa	0,95
Performance regulation	Using a frequency converter
Temperature of compressed air at the compressor outlet, °C	+15 to ambient temperature
Power of the main drive, kW	22
Supply voltage/current frequency, V/Hz	380/50
Compressor cooling	Air
Compressor drive	Direct



idealMakinA®
İDEAL MAKİNA END. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Esenkent Mh. Nato Yolu Cad. No:275 34776 Ümraniye-İST.
Sarıgazi V.D 470 097 1528 Tic Sic. No: 530388
www.idealmakina.com

Alpaslan Tekin, General Manager
IDEAL MAKİNA ENDÜSTRİ URUNLERİ SAN VE TİC A.S.

DECLARAȚIE

Coresponderea parametrilor compresorului stației de recepție a oxigenului
SISTEM DE GENERATOARE DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120

Aceasta atestă că compresorul cu parametri specificați în tabel va furniza cantitatea necesară de aer comprimat cu presiunea de lucru specificată pentru nevoile generatorului de oxigen: GENERATOR DE OXIGEN IDEAL IM-GO 120

Denumirea parametrilor	Indicator
Model	INVERSYS 22 PLUS
Tip compresor	Compresor cu șurub umplut cu ulei
Mediu comprimat	Aerul atmosferic
Presiunea inițială	Atmosferic
Presiunea maximă a aerului, MPa	1,0
Productivitatea aerului comprimat la presiunea nominală, m ³ /h	78...228
Presiune nominală, MPa	0,95
Reglementarea performanței	Folosind un convertor de frecvență
Temperatura aerului comprimat la ieșirea din compresor, °C	+15 la temperatura ambiantă
Puterea motorului principal, kW	22
Tensiunea de alimentare/frecvența curentului, V/Hz	380/50
Răcire compresorului	aerian
Acționare compresor	Comprimare directă



idealMakinA
İDEAL MAKİNA END. ÜRÜN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Esenkent Mah. Nato Yolu Cad. No:279B 34726 Ümraniye-İST.
Sarıgazi V.D 470 097 1528 Tic Sic. No: 530388
www.idealmakina.com

Alpaslan Tekin, director general
İDEAL MAKİNA ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN VE TİC A.Ş.

Мова оригіналу документа: **Англійська**
Мова перекладу: **Румунська**

Original document language: **English**
Translated into: **Romanian**


Я, **Король Ольга Андріївна**, перекладач Центру перекладів, володію **румунською** та **англійською** мовами і засвідчую, що переклад тексту цього документа на **румунську** мову виконано вірно

I, **Korol Olha Andriivna**, the translator in the above noted languages certify that this is a complete and accurate translation into **Romanian** of the original **English** document to the best of my knowledge, ability and belief.

13 лютого 2023

13 February 2023

Підпис /Signature



Altogether numbered, sewn and sealed <u>2</u> sheets.
Translator <u>Korol Olha</u>
Signature <u>[Handwritten Signature]</u>
"B" _____ 23

Центр перекладів «Статус Ко»
www.statusko.ua

«Status Ko» Translation Center
www.statusko.ua

Україна, 02002, м. Київ,
вул. С. Сверстюка, 2-а,
БЦ «Лівобережний», 8 поверх, оф. 801
E-mail: office@statusko.ua
(044) 391-25-50, (067) 240-30-85

2-a, Ye. Sverstiuka Str., Livoberezhnyi
Business Center, the 8th floor, office 801,
Kyiv 02002, Ukraine
E-mail: office@statusko.ua
(044) 391-25-50, (067) 240-30-85