

Specificații tehnice								
Numărul licitației: 21206095/ ocde-b3wdp1-MD-1712760868769 din 27.05.2024								
Denumirea licitației: Achiziționarea suplimentară a endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Raional Căușeni "Ana și Alexandru" și IMSP Spitalului Clinic Municipal "SFÂNTA TREIME" pentru anul 2024								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3		5	6	7	8
Lot Nr. 2 Endoproteza totală de genunchi cu platou tibial mobil								
33100 000-1	2.1	Componenta femurală primară cimentată și necimentată	SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308; 1-0205400->1-0205508	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta femurală - Confectionat din aliaj de CoCr; - Disponibile variante cimentată și necimentată; - Anatomica: stanga / dreapta; - Dimensiuni disponibile: minim 8; - Santul patelar lateralizat; - Geometria condililor asimetrică; - Congruența completă cu geometria insertului tibial în plan coronal și sagital; - Pe suprafața internă prezintă buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Confectionată din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 5; Disponibile variante cimentată și necimentată - SCORE II PR PG 3; -Disponibilă în 9 dimensiuni stanga / dreapta SCORE II PG 3; - Santul patelar lateralizat; Geometria condililor asimetrică; SCORE PR PG 2 și SCORE II ST PG 5 --Congruența completă cu geometria insertului tibial în plan coronal și sagital SCORE II ST PG 4, 6; Pe suprafața internă prezintă buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare; SCORE II ST PG 5 IMAG JOS; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză) - la livrare	DM000286840; DM000286841; DM000286842; DM000286843; DM000286844; DM000286845; DM000286846; DM000286847; DM000286848; DM000286849; DM000286850; DM000286851; DM000286852; DM000286853; DM000286854; DM000286855; DM000286856; DM000286857; DM000286858; DM000286859; DM000286860; DM000286861; DM000286862; DM000286863; DM000286864; DM000286865; DM000286866; DM000286867; DM000286868; DM000286869; DM000286870; DM000286871; DM000286872; DM000286873; DM000286874; DM000286875;
33100 000-1	2.2	Componenta tibială cimentată și necimentată	SCORE TIBIAL BASE PLATE 1-0200500 -> 1-0200508; 1-0200400 -> 1-0200408	FRANTA	AMPLITUDE	Componenta tibială primară cimentată : - Confectionată din aliaj de CoCr; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Disponibile 2 variante: cimentată și necimentată; - Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie și a blocurilor de augmentare; - Suprafața superioară lustruită; - Pe suprafața inferioară prezintă buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare; - Se poate folosi cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionată cu un număr standardizat - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componenta tibială primară cimentată Confectionată din aliaj de CoCr; SCORE II ST PG 7; -Disponibilă în 9 dimensiuni universale; SCORE ST II PG 8; - Disponibile 2 variante: cimentată și necimentată SCORE PR PG 3; -Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie și a blocurilor de augmentare; SCORE ST II PG 7; -Suprafața superioară lustruită; SCORE II ST PG 7; Pe suprafața inferioară prezintă buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzătoare SCORE II ST PG 7; -Poate fi folosită cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionată cu două numere standardizate; SCORE II ST PG 9; -Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000663339 DM000663332 DM000663333 DM000663334 DM000663335 DM000663336 DM000663337 DM000663338 DM000663340 DM000663341 DM000663342 DM000663343 DM000663349 DM000663346 DM000663347 DM000663345 DM000663348 DM000663344

33100 000-1	2.3	Insertul tibial primar mobil	SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1-0205610 -> 1- 0205658	FRANTA	AMPLITUDE	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Dimensiuni disponibile: minim 7; - Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune; - Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat; - Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; - Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesuturilor moi; - Modul de fixare: prin pivot central cilindric; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Insertul tibial primar mobil - Confectionat din polietilena ultradensa UHMWPE; SCORE II ST PG 6; -Dimensiuni disponibile 9 SCORE II ST PG 8;- Grosimi disponibile: 6 pentru fiecare dimensiune, intre 10 – 20mm; SCORE II ST PG 8;-Insertul poate fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau; supradimensionata cu doua numere standardizate; SCORE II ST PG 9; -Congruenta completa cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital; SCORE II ST PG 4, 6 -Aspectele anterior si laterale reduse pentru a evita lezarea tesuturilor moi SCORE II ST PG 6 ; -Modul de fixare: prin pivot central cilindric; SCORE II ST PG 6;Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000286876;DM000286877; DM000286878; DM000286879; DM000286880; DM000286881; DM000286882; DM000286883; DM000286884; DM000286885; DM000286886; DM000286887; DM000286888; DM000286889; DM000286890; DM000286891; DM000286892; DM000286893; DM000286894; DM000286895; DM000286896; DM000286897; DM000286898; DM000286899; DM000286900; DM000286901; DM000286902; DM000286903; DM000286904; DM000286905; DM000286906; DM000286907; DM000286908; DM000286909;DM000286910; DM000286911; DM000286912; DM000286913; DM000286914; DM000286915; DM000286916; DM000286917; DM000286918; DM000286919; DM000286920; DM000286921; DM000286922; DM000286923; DM000286924; DM000286925; DM000286926; DM000286927; DM000286928; DM000286929;
33100 000-1	2.4	Componentă patelară	SCORE RESURFACING PATELLA CEMENTED 1-0200830 -> 1- 0200836	FRANTA	AMPLITUDE	Componentă patelară -Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultrainalta UHMWPE; - Tipul fixarii: cimentata cu pin / pini; - Congruenta completa cu santul patelar femural; - Dimensiuni disponibile: minim 3 - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	Componentă patelară Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) SCORE II ST PG 6; Modalitatea de implantare: cimentata, prezinta 3 pinteni de cimentare.SCORE PG 5- Minim 3 dimensiuni disponibile SCORE PG 6; Congruenta completa cu santul patelar femural - SCORE PR PG 4; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	DM000623176; DM000623177; DM000623178

33100 000-1	2.5	Set de instrumente în custodie	SCORE AND SCORE II INSTRUMENTS SET	FRANTA	AMPLITUDE	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același intrumentar. În caz de defecțiune, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000529179;DM000529316;DM000529656; DM000529657; DM000529658; DM000529659; DM000529660; DM000529661; DM000529662; DM000529683; DM000529664; DM000529665; DM000529666;DM000529667; DM000529668; DM000529670; DM000529669; DM000529671; DM000529672;DM000529682; DM000529674; DM000529653; DM000529654; DM000529178; DM000529248; DM000529250; DM000529251; DM000529252; DM000529254;DM000529255; DM000529256; DM000529257; DM000529259; DM000529260;DM000529309; DM000529310; DM000528752;DM000529261;DM000529262; DM000529263; DM000529258;DM000529311; DM000528760; DM000528761; DM000528766; DM000528771; DM000528776;DM000528781; DM000528786; DM000528791; DM000528762; DM000528767; DM000528772;DM000528777; DM000528782; DM000528787; DM000528792; DM000528763;DM000528768;DM000528773; DM000528778;DM000528783;DM000528788; DM000528793; DM000528764; DM000528769; DM000528774; DM000528779; DM000528784; DM000528789; DM000528794;DM000528765; DM000528770; DM000528775;DM000528780; DM000528785; DM000528790; DM000528795; DM000529264;DM000528753; DM000528754; DM000528755;DM000528756;DM000528757; DM000528758; DM000528759;DM000529183; DM000529312; DM000529681;DM000529543; DM000528832; DM000528833; DM000528834; DM000528835;DM000528836; DM000528837; DM000528838;DM000528841; DM000528842; DM000528843; DM000528844;DM000528845; DM000528846;DM000528847; DM000529405; DM000529406;DM000529408;DM000529407; DM000528826;DM000528827; DM000528828; DM000528830; DM000529663;DM000528839; DM000528848; DM000528849; DM000302501; DM000528745;DM000529629; DM000529630; DM000529631;DM000529633;DM000529634; DM000529635; DM000529636; DM000529639; DM000528750; DM000528751; DM000529643; DM000529643; DM000529645;DM000529641; DM000529678; DM000529679;DM000529637; DM000529638; DM000529632;DM000529673; DM000119787;DM000119788; DM000120358; DM000120403;DM000120404;DM000120405; DM000119790; DM000119785;DM000529680; DM000119706; DM000119689;DM000119699; DM000119707;DM000119708; DM000119709; DM000119691; DM000119698; DM000119693; DM000119696;DM000119695;DM000119694; DM000529273; DM000119692;DM000119700; DM000119701;DM000119702; DM000119703; DM000119704;DM000119705;DM000119710
----------------	-----	--------------------------------------	---	--------	-----------	--	--	---

33100 000-1	2.6	Motor oscilant si reamer în custodie	RJ-0410/NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiuni, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiuni, ne obligam să reparam sau să înlocuim utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	DM000431016; DM000431018
33100 000-1	2.7	Lame pentru motor oscilant	RJ-0310 saw blades	China	Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device	Lame pentru motor oscilant	Lame pentru motor oscilant	DM000431017

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2□