

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1652179233133 din: 16 mai 2022, 9:00 - 20 mai 2022, 8:30

Obiectul achiziției: Consumabile medicale necesare secției Chirurgie toracică cabinetul de bronhoscopie și secției Endocrinologie pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
33100000-1	Lot 2. Ansa polipectomie 10mm	PFS01xxx	China	Micro-Tech	Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 10mm. Lungimea >200cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 3. Ansa polipectomie 15mm	PFS01xxx	China	Micro-Tech	Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 15mm. Lungimea >200cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 4. Ansa polipectomie 24mm	PFS01xxx	China	Micro-Tech	Ansa de unica folosinta, in tub transparent. Diametrul 24mm. Lungimea >200cm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 5. Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.0mm	EBFxxx	China	Micro-Tech	Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.0mm. Lungimea 1100 – 1300mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 6. Forceps de biopsie pentru bronhoscop canal 2.8mm	EBFxxx	China	Micro-Tech	Forceps de biopsie, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1100 – 1300mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 7. Forceps de biopsie pentru gastroscop canal 2.8mm	EBFxxx	China	Micro-Tech	Forceps de biopsie pentru gastroscop, cupe fara dinti, fara ac. Pentru canalul de biopsie 2.8mm. Lungimea 1600 – 1800 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 8. Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm	NGFxxx	China	Micro-Tech	Forceps de extragere a corpiilor straini, tip dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 2.8mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 9. Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm	NGFxxx	China	Micro-Tech	Forceps de extragere a corpiilor straini, tip combinat dinte de soarece si aligator, pentru canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-1300mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 10. Periute, cu 2 capete de lucru, pentru curatirea	CB18-xxx	China	Micro-Tech	Periute, cu 2 capete de lucru. Posibil de utilizat la curatirea canalelor de 2.0 – 2.8 mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO

	canalelor endoscopului 2.0 – 2.8mm.						
33100000-1	Lot 11. Ghiduri de Nitinol,0.035"	NV-PSxxxx	Japonia	Terumo	Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035", Lungimea 350-400cm, de tip stiff.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 12. Flush cateter, pentru canalul 2.0	136108	Germania	Endo-Flex	Flush cateter cu duza de metal, pentru canal de diametrul 2.0mm	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 14. Servetele viscoza biodegradabile 100%	Bactryl Wipes	Italia	Cantel	Biodegradabile cu detergent si dezinfectant inoffensive p/u endoscopsi fara alcool, active minim 3 minute.100buc in set	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 15. Stent 13/80	01TD1380	Franța	Novatech	Stent traheobronșic din silicon, Suprafață netedă antiaderentă.	Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100000-1	Lot 16. Stent 14/80	01TD1480	Franța	Novatech	Stent traheobronșic din silicon, Suprafață netedă antiaderentă.	Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**