

Specificații tehnice (F4.1)								
Numărul licitației: 21010331						din 05.08.2019		
Denumirea licitației: Consumabile si accesorii medicale necesitatilor IMSP Spitalul raional Orhei						Conform	Lot: conform listei solicitate	Alternativa nr. Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 40						
33100000-1		Sensor SPO2	U405-3FL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu u monitor NIHON Condens BSM 2301K , sensor SPO2 neonatal(silicon)	Nihon Kohden (14Pin) Nihon Kohden Îmbrăcăminte siliconică neonat, 3m, 14Pin.	CE
		Total lot 40						
		Lotul 42						
33100000-1		OXYGEN SENSORS	U932-01J	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	Compatibil cu aparat de anestezie "Fabius- Dragner"	Senzor principal de oxigen. Senzorii sunt electrochimici sisteme destinate măsurării presiunii parțiale O2. Senzorii funcționează conform principiului celulelor galvanice. Amestecul gazos care trebuie monitorizat difuzează printr-un material plastic membrana în electrolitul lichid al senzorului.	CE
		Total lot 42						
		TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23