

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21008331						Data: 13.06.2019		Alternativa nr.
Denumirea licitației: „Echipament de protecție în Blocul de operații pentru anul 2019”						Lot/poz: 2, 3		Pagina_1_din_1_
N r .	Co-dul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul artico-lului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standa r-de
	1	2	3	4	5	6	7	8
2	18143000-3	Halat chirurgical protejat	---	Turcia	Bayteks	Țesătura: Pentru zona critică PES-100% cu o membrană trilaminată de politetrafluoretilenă, trilaminată într-o membrană 100% PES cu poliuretan. Pentru zona mai puțin critică PES-99% microfibre și fibre de carbon 1%. Țesătura laminată: în 3 straturi, trilaminată, echipată cu membrană specială introdusă între 2 straturi exterioare de fibre de polister, barieră absolută pentru penetrarea lichidelor și microorganismelor (18/20nm), cu efect respiratoriu, inalterabilă la trecerea de la cald la rece. Aria critică: pentru stratul din față și antebrăț și pentru părțile mai apropiate de câmpul operator. Aria mai puțin critică: toate celelalte părți ale halatului. Manșete duble din poliester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături; Lungimea nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121 °C nu mai puțin de 80 de cicluri E23.	Țesătura: Pentru zona critică PES-100% cu o membrană trilaminată de politetrafluoretilenă, trilaminată într-o membrană 100% PES cu poliuretan. Pentru zona mai puțin critică PES-99% microfibre și fibre de carbon 1%. Țesătura laminată: în 3 straturi, trilaminată, echipată cu membrană specială introdusă între 2 straturi exterioare de fibre de polister, barieră absolută pentru penetrarea lichidelor și microorganismelor (18/20nm), cu efect respiratoriu, inalterabilă la trecerea de la cald la rece. Aria critică: pentru stratul din față și antebrăț și pentru părțile mai apropiate de câmpul operator. Aria mai puțin critică: toate celelalte părți ale halatului. Manșete duble din poliester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături; Lungimea nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121 °C nu mai puțin de 80 de cicluri E23.	ISO, Declarație de Conformitate
3	18143000-3	Halat chirurgical standard	---	Turcia	Bayteks	Țesătura: PES-99% și Fibre de carbon-1%. Manșete duble din polister 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături. Lungime-nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121°C nu mai puțin de 80 de cicluri.	Țesătura: PES-99% și Fibre de carbon-1%. Manșete duble din polister 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături. Lungime-nu mai puțin de 140 cm. Valabilitatea halatelor: rezistent la prelucrarea termică și sterilizare la 121°C nu mai puțin de 80 de cicluri.	

Numele, prenumele: **Boris Granaci**

În calitate de: Director General

Oferantul: **„MEDGLOBALFARM” SRL**

Adresa: mun. Chișinău, str. Miron Costin 17/2, of. 71