

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1548833678186** din 14.02.2019

Denumirea licitației: Achiziționarea Serviciilor de reparatie a dispozitivelor medicale

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2				3	4	5
	<b>Servicii</b>						
	Lotul 2						
504210 00-2	Lucrări de extindere a rețelei centralizate de gaze medicale.	1. Medical Gas Outlet Oxygen 2. Medical Gas Outlet Medical Air MA4 3. O2 Humidifier with Bottle 4. Turbo Vacuum Regulator (Venturi Type) 5. Copper Pipe - 12*1 mm (1/2") 6. Copper Pipe - 22*1 mm (3/4")	Turcia	Reanimed, Healthcare Systems	*Secția BCV: trasarea și montarea țevilor de O2 și Aer comprimat pentru 14 ș puncte, ce includ: (10 umidificatoare O2, 4 inversoare de presiune și 14 prize format DIN(10-O2, 4-AER)).	Da, trasarea și montarea țevilor de O2 și Aer comprimat pentru 14 puncte, ce includ: (10 umidificatoare O2, 4 inversoare de presiune și 14 prize format DIN(10-O2, 4-AER)).	CE, ISO



*[Handwritten signature]*

504210 00-2	<p><b>Total lot 6</b></p> <p>Reparație USG LOGIQ C5 Premium, General Electric (Servicii de reparație USG LOGIQ C5 Premium, General Electric)</p>	Software Logic C5	Danemara	LBN Medical	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinstalare software, calibrarea dispozitivului</li> <li>2. înlăturarea tuturor defectelor tehnice</li> <li>3. înlăturarea tuturor defectelor de program.</li> <li>4. Emiterea unui raport privind lucrările efectuate</li> <li>5. certificat metrologic valid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Da, Reinstalare software, calibrarea dispozitivului</li> <li>2. Nu, înlăturarea tuturor defectelor tehnice.</li> <li>Da, Eliberarea Raportului tehnic cu defecțiunile tehnice depistate</li> <li>3. Da, înlăturarea tuturor defectelor de program.</li> <li>4 Da, Emiterea unui raport privind lucrările efectuate</li> <li>5. Da, certificat metrologic valid, în caz dacă sistemul va fi funcțional în urma înlăturării defecțiunilor software.</li> </ol>	CE, ISO
	<b>Total lot 10</b>						



504210 00-2	Servicii de reparație a dispozitivului de anestezie și respirație artificială Saturn EVO	calibrarea dispozitivului, ajustarea lui, înlăturarea scurgerilor, darea în exploatare.	Republica Moldova	Health Medical Solutions SRL	Repararea dispozitivului de anestezie și respirație artificială Saturn Evo, calibrarea dispozitivului, ajustarea lui, înlăturarea scurgerilor, darea în exploatare.	Da, Repararea dispozitivului de anestezie și respirație artificială Saturn Evo, calibrarea dispozitivului, ajustarea lui, înlăturarea scurgerilor, darea în exploatare.	Certificat metrologic
----------------	--	---	-------------------	------------------------------	---	---	-----------------------

Semnăt: 

Numele, Prenumele: Trocin Caterina

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: Cetatea Albă 143/1, of. 37

