

DECIZIE
de atribuire a contractului de achiziții publice X
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr.1 din 26 mai 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate	Mun. Bălți,
IDNO	1003602150732
Adresa	Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon	/0231/ 58-697
Număr de fax	/0231/ 58-733
E-mail oficial	scmb@ms.md
Adresa de internet	https://scb.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diana Rîbac

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri X Servicii ☐ Lucrări ☐
Obiectul achiziției	Dispozitive medicale (oftalmologice) pentru a.2025 (repetat)
Codul CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1747030508652 Link-ul: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1747030508652 Data publicării: 12/05/2025
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante	X Da ☐ Nu Linkul către planul de achiziții publice publicat:
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; X Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: (indicați)
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	77200,00

3. Până la termenul-limită (data 17.05.2025, ora 11:00), au depus oferte 4 ofertant:

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	SRL "Optic-Lux"	1002600043635	Bas Dumitru Filimonenco Elena
2	SRL "Medpunct"	1011600044267	Antonova Anna Nitelea Mihail
3	SRL "Lenses Grup"	1003600069773	Pereteatco Alexandr Pereteatco Alina
4	SRL "Med-M"	1020611000359	Rotari Vladimir

4. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL "Optic-Lux"	Conform specificației tehnice Anexa nr.22 se propune – Parametru Specificație Dimensiuni maxime: 29 mm (I) * 90 mm (H) * 215 mm (L) Greutate maxima: 140g (fara baterii), 190g (2xbaterii AA) Alimentare: 2 baterii x AA DC3V

	Interval de masurare minim: 3-70 mmHg Precizie: $\pm 1.5\text{mmHg}$($3\text{mmHg} \leq \text{intraocular pressure} \leq 25\text{mmHg}$); $\pm 2.5\text{mmHg}$($25\text{mmHg} < \text{intraocular pressure} \leq 70\text{mmHg}$; Repetabilitate (coeficient de variatie): $<8\%$ Precizia de afisare: 1 mmHg Unitate de afisare: milimetri de mercur (mmHg) Transport și depozitare: Temperatura ambientală: $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ Umiditate relativă: $\leq 95\%$ Presiune atmosferică: 500 hPa ~ 1060 hPa Funcționare: Temperatura ambiantă: $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ Umiditate relativă: $\leq 80\%$ Presiune atmosferică: 700hPa~1060hPa Mod de operare: Continuu Cerințe Include: - 200 buc. sonde de unica folii - geanta antisoc. ce nu corespunde cerințelor solicitate <u>Grupul de lucru pentru achizitii publice a decis de respinge oferta în temeiul art. 69, al. (6), lit. b), a Legii 131/2015 „privind achizițiile publice” - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentatia de atribuire</u>
SRL”Medpunct”	Conform specificației tehnice Anexa nr.22 se propune – Parametru Specificație Dimensiuni : 22cm * 5.5cm mm * 9cm Greutate: 200 gr Alimentare: 2 baterii AA DC3V Interval de masurare:3-80 mmHg Precizie:$\pm 1,5\text{ mmHg}$ ($\leq 25\text{ mmHg}$) si de $\pm 2,5\text{ mmHg}$ ($> 25\text{ mmHg}$) Unitate de afisare: milimetri de mercur (mmHg) Mediu de lucru Temperatura: $+5^{\circ}\text{C}$ până la $+40^{\circ}\text{C}$ Umiditate relativă:$\leq 80\%$ Presiune atmosferică: 500 hPa-1,060 hPa Mediu de depozitare Temperatura: -20°C până la $+55^{\circ}\text{C}$ Umiditatea relativă: $\leq 95\%$ Presiune atmosferică: 500 hPa-1,060 hPa Mod de operare:Continuu Cerințe Include: - 200 buc. sonde de unica folosință; - geanta antisoc. Termen de garanție : 12 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Training pentru utilizatori la solicitare. Documente confirmative: - Manual de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza). - Manual de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba română.

	- Ghid rapid al utilizatorului în limba română, ce nu corespunde cerințelor solicitate <u>Grupul de lucru pentru achiziții publice a decis de respinge oferta în temeiul art. 69, al. (6), lit. b), a Legii 131/2015 „privind achizițiile publice” - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire</u>
--	---

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

pentru fiecare lot X;

pentru mai multe loturi cumulate ☐;

pentru toate loturile ☐;

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi _____

6. Criteriul de atribuire aplicat:

prețul cel mai scăzut X;

costul cel mai scăzut ☐;

cel mai bun raport calitate-preț ☐;

cel mai bun raport calitate-cost ☐;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

7. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumirea factorului 1	Pondere		
Denumirea factorului n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumirea factorului 1	Pondere		
Denumirea factorului n	Pondere		

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitatea și unitatea de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1. Tonometru portabil	SRL "Lenses Grup"	1 buc.	83200,00	83200,00	99840,00

Anularea pozițiilor de achiziție publică:

Argumentare:

9. Componenta grupului de lucru:

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Brînză Gheorghe	Președintele grupului de lucru	
2.	Chirca Ina	Membrul grupului de lucru	
3.	Bereghici Tatiana	Membrul grupului de lucru	
4.	Bîlici Valeriu	Membrul grupului de lucru	
5.	Rîbac Diana	Membrul grupului de lucru	
6.	Rotaru Oxana	Membrul grupului de lucru	
7.	Godovaniuc Aliona	Membrul grupului de lucru	
8.	Slav Eduard	Membrul grupului de lucru	